

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  
„Dostawę środków czystościowych; pojemników na zużyte igły i strzykawki; środków czystościowo- dezynfekujących; dozowników; koszy; papierów EKG, KTG, EEG i żeli; worków na odpady; wózków na brudną bieliznę; pieluchomajtek do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:

Wykonawca 1

**Pakiet nr V poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie uniwersalnego dozownika przeznaczonego do bezpośredniej aplikacji preparatów do odkażania, mycia i pielęgnacji rąk, przewidzianego do mocowania na ścianie, posiadający wysięgnik do uruchamiania łokciem, przedramieniem lub ręką, przeznaczonego do stosowania z opakowaniami o pojemności 500ml i 1l i posiadający trwałą pompkę tłokową z możliwością regulowania dozowanej ilości preparatu w przedziale od 1 do 3 ml na jedno naciśnięcie (dodatkowo pompka wyposażona jest w zastawkę zabezpieczającą przed skażeniem), element pompki łatwo demontowany, jednoelementowa obudowa wykonana z tworzywa ABS.

W razie wyrażenia zgody na zaoferowanie równoważnego dozownika, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na założenie korzystnych ofert przez bezpośrednich przedstawicieli producentów i w konsekwencji obniży wartość zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie proponowanego dozownika .  
Nie wyrażamy zgody na wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu.

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
otrzymują: firmy zadające pytania*

*Podpisał: mgr Elżbieta Bolek  
Z-ca Dyrektora d/s administracyjnych*