

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  
**„Dostawa materiałów sterylizacyjnych oraz sprzętu używanego przy sterylizacji do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:

Wykonawca 1

Pakiet Nr 2 poz. 1-8

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji do oddzielnego pakietu, pozwoli to nam na przedstawienie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy siwz.

Wykonawca 2

1. Dotyczy Pakiet Nr 1, pozycja nr 2,3: Czy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczenia producenta Zamawiający wymaga zaświadczenia o klasie wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany specyfikacji i utrzymuje zapisy siwz.

2. Dotyczy Pakiet Nr 1, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści test wieloparametrowy do sterylizacji formaldehydem w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość Zamówienia zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

*Podpisał Lekarz Naczelny – Dr n. med Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
otrzymują: firmy zadające pytania*