

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę aparatu USG i łóżek porodowych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

WYKONAWCA 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko porodowe o długości całkowitej 2290mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy

2. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania. łóżko porodowe o szerokości łóżka w:  
-pozycji górnej poręczy bocznych 990mm  
-pozycji dolnych poręczy bocznych 910mm?

Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko porodowe, w którym pozycja najniższa łóżka (wraz materacem) wynosi 580mm? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko porodowe, w którym maksymalne nachylenie oparcia wynosi 63°? Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

5. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko porodowe posiadające regulację wysokości łóżka w sposób elektryczny niewymagający użycia siły nożnej? Parametr ten jest lepszy od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łóżka.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

6. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łóżko porodowe z regulacją elektryczną segmentu nożnego? Parametr ten jest lepszy od wymaganego, ponieważ umożliwia płynną regulację położenia segmentu nożnego.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

7. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łożko porodowe ze szczytem tworzywowym wyciąganym? Rozwiązanie to jest znacznie lepsze zważywszy na łatwość dezynfekcji szczytów łożka.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

8. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łożko porodowe z misą ginekologiczną z tworzywa. Parametr ten nieznacznie odbiega od wymaganego i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łożka.

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy.

9. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania łożko porodowe w jednym kolorze wyboru. Wybór kolorystyki nie ma żadnego wpływu na właściwości kliniczne łożka i nie powinien być parametrem wymaganym w SIWZ.

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy.

10. Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania łożko porodowe posiadające ustawienie segmentu oparcia pleców w sposób elektryczny zabezpieczający przed zmianą kąta nachylenia tegoż segmentu? Parametr ten jest bardziej nowoczesny prosty, szybki w obsłudze nie wymagający użycia siły mięśni personelu i nie powoduje pogorszenia parametrów funkcjonalnych ani użytkowych łożka.

**ODPOWIEDŹ:** Dopuszczamy do zaoferowania łożko porodowe posiadające ustawienie segmentu oparcia pleców w sposób elektryczny zabezpieczający przed zmianą kąta nachylenia tegoż segmentu.

11. Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania łożko porodowe posiadające zapasową baterię umożliwiającą korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji łożka, w tym zmiany wysokości oraz ustawiania odpowiedniej pozycji gdy łożko leży daleko od gniazda z prądem lub w momencie awarii źródła prądu?

**ODPOWIEDŹ:** Nie wymagamy.

12. Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania łożko porodowe posiadające mechanizm nadmuchiwanie poduszki powietrznej w okolicy pleców oraz w siedzisku zmniejszające konieczność korygowania pozycji pacjentki do porodu?

**ODPOWIEDŹ:** Nie wymagamy.

13. Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania łożko porodowe posiadające materac z dwoma pokrowcami zabezpieczającymi przed dostawaniem się płynów porodowych w głąb materaca podczas porodu oraz dezynfekcji materaca?

**ODPOWIEDŹ:** Nie wymagamy.

### **Dotyczy pakietu nr 2 ŁÓŻKO PORODOWE (Załącznik nr 3.2 do SIWZ)**

#### **WYKONAWCA 2**

##### **Pytanie 1 – Pakiet nr 2 łożko porodowe**

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łożko porodowe o szerokości całkowitej 1000mm? Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych łożek.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2 – Pakiet nr 2 łóżko porodowe

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko porodowe z regulacją wysokości w zakresie od 550mm do 800mm?

Jest to parametr nieznacznie odbiegający od wymaganego, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych łóżek.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

Pytanie 3 – Pakiet nr 2 łóżko porodowe

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko porodowe z regulacją wysokości oraz regulacją oparcia pleców dokonywaną z pilota przewodowego za pomocą siłowników elektrycznych?

Jest to parametr znacznie lepszy niż wymagany.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

Pytanie 4 – Pakiet nr 2 łóżko porodowe

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko porodowe wyposażone w szczyty i poręcze wykonane metodą termoformowania, z tworzywa ABS ?

Jest to parametr znacznie lepszy niż wymagany.

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

Pytanie 5 – Pakiet nr 2 łóżko porodowe

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko porodowe wyposażone w materace koloru granatowego?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy.

Pytanie 6 – Pakiet nr 2 łóżko porodowe

Czy w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa pacjentek, Zamawiający wymaga elektrycznie sterowanych przechyłów Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga w zakresie co najmniej 12° ?

**ODPOWIEDŹ:** Dopuszczamy, nie wymagamy.

Pytanie 7 – Pakiet nr 2 łóżko porodowe

Czy w celu zapewnienia lepszego komfortu pracy personelu medycznego, Zamawiający wymaga wskaźników kontowego nachylenia leża oraz siedziska ?

**ODPOWIEDŹ**

Dopuszczamy, nie wymagamy.

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami Zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany opisu przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

lp.	przed zmianą	po zmianie
3.	Szerokość łóżka: 975 – 985 max.	Szerokość łóżka: 975mm – 1000mm max
4.	Regulacja wysokości leża: 560 – 900 lub więcej	Regulacja wysokości leża: pozycja najniższa 580mm lub mniej, pozycja najwyższa 800mm lub więcej
5.	Regulacja uniesienia pleców: 0-70°	Regulacja uniesienia pleców co najmniej do 63°
6.	Regulacja wysokości łóżka za pomocą hydrauliki i nożna	Regulacja wysokości łóżka za pomocą hydrauliki i nożna lub

		w sposób elektryczny niewymagający użycia siły nożnej
9.	Segment nożny leża z etapową możliwością regulacji położenia i możliwością wsunięcia pod siedzisko	Segment nożny leża z etapową możliwością regulacji położenia i możliwością wsunięcia pod siedzisko lub regulacja elektryczna segmentu nożnego
11.	Szczyty łóżka chromowane wyjmowane z ramy leża z możliwością wyjmowania wkładu laminowanego	Szczyty łóżka chromowane lub z tworzywa ,wyjmowane z ramy leża z możliwością wyjmowania wkładu laminowanego lub tworzywowego

W załączeniu załącznik nr 3.2 do SIWZ po zmianie w odp.1.

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
otrzymują: firmy zadające pytania*

*Podpisał: dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny*