

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
„Dostawę ciekłego tlenu medycznego wraz z transportem i dzierżawą zbiornika, dostawy gazów medycznych w butlach wraz z transportem i dzierżawą butli oraz dostawa ciekłego azotu do Poradni Rehabilitacyjnej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:

Wykonawca 1

1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie SIWZ
2. Czy Zamawiający posiada system monitorowania wraz historią zasilania instalacji w tlen medyczny ?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie posiada systemu monitorowania zasilania instalacji – zasilanie odnotowywane jest w zeszycie raportów Niepalnych Gazów Medycznych.

3. Czy Zamawiający posiada opracowaną wewnętrzną procedurę dotyczącą dochodzenia odpowiedzialności w przypadku gdy tlen znajdujący się w instalacji tlenu medycznego – będzie zanieczyszczony, albo budziłby obawy co do jego jakości?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie posiada opracowanej wewnętrznej procedury w tym zakresie.

2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 i 3 brzmi **nie**, to proszę o połączenie Pakiet 1i Pakiet 2 w jeden pakiet. Rozdzielając to zamówienie na odrębne pakiety, Zamawiający dopuszcza możliwość, iż tlen medyczny zasilający instalację szpitala pochodził będzie od dwóch różnych dostawców, z których każdy będzie brał odpowiedzialność wyłącznie za swój produkt. Ponadto są to leki i procedury Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące postępowań reklamacyjnych, wycofania z rynku wadliwych partii oraz monitorowania działań niepożądanych byłby w praktyce nie do zrealizowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje łączenia pakietów i w związku z tym nie dokonuje zmian w ogłoszeniu i specyfikacji i utrzymuje ich dotychczasowe brzmienie.

Podpisał Dyrektor Szpitala – Dr n.med. Józef Kurek

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują: firmy zadające pytania*