

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa materiałów zużywalnych do aparatu Cobas b221 oraz sprzętu medycznego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje stosownej zmiany w siwz:

**Wykonawca 1**

**Pakiet Nr 2. aparaty ambu**

**Pyt 1.** Zamawiający wymaga 1 szt. Aparatu Ambu o zastosowaniu dla wcześniaki, noworodki i niemowlęta oraz dzieci do 29 kg ciężaru – na rynku Polskim nie ma aparatu o tak dużym zakresie wagowym, dlatego prosimy o uściślenie jakiego zakresu Zamawiający wymaga:

- Czy wymaga aparatu ambu dla dzieci do 10 kg wagi?
- Czy wymaga aparatu ambu dla dzieci od 10 do 40 kg wagi?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy aparat ambu dla dzieci do 10 kg o maksymalnej objętości wdechu ok. 240 ml.

W każdym przypadku wymagamy zastosowanie dla noworodków i wcześniaków od 0 kg.

**Pyt 2.** Czy Zamawiający dopuści do zaferowania resuscytator dla dorosłych z do sterylizacji w autoklawie do 125 stopni C. ?

**Odpowiedź:** Dopuszczamy do zaferowania resuscytator dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie do 125 stopni C.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza załącznik 3.2 po zmianie.

*Podpisał Dyrektor Szpitala – Dr n.med. Józef Kurek*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
otrzymują: firmy zadające pytania*