



SZP.III.240/26/10/P - odp. 1

Jaworzno, dnia 2010-10-14

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
„Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu
poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego- **Część I Aparat RTG kostno- płucny**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawcy:

Pytanie 1

p. VI DETEKTORY DO STOŁU I STATYWU
poz 2

W punkcie tym Zamawiający wymaga „Rozmiar detektora $\geq 400\text{mm} \times 400\text{mm}$ „,
Czy zamawiający dopuści nowoczesny detektor cyfrowy o rozmiarze $354\text{mm} \times 425\text{mm}$. Tak niewielka różnica
w rozmiarze nie powinna mieć istotnego znaczenia dla zamawiającego, a pozwoli zaoferować detektor o bardzo
dobrych parametrach i obsłudze jak w przypadku standardowych rozwiązań analogowych i cyfrowych CR.

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia opisu zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 2

poz 5

W punkcie tym Zamawiający wymaga „DQE $> 65\%$ „,
Carestream Health oferuje w detektorze przenośnym opartym o technologię GoS wartość współczynnika DQE
na poziomie 34% , podobnie jak systemy innych producentów.
Wartość DQE w wysokości 34% umożliwi bardzo wydajne wykorzystywanie systemu przy zachowaniu
wysokiej jakości badań z zastosowaniem niskiej dawki promieniowania. Oferowany przez nas detektor
charakteryzuje się tym, że współpracuje z aparatami rtg z ustawieniami nominalnej czułości równej 400, dzięki
czemu pozwala na stosowanie niskiej dawki dla pacjenta tak jak detektory o współczynniku DQE $> 65\%$. Dzięki
specjalnej konstrukcji detektora jako unikalnej na świecie i współczynnikowi wypełnienia pikseli powierzchni
detektora równej 100% (fill factor) jakość obrazowania jest porównywalna z innymi detektorami o wyższym DQE.
Prosimy o dopuszczenie wartości DQE $\geq 34\%$.

Odpowiedź:

Nie dopuszczamy, Zamawiający nie zmienia opisu zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisał: dr n. med. Józef Kurek- Dyrektor Szpitala

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*