



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny

w Jaworznie

ul. Chełmońskiego 28

43-600 Jaworzno

woj. śląskie

tel. +48 32 616 44 82

fax + 48 32 751 98 44

e-mail: zampubl@szpital.jaw.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

przetarg nieograniczony o wartości powyżej 193 000 euro na

„Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego- **Część I Aparat RTG kostno- płucny**”

Jaworzno, dnia 30.09.2010r.

Zatwierdzam:

*Podpisał: dr n. med. Józef Kurek
Dyrektor SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie*

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI	1
I. INFORMACJE OGÓLNE.....	2
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.....	2
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.....	3
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.....	3
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.....	4
VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.....	5
VII. POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDŁOŻYĆ Z OFERTĄ.....	7
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.....	8
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.....	9
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.....	10
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.....	10
XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.....	11
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.....	12
XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY WYKONAWCĄ, A ZAMAWIAJĄCYM.....	12
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.....	13
XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.....	14
XVII. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.....	14
XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.....	14
XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYŚLUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.....	15
XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.....	16

I. INFORMACJE OGÓLNE.

Zamawiający: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego- Część I Aparat RTG kostno- płucny”** Nr sprawy SZP.III.240/26/10/P zgodnie ze specyfikacją asortymentową stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godz.7:00 – 14:35
 - Pisma, wiadomości i informacje prosimy składać pisemnie do sekretariatu Zamawiającego w jego siedzibie (I piętro)
 - Informacje można przekazywać faksem pod nr 32 751 98 44 (prosimy o niezwłoczne potwierdzenie pisemnie)
 - Konto e-mail: zampubl@szpital.jaw.pl , adres strony internetowej : www.szpital.jaw.pl.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych, wynikającymi z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010r Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759). W przypadkach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zastosowanie mają przepisy cytowanej powyżej ustawy oraz kodeksu cywilnego.
 2. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013- projekt pod nazwą **„Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego”** Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.1 „Infrastruktura leczenia zamkniętego”.
 3. W celu prawidłowego złożenia oferty wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi częściami specyfikacji.
 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 5. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 4 zostanie wybrana Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
 6. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
 7. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane.

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG kostno-płucnego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (CPV33111000-1 Aparatura rentgenowska). Urządzenie musi być fabrycznie nowe i energooszczędne. Wykonawca winien zapoznać personel obsługujący urządzenie będące przedmiotem

zamówienia z zasadami jego obsługi i użytkowania. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.** W pozycjach opisowych, gdzie została użyta nazwa własna (lub użyto określenia „typu”) Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających produkty równoważne. Pod pojęciem produkt równoważny zamawiający rozumie produkt co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych produktowi oryginalnemu, tj. o takim samym przeznaczeniu.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty przy wykorzystaniu aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
7. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Urządzenie stanowiące przedmiot zamówienia winno spełniać wymogi jakościowe i klasy jakości zawarte w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r. nr 107 poz. 679), w szczególności musi być oznakowany znakiem CE.
9. Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia: instrukcji w języku polskim.
12. Warunki płatności: zapłata za realizację zamówienia nastąpi do 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury wystawionej po zakończeniu realizacji zamówienia. Faktura musi być wystawiona w języku polskim.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin realizacji zamówienia: **do 56 dni** od dnia podpisania umowy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki **określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych**, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia- zamawiający wymaga należytego wykonania dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy- w tym okresie tj. **co najmniej dwóch zamówień**, polegających na dostarczeniu i zainstalowaniu aparatów RTG , z których jedno jest o wartości nie mniejszej **niż 700 tys. zł.**

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej- zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą **niż 700 tys. zł**

2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o dokumenty wyszczególnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cz. V)

Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (wymagane dokumenty określono w części VI SIWZ)

3. Stosownie do Art. 26 ust.2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- Stosownie do art. 44 ustawy Pzp, Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1-4 wymaga złożenia **oświadczenia**, stwierdzającego, że wykonawca spełnia wymagania art. 22 ust.1 ustawy Pzp– wzór stanowi załącznik nr 2.1 do niniejszej SIWZ;

Ponadto Zamawiający żąda następujących dokumentów dla potwierdzenia:

- posiadania wiedzy i doświadczenia- **wykazu wykonanych**, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych **dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały lub są wykonywane należycie;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej- **informacji banku** lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VI. WYKLUCZENIE WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA.

1. Stosownie do Art. 24 ust.1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Stosownie do Art. 24 ust.2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie

stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

3.1

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na zał.2.2 do SIWZ;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.2. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

3.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej Wykonawca składa następujące dokumenty

1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

3.4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.3, zastępuje się je dokumentem

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 3.4 stosuje się odpowiednio.

3.6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust 1 ustawy i w Rozdziale IV SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w Rozdziale VI pkt 3.1 SIWZ.

3.7. W przypadku wykonawców występujących wspólnie wymaga się złożenia dokumentów określonych w cz. VI pkt. 3.1 SIWZ dla wszystkich podmiotów. Dodatkowo dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony do reprezentowania.

3.8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3.9 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

3.10 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEDŁOżyć Z OFERTA.

1. Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 i nr 3 do SIWZ.
2. Oświadczenie, w którym wykonawca wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
3. Katalogi lub karty katalogowe z zaznaczeniem oferowanego aparatu RTG lub inne materiały informacyjne np. opisy i zdjęcia, ulotki informacyjne itp., w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom zamawiającego.
4. Deklaracja zgodności, jeden zbiorczy certyfikat CE obejmujący cały aparat, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych kompletnego aparatu RTG lub inny dokument wprowadzający wyrób do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.
5. Dowód wniesienia wadium.

Oferta niezgodna z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem (32 751 98 44) lub drogą elektroniczną (zampubl@szpital.jaw.pl), z tym, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający informuje, że podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym numer faksu oraz adres mailowy będzie traktowany jako obowiązujący do celów przesyłania korespondencji, w tym zawiadomienia o wyborze, które Wykonawca obowiązany jest potwierdzić niezwłocznie po jego otrzymaniu.
4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że zapytanie wpłynie do niego później niż w dniu, w którym upływa połowa terminu składania ofert; tj. 23.10. 2010 r. Jeśli zapytanie wpłynie po tym terminie, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy pobrali od niego specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści ją na stronie internetowej, na której umieszczona została SIWZ. Zapytania należy przesłać także e-mailem na adres: zampubl@szpital.jaw.pl
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zostanie umieszczona na stronie internetowej, na której umieszczona została SIWZ.
7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej.
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
Grażyna Czarnecka – St. specjalista do spraw zamówień publicznych

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości **16000,00 zł.**
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu – przelew na rachunek Zamawiającego w ING Bank Śląski S.A. O/Jaworzno Nr 30 1050 1142 1000 0023 2866 3923 ; do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). - poręczeniach zwanych funduszem poręczeniowym.
2. Oryginały przedmiotowych dokumentów z ppkt b) - e) należy złożyć w siedzibie zamawiającego w kasie Szpitala przy ul. Chelmońskiego 28 przed upływem terminu składania ofert; kserokopie powyższych dokumentów należy przedłożyć w składanej ofercie.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert i zawieszenia biegu terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia, zamawiający wezwie Wykonawców nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy.

ZWROT WADIUM

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA.

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać wymogom treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznie – długopisem, albo nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.
3. Każda strona oferty oraz wszystkie załączniki powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. W przypadku reprezentacji wykonawcy przez osoby inne niż wykazane w dokumentach załączonych do oferty, wymagane jest załączenie stosownego upoważnienia.
4. Celem ułatwienia pracy komisji przetargowej, pożądanym jest, aby każda zapisana strona oferty oraz wszystkie załączniki były kolejno ponumerowane i podpisane oraz **spięte (zszyte)** w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
6. Do oferty muszą zostać dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
7. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginałach lub kopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji wykonawcy, za wyjątkiem pełnomocnictwa, które musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Za zgodność z oryginałem należy potwierdzić każdą zapisaną stronę kserokopii dokumentu.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Załączniki do SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień specyfikacji. Wykonawca nie może dokonywać żadnych merytorycznych zmian w załącznikach i dostosowywać ich do własnych potrzeb.
10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert.
12. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Oferta na przetarg nieograniczony w dniu dot. „/podać nazwę przetargu i części na które jest składana oferta, jeśli przetarg dotyczy ofert częściowych!” oraz dopisek: „nie otwierać przed upływem terminu składania ofert”. Na kopercie należy **podać nazwę i adres wykonawcy**. W momencie złożenia tak przygotowanej oferty, na kopercie zostanie złożona pieczęć firmowa Zamawiającego, zapisana data i godzina złożenia oferty oraz kolejny numer w dzienniku podawczym.
13. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
14. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową, o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego, a tylko i wyłącznie data wpływu oferty do Zamawiającego.
15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian lub wycofanie oferty powinno być przygotowane identycznie jak oferta, z tym, że na kopercie powinny znaleźć się dodatkowe napisy: „ZMIANA”, „WYCOFANIE”.
16. Specyfikację można uzyskać pod adresem: www.szpital.jaw.pl lub w sekcji gospodarczej SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno. Tel. 32 616-44-82 wew.119 lub otrzymać za pobraniem pocztowym. Koszt SIWZ wynosi 20 zł.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28; 43-600 Jaworzno (w Sekretariacie I piętro).
2. Termin składania ofert upływa **10.11.2010r. o godz. 11:00**.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **10.11.2010r. o godz. 11:30** w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie, ul. Chełmońskiego 28 (sala narad - I piętro).

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

1. Wykonawca określi cenę za realizację całego zamówienia.
2. Kwoty wykazywane w formularzu ofertowym zaokrągla się do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Cena określona przez wykonawcę nie będzie podlegała zmianom.
4. Cena powinna zawierać ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę.
5. Cena zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług powinna zawierać podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
6. Na podstawie art. 87 ust. 2 Ustawy Zamawiający poprawia w ofercie:
 - * oczywiste omyłki pisarskie,
 - * oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - * inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona
8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
 - 1) jest niezgodna z ustawą,
 - 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
 - 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
 - 7) wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją niepowodującej istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy),
 - 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY WYKONAWCĄ, A ZAMAWIAJĄCYM.

Rozliczenia między wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. Nie dopuszcza się stosowania do rozliczania walut obcych.

XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY.

1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Oferty podlegają ocenie z zastosowaniem niżej opisanych kryteriów ocen:

I.p	kryterium (X)	waga kryterium
1	cena	60%
2	parametry techniczne i eksploatacyjne, warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego	40%

W przypadku kryterium „Cena” oferta „i” podlegająca ocenie otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P(Ci) = \frac{C \min}{Ci} \times 60$$

gdzie :

P (Ci) – ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";

C min – najniższa cena brutto spośród nieodrzuconych ofert;

Ci – cena brutto oferty "i";

Za kryterium „ Parametry techniczne i eksploatacyjne, warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

$$P(Ji) = \frac{S(Ji)}{S(Max)} \times 40$$

gdzie :

P (Ji) – ilość punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Parametry techniczne i eksploatacyjne, warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego";

S (Ji) – suma punktów uzyskanych przez ofertę „i” ocenianą w/g tabeli w zał. Nr 3 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”

S (Jmax) – najwyższa spośród wszystkich ocenianych ofert liczba punktów otrzymanych w/g tabeli w zał. Nr 3 do SIWZ za kryterium "Parametry techniczne i eksploatacyjne warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego”

Ocena punktowa oferty:

Ocena punktowa oferty "i" będzie wynikać z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria:

$$Pi = \sum P (Xi)$$

gdzie :

Pi – ocena punktowa oferty "i";

$\sum P (Xi)$ – suma ilości punktów, jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria "X".

Zamawiający stosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia określonych powyżej zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż **10 dni** od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 (faksem lub drogą elektroniczną), albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.
4. O miejscu i terminie podpisania umowy wykonawca zostanie poinformowany w piśmie zawiadającym o wyborze ofert. W wyznaczonym terminie wykonawca powinien przybyć w celu podpisania umowy.

XVII. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

Z wybranym wykonawcą zamawiający zawrze umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 4** do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy określono w projekcie umowy.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany, **najpóźniej wraz z zawarciem umowy**, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej Zabezpieczeniem.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. **Wysokość Zabezpieczenia ustala się na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.** Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. **Zabezpieczenie** wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski Oddział w Jaworznie nr **30 1050 1142 1000 0023 2866 3923**.

5. Zatrzymane kwoty będą przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane w wysokości 70 %. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2.1 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 2.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw- wzór

Załącznik nr 6- Wzór protokołu zdawczo- odbiorczego.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.
Pozytywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



SZP.III.240/26/10/P

Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Dot. przetargu nieograniczonego na:

„Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego- **Część I Aparat RTG kostno- płucny**”

Nazwa i adres Oferenta

REGON

.....

NIP:

Rodzaj i Nr dokumentu rejestrowego:

.....

.....

Nr kierunkowy

województwo

Tel.

e-mail

Faks

Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia w cenie:

netto zł, słownie:

brutto zł, słownie:

w tym podatek VAT zł, słownie:



1. Wyrażamy zgodę na zapłatę faktury do **30 dni** licząc od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni.
3. Część zamówienia, którą powierzymy podwykonawcom:
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i warunkami określonymi w projekcie umowy oraz przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
5. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ, stanowiącym projekt umowy.
6. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie niezbędne, prawem wymagane certyfikaty oraz dopuszczenia do obrotu i użytkowania konieczne do wprowadzenia go do obrotu i eksploatacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
7. Oferowane powyżej urządzenie medyczne jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).
8. Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 3 do SIWZ.
9. **Termin realizacji:** od podpisania umowy
10. **Okres gwarancji:** od dnia instalacji/montażu urządzenia medycznego.

dnia

.....
Wykonawca lub upoważniony przedstawiciel

OŚWIADCZENIE

*o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.*

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy,
że spełniamy warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Stosownie do Art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

*Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności **przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.***

....., dnia

.....
*podpis Wykonawcy lub
upelnomocnionego przedstawiciela*

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, który przewiduje wykluczenie:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;*
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;*
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;*
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-ppełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;*
- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.*

....., dnia

.....
podpis Wykonawcy lub
upelnomocnionego przedstawiciela

Opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA APARATU RTG KOSTNO-PŁUCNEGO DO SP ZOZ
SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO W JAWORZNIE

Typ aparatu				
Producent				
Rok produkcji 2010				
Lp.	Opis parametru	Parametry graniczne	Potwierdzenie spełnienia parametru	Punktacja
1	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niekondycjonowany, pracujący w systemie bezpośredniej radiografii cyfrowej, z dwoma detektorami cyfrowymi	Tak		Bez oceny
2	Aparat spełniający wymogi zgodnie z Rozp. M. Z. z dn 25.08.2005 (Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625) i z dn. 21.08.2006 (Dz.U. 2006 nr 180 poz 1325)	Tak		Bez oceny
I	GENERATOR <i>Podać typ i producenta</i>			
1	Wysokoczęstotliwościowy ,HF ≥ 20 kHz	Tak		Bez oceny
2	Moc generatora: ≥ 55 kW	Tak, podać		0-10 (najw)
3	Zakres napięcie: Min. 40-150 kV, regulacja co ≤ 1 kV	Tak, podać		Bez oceny
4	Minimalna wartość mAs $\leq 0,25$	Tak, podać		Bez oceny
5	Maksymalna wartość mAs ≥ 600	Tak, podać		Bez oceny
6	Maksymalne natężenie prądu lampy ≥ 800 mA	Tak, podać		Bez oceny
7	Pełna automatyka ekspozycji, System AEC.	Tak		Bez oceny
8	Programy anatomiczne w języku polskim ≥ 100	Tak, podać		0-5(najw)
9	Możliwość wprowadzania programów ekspozycji edytowanych przez użytkownika	Tak		Bez oceny
10	Kontrola obciążenia cieplnego lampy z systemem zabezpieczeń	Tak		Bez oceny
11	Zasilanie 3x400 V / 50 Hz	Tak		Bez oceny

II ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG				
<i>Podać typ i producenta</i>				
1	Lekka konstrukcja szyn i kolumny ze stopów AL.	Tak		Bez oceny
2	Zakres poprzecznego ruchu wózka 175 cm -220 cm	Tak, podać		Bez oceny
3	Zakres wzdłużnego ruchu wózka 330-350 cm	Tak, podać		Bez oceny
4	Górny zakres pionowego ruchu lampy rtg ≥ 175 cm	Tak, podać		0-5(najw)
5	Zakres obrotu kolumny teleskopowej wokół osi pionowej $\pm 180^\circ$	Tak		Bez oceny
6	Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej $\geq \pm 135^\circ$	Tak, podać		0-5 (najw)
7	Najniższe położenie poziomego promienia centralnego lampy RTG od podłoża ≤ 30 cm	Tak, podać		0-5(najmn)
8	Wyświetlacz na panelu głowicy informujący o minimum: – odległości SID – wybranym stanowisku – formacie zdjęcia – parametrach generatora – kącie obrotu lampy	Tak		Bez oceny
9	Kolimator automatyczny i ręczny z systemem filtrów wymaganych przez ustawodawstwo	Tak		Bez oceny
10	Automatyczne wprowadzanie dodatkowych filtrów za pomocą wybranych programów anatomicznych	Tak		Bez oceny
11	Możliwość ustawiania kV z panelu na obudowie lampy rtg	Tak		Bez oceny
12	Automatyczna, zmotoryzowana synchronizacja ruchu pionowego lampy z pionowym ruchem detektora statywu do zdjęć odległościowych oraz pionowym ruchem płyty stołu kostnego	Tak		Bez oceny
13	Możliwość ręcznego pozycjonowania głowicy (odłączenia automatyki ruchu) i wykonywania zdjęć przy użyciu detektora w stole, ścianie oraz na kasetach CR	Tak		Bez oceny
14	Centralny aretaż ruchów liniowych lampy rtg w trzech osiach zwalniany jedną ręką i maksymalnie jednym przyciskiem	Tak		Bez oceny
III LAMPA RTG				
<i>Podać typ i producenta</i>				
1	Wymiary poszczególnych ognisk wg	Tak, podać		Bez oceny

	IEC Małe $\leq 0,6$ mm Duże $\leq 1,3$ mm			
2	Moc małego ogniska wg IEC ≥ 30 kW	Tak, podać		0-10(najw)
3	Moc dużego ogniska wg IEC ≥ 90 kW	Tak, podać		0-10(najw)
4	Pojemność cieplna anody ≥ 300 kWh	Tak, podać		0-10(najw)
5	Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1500 kWh	Tak, podać		0-10(najw)
6	Szybkość chłodzenia kołpaka ≥ 500 W /min	Tak, podać		0-10(najw)
7	Synchroniczna szybkość wirowania anody ≥ 9000 obr / min	Tak		Bez oceny
IV	STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH <i>Podać typ i producenta</i>			
1	Akwizycja realizowana przy pomocy płaskiego detektora cyfrowego	Tak		Bez oceny
2	Dopuszczalne obciążenie stołu w dowolnej pozycji, z zachowaniem regulacji jego wysokości: ≥ 220 kg	Tak, podać		0 pkt wymagana- 5pkt(najw)
3	Długość płyty pacjenta: ≥ 220 cm	Tak, podać		0pkt wymagana- 5pkt(najw)
4	Szerokość płyty pacjenta: ≥ 85 cm	Tak, podać		0pkt wymagana- 5pkt(najw)
5	Pływająca płyta pacjenta	Tak		Bez oceny
6	Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta: ≥ 70 cm	Tak, podać		0 pkt wymagana- 5pkt(najw)
7	Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta: ≥ 20 cm	Tak, podać		0 pkt wymagana- 5pkt(najw)
8	Wysokość płyty stołu regulowana elektrycznie	Tak		Bez oceny
9	Minimalna odległość płyty stołu od podłogi ≤ 58 cm	Tak, podać		0 pkt wymagana- 5pkt (najmn)
10	Zakres ruchu wzdłużnego detektora w stole ≥ 60 cm	Tak, podać		0 pkt wymagana- 5pkt(najw)
11	Automatyka ekspozycji AEC min. 3 komorowa	Tak		Bez oceny
12	Automatyczna kolimacja do wybranego formatu zdjęcia	Tak		Bez oceny
13	Pas uciskowy montowany do blatu stołu , pozycjoner głowy	Tak		Bez oceny
14	Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi , ≥ 60 l/cm , $f=110$ cm \pm 10%	Tak		Bez oceny

15	Uchwyt stabilizujący wyjęty detektor do wykonania zdjęć bezpośrednio na detektorze (boczne, promieniem poziomym)	Tak		Bez oceny
16	Ruch detektora w stole automatycznie podążający za ruchem zawieszenia sufitowego lampy	Tak		Bez oceny
V	STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH <i>Podać typ i producenta</i>			
1	Akwizycja realizowana przy pomocy płaskiego detektora cyfrowego	Tak		Bez oceny
2	Najniższe położenie względem podłoża środka płaskiego detektora ≤ 40 cm (w ustawieniu pionowym)	Tak, podać		0-5(najmn)
3	Zakres zmotoryzowanego ruchu detektora w statywie, w osi pionowej ≥ 150 cm	Tak, podać		0-5(najw)
4	Automatyka ekspozycji AEC min. 3 komorowa	Tak, podać		Bez oceny
5	Automatyczna kolimacja do wybranego formatu zdjęcia	Tak		Bez oceny
6	Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi, ≥ 60 l/cm, $f_0 = 110$ cm $\pm 10\%$	Tak		Bez oceny
7	Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi, ≥ 60 l/cm, $f_0 = 200$ cm $\pm 10\%$	Tak		Bez oceny
8	Komplet uchwytów dla pacjenta do zdjęć ap/pa, bocznych	Tak		Bez oceny
9	Najniższe ustawienie powierzchni panelu względem podłoża w ustawieniu poziomym	podać		0-5(najmn)
10	Zakres zmotoryzowanego pochylania detektora w statywie $\geq -20^\circ / +90^\circ$	Tak		0-5 (najw)
11	Uchwyt/kieszon do przechowywania kratki	Tak		Bez oceny
12	Automatyczne utrzymywanie SID przez lampę przy ruchu spoziomowanego detektora w statywie	Tak		Bez oceny
13	Dodatkowy wyświetlacz na kolumnie ścianki	Tak		Bez oceny
VI	DETEKTORY DO STOŁU I STATYWU			
1	Dwa detektory (do stołu i statywu)	Tak		Bez oceny
2	Rozmiar detektora ≥ 400 mm x 400 mm	Tak, podać		Bez oceny
3	Matryca obrazowa $\geq 4\ 000\ 000$ pikseli	Tak, podać		0-5 (najw)
4	Rozmiar piksela ≤ 200 μ m	Tak, podać		0-5 (najmn)
5	DQE $\geq 65\%$	Tak, podać		0-5 (najw)
6	Głębokość przetwarzania ≥ 14 bitów	Tak, podać		0-5 (najw)
7	Przynajmniej jeden detektor	Tak, podać		Bez oceny

	wyjmowany ze stanowiska zdjęciowego (w stole lub statywie), w celu wykonania zdjęć bezpośrednio na detektorze, z obciążeniem ≥ 100 kg, promieniem poziomym lub skośnym pacjentowi leżącemu na stole, pacjentom na wózkach, łózkach, na mobilnym stole do zdjęć			
VII	SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKİ OBRAZU – KONSOLA OPERATORA			
1	Obsługa systemu obrazowego zintegrowana w jednej konsoli i na minimum jednym monitorze, za pomocą systemu okienkowego	Tak		Bez oceny
2	Monitor obsługowy LCD, $\geq 19''$	Tak		Bez oceny
3	Dotykowy ekran sterujący	Tak		Bez oceny
4	Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i/lub monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku	Tak		Bez oceny
5	Wybór ustawienia stanowiska zdjęciowego	Tak		Bez oceny
6	Wybór i zmiana parametrów generatora	Tak		Bez oceny
7	Wybór parametrów kolimatora	Tak		Bez oceny
8	Wybór parametrów filtracji	Tak		Bez oceny
9	Wybór programu anatomicznego określa parametry ekspozycji, ustawienie kolimatora, wymianę filtrów (jeśli wymagana)	Tak		Bez oceny
10	Wybór parametrów obróbki obrazu	Tak		Bez oceny
11	Czas oczekiwania na pełny obraz po ekspozycji ≤ 10 s	Tak, podać		0-10(najmn)
12	Najkrótszy odstęp czasowy między kolejnymi ekspozycjami na tym samym	Podać		0-10(najmn)

	detektorze			
13	Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy) ≥ 2500 obrazów	Tak, podać		0-5(najw)
14	Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu	Tak		Bez oceny
15	Funkcja obracania obrazu, przesuwania	Tak		Bez oceny
16	Funkcja pozytyw-negatyw	Tak		Bez oceny
17	Powiększenie	Tak		Bez oceny
18	Oprogramowanie do wyczernienia brzegów obrazu, możliwość ręcznego ustawiania brzegów obrazu	Tak		Bez oceny
19	Wybór okna obrazu	Tak		Bez oceny
20	Zarządzanie bazą badań oraz listą pacjentów-wbudowany protokół Dicom Worklist , z pobieraniem list pacjentów z RIS posiadanego przez zamawiającego	Tak		Bez oceny
21	Funkcja wprowadzania pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów	Tak		Bez oceny
22	Zarządzanie dystrybucją obrazów do archiwum i na stacje diagnostyczne lekarskie posiadane przez zamawiającego (przesył automatyczny i ręczny)	Tak		Bez oceny
23	Pełna integracja systemu radiografii z posiadanym przez zamawiającego systemem PACS i RIS, jego rozbudowa z wykupieniem przez Wykonawcę koniecznych licencji, z rzeczywistym przesyłem danych tekstowych i obrazowych z i na serwery w/w systemu (Dicom send)	Tak		Bez oceny

24	Przesył obrazów diagnostycznych na posiadane przez zamawiającego diagnostyczne stacje lekarskie	Tak		Bez oceny
25	Wydruk zdjęć na posiadanym przez zamawiającego urządzeniu do laserowej , suchej obróbki błon (Dicom print)	Tak		Bez oceny
26	Funkcja nagrywania z konsoli operatora badań na płytach CD , z przeglądarką umożliwiającą odtworzenie badania na komputerze PC	Tak		Bez oceny
27	Zasilacz UPS do konsoli operatorskiej z czasem podtrzymania zasilania minimum 15 minut	Tak		Bez oceny
28	Oprogramowanie do poprawy jakości obrazów	Tak		Bez oceny
29	Funkcjonalność połączenia pod jednym numerem badania zdjęć tego samego pacjenta wykonanych w systemie DR i CR posiadanym przez zamawiającego	Tak		Bez oceny
30	Technika wykonywania zdjęć dwuenergetycznych (nisko i wysokonapięciowa ekspozycja w trakcie wykonywania pojedynczej akwizycji)	Tak		Bez oceny
31	Oprogramowanie do automatycznego łączenia obrazów długich obszarów anatomicznych	Tak		Bez oceny
32	Zestaw komputerowy do obsługi RIS: (komputer PC , minimum 2.5 GHz, system operacyjny Windows XP Professional lub równoważny pod względem zarządzania siecią komputerową i możliwością pracy w systemie AD oraz Novell Netware, minimum 4GB RAM, 2 wolne porty	Tak		Bez oceny

	USB 2.0., jeden port RS-232 9 pin, komunikacja z serwerem przez protokół TCP/IP, karta sieciowa, podpięcie stanowiska do Active Directory) Monitor LCD 19'', mysz optyczna i klawiatura bezprzewodowe. UPS z podtrzymaniem zasilania min. 15 minut			
33	Wbudowany układ pomiaru dawki z wyświetlaczem, z archiwizacją dawki na zdjęciu i w pamięci systemu	Tak		Bez oceny
34	Wykonywanie badań realizowanych na detektorach DR jak i na płytach posiadanego przez zamawiającego systemu CR	Tak		Bez oceny
35	Interfejs DICOM: min. WLM , Send, Print , Storage Commit, MPPS	Tak		Bez oceny
VIII	DIAGNOSTYCZNA KONSOLA LEKARSKA – 1 szt.			
1	<p>1. Stanowisko opisowe:</p> <p>a) co najmniej 2 monitory LCD monochromatyczne pracujące w standardzie DICOM 3.0 stanowiące parę (posiadające świadectwo parowania wydane przez producenta), praca w układzie pionowym i poziomym,</p> <p>b) certyfikat do zastosowań medycznych</p> <p>c) minimalna rozdzielczość: 2 megapiksele,</p> <p>d) minimalna, robocza przekątna ekranu: 21'',</p> <p>e) minimalna luminancja: 200 cd/m²,</p> <p>f) minimalny kontrast: 250/1,</p> <p>g) szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170°</p> <p>2. Oprogramowanie dla stanowiska opisowego (co najmniej):</p>	Tak		Bez oceny

	<ul style="list-style-type: none"> a) pełny zakres, szerokość i środek, zmian okna wyświetlania; b) możliwość podziału pola czynnego na kilka obrazów; c) zmianę tablic odwzorowania poziomów szarości (LUT); d) powiększenie płynne całego obrazu (co najmniej 4-krotne); e) powiększanie wybranego fragmentu obrazu (lupa) f) pomiary co najmniej: odległości, kątów, obwodu, gęstości (punktu i ROI), histogramu, pola powierzchni, obwodu. g) wyświetlenie negatywu; h) obrót obrazu 90 ,180 stopni i) lustrzane odbicie j) kalibrację parametrów monitora w standardzie DICOM; <p>3. Bezterminowe licencje na profesjonalne oprogramowanie konsoli. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania wszystkich dostarczonych urządzeń w okresie obowiązywania gwarancji na aparat RTG.</p>			
2	Monitor opisowy LCD, min 19"	Tak		Bez oceny
3	Zasilacz UPS do konsoli lekarskiej podtrzymujący zasilanie minimum 15 min	Tak		Bez oceny
4	System operacyjny	Tak, podać		Bez oceny
5	Oprogramowanie DICOM – spełniające wymagania: <ul style="list-style-type: none"> o możliwość automatycznego 	Tak, opisać		Bez oceny

	<p>pobierania obrazów</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ import obrazów DICOM i standardowych plików graficznych (JPG, BMP) ○ możliwość zarządzania obrazami w sieci PACS ○ automatyczne dostosowanie wyświetlanych parametrów do standardu DICOM oraz dostosowanie trybu wyświetlania na min. 2 monitorach ○ przeszukiwanie listy pacjentów i badań według różnych kryteriów ○ wyświetlanie obrazów w różnych podziałach ○ wyświetlanie równoczesne różnych badań ○ wyświetlanie równoczesne badań różnych pacjentów 			
6	Zaimplementowany na konsoli system RIS /PACS posiadany przez zamawiającego, a jeśli to nie jest możliwe dodatkowo zestaw komputerowy do opisywania badań z zaimplementowanym tym systemem (wymagania zestawu komputerowego jak w pozycji VII -31)	Tak		Bez oceny
7	Konsola z oprogramowaniem multimodalnym, do oceny badań rtg, TK, NMR, z możliwością tworzenia co najmniej podstawowych rekonstrukcji typu MPR, po krzywej, 3D, MIP, VRT	Tak		Bez oceny
8	Synchronizacja ręczna różnych serii z różnych badań (TK, NMR)	Tak		Bez oceny
9	Synchronizacja automatyczna różnych serii tego samego badania	Tak		Bez oceny
10	Przeglądanie sekwencji ruchomych, z możliwością minimum: uruchamiania/zatrzymywania sekwencji, przeglądania klatka po klatce	Tak		Bez oceny

11	Możliwość bezpośredniego zapisu z aplikacji na nośnik CDR/DVDR z możliwością przeglądania zapisanych obrazów na dowolnym komputerze PC	Tak		Bez oceny
12	Wydruk badań na urządzeniu do suchego drukowania posiadany przez zamawiającego poprzez DICOM Print	Tak		Bez oceny
13	Drukarka laserowa do drukowania wyników na papierze formatu A4 z tonerem o wydajności co najmniej 5000 str.	Tak		Bez oceny
IX	AUTOMATYCZNY MULTIPLIKATOR DO ARCHIWIZACJI BADAŃ NA PŁYTACH CD– 1 szt.			
	<i>Podać typ i producenta</i>			
1	Automatyczna archiwizacja danych obrazowych z badań i danych tekstowych (zdjęcia, wyniki badań, raporty)	Tak		Bez oceny
2	Nanoszenie nadruku na nagrane płyty, zawierającego dane pacjenta i dane pracowni (drukarka atramentowa, rozdzielczość min.1200 dpi CMYK), monitorowanie poziomu tuszu	Tak		Bez oceny
3	Dane do archiwizacji przesyłane z systemu PACS/RIS posiadanego przez zamawiającego	Tak		Bez oceny
4	Automatyczne pobieranie płyt z zasobnika urządzenia	Tak		Bez oceny
5	Zasobnik na min. 100 płyt	Tak		Bez oceny
6	Nagrywarka combo 16X DVD -/+R DL Prędkość nagrywania 48xCD,16xDVD;650Mb CD,2.5 GB DVD:10	Tak		Bez oceny
X	MOBILNY STÓŁ DO ZDJĘĆ			

1	Minimalna wysokość płyty pacjenta \leq 75 cm	Podać		0-5(najw)
2	Obciążenie płyty pacjenta \geq 210 kg	Podać		0-5(najw)
3	Długość płyty pacjenta \geq 200 cm	Podać		0-5(najw)
4	Szerokość płyty pacjenta \geq 70 cm	Podać		0-5(najw)
XI	INNE WARUNKI			
1	System Intercom pomiędzy sterownią i salą badań	Tak		Bez oceny
2	Instrukcja wszystkich elementów oferowanego systemu w języku polskim, dostarczona wraz z systemem	Tak		Bez oceny
3	Wykonanie testów akceptacyjnych po stronie dostawcy	Tak		Bez oceny
4	Projekt osłon stałych i posadowienia aparatu rtg po stronie dostawcy	Tak		Bez oceny
5	Opracowanie wytycznych do adaptacji pomieszczeń do zainstalowania systemu po stronie dostawcy	Tak		Bez oceny
6	Demontaż aparatu rtg znajdującego się w miejscu posadowienia dostarczanego aparatu	Tak		Bez oceny
7	Gwarancja min.24 miesiące	Tak , podać		punktacja powyżej 24 mies. tj. 24 mies.= 0 pkt.\ 1 pkt za 1 miesiąc ponad 24 miesiące i max. 12 pkt.
8	Podjęcie naprawy po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancyjnym do 48 godzin	Tak		Bez oceny
9	Każdy przestój aparatu w okresie gwarancji powyżej 1 dnia wydłuża obowiązywanie gwarancji na cały	Tak		Bez oceny

	system o liczbę dni przestoju			
10	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia nie wymagającego importu części w okresie gwarancyjnym do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii	Tak		Bez oceny
11	Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia wymagającego importu części w okresie gwarancyjnym do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii	Tak		Bez oceny
12	Cena przeglądu pogwarancyjnego (całkowita, robocizna +materiały), dołączyć szczegółowy spis czynności i procedur wykonywanych w czasie przeglądu.	podać		0-10(najmn)
13	Przyjmowanie zgłoszeń awarii w okresie gwarancyjnym 24 godz/dobę, 365 dni w roku	Tak		Bez oceny
14	Cena gwarantowana nowej lampy w okresie 3 lat po wygaśnięciu gwarancji	podać		0-10 (najmn)
15	Zagwarantowana dostępność części zamiennych w okresie 10 lat po zaprzestaniu produkcji dostarczonego modelu aparatu	Tak		Bez oceny
16	Zestaw kontroli jakości monitorów diagnostycznych z obrazami testowymi i urządzeniem do kalibracji, z pełnym oprogramowaniem	Tak		Bez oceny
17	Zestaw do kontroli jakości cyfrowych aparatów rtg zawierający kompletne oprogramowanie i wymagane ustawodawstwem urządzenia i akcesoria, oraz : -fantom do przeprowadzania testów podstawowych kontroli jakości aparatu rtg w radiografii cyfrowej wraz z uchwytem do statywu, -filtr ekwiwalentny pacjenta	Tak		Bez oceny

	dedykowany do dostarczanego aparatu z dodatkową płytką absorbującą miedzią Cu o grubości 1,0 mm lub 1,3 mm -urządzenie do pomiaru dawki pochłoniętej i kermy			
18	Zapoznanie całego personelu techników z zasadami obsługi i użytkowania systemu- 5 dni	Tak		Bez oceny
19	Dodatkowa wizyta aplikanta po 3 miesiącach-doskonalenie obsługi i wykorzystania pełnej funkcjonalności systemu	Tak		Bez oceny
20	Dodatkowe akcesoria: podnózek do zdjęć kończyn, krzesło do zdjęć w pozycji siedzącej, obciążniki do zdjęć czynnościowych, zestaw fartuchów: całościowe 2 szt. dla dorosłych 0,5 mm Pb , 1 szt. dla dzieci , 2 fartuchy połówkowe dla dorosłych i zestaw fartuchów połówkowych dla dzieci w różnych rozmiarach, wieszaki na fartuchy ; wolnostojące lub montowane do ściany ,osłony na gonady dla dzieci i dorosłych – komplet, osłony na tarczycę (elastyczne) dla dzieci i dorosłych- komplet, zestaw liter i cyfr ołowiowych do oznaczania zdjęć	Tak		Bez oceny
21	Uchwyt na kasety CR do zdjęć bocznych	Tak		Bez oceny
22	Deklaracja zgodności, jeden zbiorczy certyfikat CE obejmujący cały aparat, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych kompletnego aparatu RTG lub inny dokument wprowadzający wyrób do obrotu zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.	Tak		Bez oceny

Punktacja za poszczególne parametry dokonywana będzie proporcjonalnie, najwięcej punktów otrzyma oferta za najkorzystniejszy parametr spośród oferowanych, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, przy czym w przypadku długości gwarancji punktacja rozpoczyna się powyżej 24 miesięcy.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności diagnostycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

.....
podpis Wykonawcy



U M O W A Nr/2010
(projekt)

Dotyczy: „Zakupu aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego -Część I Aparat RTG kostno- płucny”

Zawarta w dniu r. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Wielospecjalistycznym w Jaworznie; 43-600 Jaworzno; ul. Chełmońskiego 28,
wpisanym do KRS pod numerem 0000080752 w Sądzie Rejonowym w Katowicach,
o numerze identyfikacji podatkowej: 632-17-53-077, REGON 270641184,
reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a

.....
wpisanym do rejestru, pod numerem w,
o numerze identyfikacji podatkowej:, REGON,
reprezentowanym przez:

.....
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

1. Zawarcie umowy następuje w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą ***„Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego- Część I Aparat RTG kostno- płucny”***, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr.19, poz. 177 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity Dz. U.z dnia 8 czerwca 2010 r Nr 113 poz.759/, numer sprawy SZP.III.240/26/10/P.
2. Przedmiot zamówienia współfinansowany będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013- projekt pod nazwą „Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego” Priorytet IX „Zdrowie i rekreacja”, Działanie 9.1 „Infrastruktura leczenia zamkniętego”.



§ 2.

Wykonawca obowiązuje się dostarczyć aparat RTG zwany dalej „urządzeniem medycznym” zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofertą przetargową, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy w cenie:

Netto zł, słownie:

Brutto zł, słownie:

w tym podatek VAT: zł, słownie:

Stawka podatku VAT:%

§ 3.

1. Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzenia medycznego nastąpi dodni od dnia podpisania umowy.
2. Na fakturze lub w osobnym załączniku do faktury muszą znajdować się następujące dane dotyczące urządzenia medycznego:
 - nazwa
 - producent
 - model
 - nr seryjny
3. Zapoznanie personelu z zasadami użytkowania urządzenia, będzie realizowane w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.
4. Potwierdzeniem dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia medycznego jest „**Protokół zdawczo-odbiorczy urządzenia**”, sporządzony przez Wykonawcę w/g wzoru, stanowiącego załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. **Okres gwarancji** na oferowane urządzenie medyczne wynosi miesięcy od dnia instalacji i uruchomienia urządzenia, co zostanie stwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym. Karta gwarancyjna, określająca warunki gwarancji zostanie dostarczona wraz z urządzeniem.

§ 4.

1. Wykonawca dostarczy urządzenie medyczne własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie szkody powstałe podczas przewozu transportem obciążają Wykonawcę.

§ 5.

1. Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostawy i instalacji urządzenia oraz uprawnionymi do protokolarnego odbioru urządzenia są:
 - 1) Kierownik Działu Diagnostyki Obrazowej lub/i
.....
 - 2) Kierownik Działu Technicznego w szczególności w sprawach technicznych
..... lub/i :
 - 3) Kierownik Sekcji Gospodarczej w szczególności w sprawach formalnych
..... lub/i
 - 4) Główny Specjalista d/s unijnych
 - 5) Kierownik Działu Informatyki lub/i
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:



§ 6.

1. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tym związanych, może odmówić przyjęcia dostawy w całości lub w części, jeżeli:
 - a) jakikolwiek element przedmiotu dostawy będzie posiadał termin gwarancji krótszy niż określony w ofercie;
 - b) jakikolwiek element przedmiotu dostawy nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nie wszystkie opakowania będą nienaruszone;
 - c) jakikolwiek element przedmiotu dostawy (dla których jest to wymagane) nie będzie posiadał kompletnej dokumentacji obejmującej świadectwa dopuszczenia do obrotu, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty wymagane przepisami prawa;
 - d) otrzymany element dostawy będzie posiadał inny numer serii, niż ten który figuruje na fakturze VAT.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie medyczne będzie fabrycznie nowe i wolne od wad.

§ 7.

1. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia urządzenia medycznego i po dokonaniu instalacji i uruchomieniu urządzenia przez Wykonawcę do formalnego potwierdzenia odbioru w „**Protokole zdawczo-odbiorczym urządzenia**”.
2. Reklamacje z tytułu jakości lub ukrytych wad dostarczonego urządzenia medycznego Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej (zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzonych braków i wad) niezwłocznie po ich wykryciu najpóźniej jednak do upływu gwarancji udzielonej na reklamowane urządzenie medyczne.
3. W razie dostarczenia urządzenia medycznego wadliwego, zniszczonego, uszkodzonego bądź niespełniającego wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określonych w §6 umowy, **Wykonawca zobowiązany jest do jego bezzwłocznej wymiany na własny koszt.**

§ 8.

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary będą naliczane z następujących tytułów i wysokościach:
 - **Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:**
 - a) w wysokości 0,2% wartości brutto określonej w §2 tj. zł w przypadku nieterminowej dostawy, instalacji i uruchomienia urządzenia za każdy dzień opóźnienia, nie dotrzymania warunków gwarancji i serwisu lub dostarczenia urządzenia nie spełniającego wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 - b) w wysokości 5% wartości brutto określonej w §2 tj. zł w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
 - **Wykonawcy przysługuje kara umowna** za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości brutto określonej w §2.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.



4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokości kar umownych.
5. Jeżeli jedna ze Stron wystąpi z żądaniem zapłaty kar umownych druga ze Stron zobowiązuje się do zapłaty naliczonych kar.
6. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą być potrącone z faktury.
7. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przekraczającego jej wysokość na zasadach ogólnych.

§ 9.

Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679 z późn. zmianami) i przepisami obowiązującymi w krajach UE.

§ 10.

1. Zapłata za dostarczone urządzenie medyczne dokonana będzie w terminie **do 30** dni od daty otrzymania faktury wraz z załączonym protokołem zdawczo- odbiorczym, o którym mowa w § 3 ust. 4.
2. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

§ 11.

1. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i posiadają numery identyfikacji podatkowej:
1/ Zamawiający: NIP 632-17-53-077
2/ Wykonawca: NIP

§ 12.

Strony podpisując niniejszą umowę oświadczają, że posiadają pełnomocnictwa do jej zawarcia.

§ 13.

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności z tytułu niniejszej umowy.

§ 14.

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania.
2. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem wniesienia przez Wykonawcę **zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%** całkowitej wartości umowy tj. zł w formie
3. Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu.
4. Zatrzymane kwoty będą przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.



5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 15.

Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16.

1. Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie w formie aneksów podpisanych przez obie strony i opatrzonych datą – pod rygorem ich nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty.
3. Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
 - zmiany terminu dostawy, instalacji lub uruchomienia urządzenia medycznego w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i strony nie miały wpływu na ich wystąpienie;
 - zmiany wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 2 niniejszej umowy, spowodowanego obniżeniem ceny urządzenia medycznego;
 - zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 5 niniejszej umowy.

§ 17.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Integralną część umowy stanowią:
 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 - Oferta Wykonawcy.

§ 18.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

WYKAZ

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie **ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert**, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

NR SPRAWY:SZP.III.240/26/10/P

WYKONAWCA:

.....
(Nazwa i adres Wykonawcy lub jego pieczęć firmowa, adresowa)

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

„Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego- **Część I Aparat RTG kostno- płucny**”

Lp.	Opis, przedmiot zamówień	Wartość brutto zamówień PLN	Data rozpoczęcia dd/mm/rrrr	Data zakończenia dd/mm/rrrr	Podmiot zlecający, udzielający zamówień

W przypadku zamówienia rozliczanego w walutach innych niż polski złoty, należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP tej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (dokumenty potwierdzone przez przedstawicieli Zleceniodawców upoważnionych do ich reprezentowania).

....., dnia

.....
*Podpis(y) przedstawicieli Wykonawcy,
upoważnionych do jego reprezentowania*



SZP.III.240/26/10/P

Załącznik nr 6 do SIWZ – „Wzór protokołu zdawczo- odbiorczego”

Jaworzno, dnia

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
URZĄDZENIA MEDYCZNEGO**

Nazwa urządzenia:.....

Model:

Producent:

Numer seryjny:

Akcesoria:

.....

Miejsce instalacji.....

Osoba dokonująca instalacji.....

Osoba zapoznająca personel z zasadami użytkowania urządzenia:.....

Osoby pouczone o sposobie użytkowania urządzenia:

.....

.....

Potwierdzam otrzymanie urządzenia, instrukcji obsługi, paszportu medycznego oraz karty gwarancyjnej. Zgadzam się z warunkami gwarancji i oświadczam, że zostałem poinformowany o właściwym użytkowaniu sprzętu.

.....

Osoba przyjmująca (podpis i pieczęć)

.....

Osoba przekazująca (podpis i pieczęć)