

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

„Dostawę środków dezynfekcyjnych i opatrunków sterylnych do Apteki SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia:

WYKONAWCA 1

1) Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny środków na bazie aldehydu glutarowego bez dodatku gliksalu przeznaczony do maszynowej dezynfekcji, sprzętu termolabilnego w tym endoskopów giętkich w temp. do 60 stopni C i spektrum działania B, Tbc, F, V osiąganym przy dozowaniu 7,5 ml/L wody?

UZASADNIENIE: Dopuszczenie oferowanego środka pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem użytkowym i ekonomicznym. Mniejsze stężenie użytkowe preparatu jest bezpieczniejsze dla obrabianych narzędzi i stanowi mniejsze zagrożenie dla personelu obsługującego. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

2) Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w 5 l kanistrach, na których jest wyrażona waga preparatu tj. 5kg (~co stanowi ok. 4,8 l) w przeliczeniu na

UZASADNIENIE: Właściwości fizyko-chemiczne cieczy powodują, że ciecz zmienia swoją gęstość a co z tym idzie objętość, lecz nie zmienia swojej wagi. Podanie wagi na opakowaniu nie ma jakiegokolwiek wpływu na dozowanie środka ani na jego stężenie robocze. Dopuszczenie oferowanego przez nas preparatu pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę.

3) Pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w 5 l kanistrach, na których jest wyrażona waga preparatu tj. 5kg (~co stanowi ok. 4,673 l) w przeliczeniu na zapotrzebowanie Zamawiającego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ ?

UZASADNIENIE: Właściwości fizyko-chemiczne cieczy powodują, że ciecz zmienia swoją gęstość a co z tym idzie objętość, lecz nie zmienia swojej wagi. Podanie wagi na opakowaniu nie ma jakiegokolwiek wpływu na dozowanie środka ani na jego stężenie robocze. Dopuszczenie oferowanego przez nas preparatu pozwoli Zamawiającemu na dokonanie najbardziej optymalnego wyboru pod względem ekonomicznym i użytkowym. W razie odpowiedzi negatywnej prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę.

4) Pakiet 6 poz. 2 oraz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na nietoksyczne wskaźniki emulacyjne zawierające 250szt. testów w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości oraz ceny?

ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 2

1) Pakiet 1 poz. 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego przeznaczonego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i małych powierzchni roboczych w postaci aktywnej piany, gotowego do użycia, bez rozcieńczania, odznaczającego się wysoką skutecznością biobójczą zwłaszcza na B, Tbc, F, V (HBV, HIV, Rotawirus), opartego na bazie chlorku dwuodcyłodwumetyloamoniowego, chlorku benzylo-C12-14-18-alkilodimetylowego, chlorku benzylo-C12-14-18-alkilo [(etylofenylo) metylo]dimetylowego w opakowaniach 1l z końcówką spieniającą.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

2) Pakiet 1 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego przeznaczonego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy, aktywny wobec MRSA, kompatybilny z większością tworzyw, nie wymaga zmywania wodą, nie pozostawia osadów, dopuszczony do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, do sporządzania roztworów roboczych z możliwością użycia zimnej wody, opartego na bazie benzylo-C12-18-alkildimetylowych chlorków, fenoksyetanolu oraz substancji dodatkowych w opakowaniach 2 litrowych po odpowiednim przeliczeniu.

ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę.

3) Pakiet 2 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu alkoholowego opartego na bazie etanolu i 1-propanolu, przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, wykazującego czas działania B, F – 1 min., B, F, V (adenowirus) do 2 minut. W opakowaniach 1 litrowych. Preparat nie zawiera pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów. Preparat posiada ocenę użytkową ImiDz oraz opinię z Kliniki Neonatologii oraz Kliniki Zakażeń Noworodka ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

4) Pakiet 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną, opartego na bazie pentakalium bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat), działania B, V, F w stężeniu 2% i w czasie działania do 15 min, roztwór aktywny przez 30 godz. od momentu sporządzenia, w związku z tym nie wymagającego np. pasków wskaźnikowych (zgodnie prawodawstwem europejskim tylko wtedy gdy roztwór aktywny jest krócej niż 24 godziny, to wymagane jest potwierdzenie aktywności np. paskiem wskaźnikowym), w opakowaniach 40g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

5) Pakiet 5 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie aldehydu glutarowego i spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

6) Pakiet 5 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, przeznaczony do maszynowego mycia endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego, dobrze oczyszczającego sprzęt przed dezynfekcją z możliwością użycia do materiałów wykonanych z gumy, tworzywa sztucznego, metalu, szkła i porcelany, w opakowaniach 5 l.

ODPOWIEDŹ: Nie, zgodnie z SIWZ.

7) Pakiet 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego opartego na bazie czwartorzędowych zw. amoniowych, 0,26 g chlorku dwudecyldwumetyloamoniowego, 0,26g chlorku benzylo-C12-14-18-alkilodimetylowego, posiadającego informację producenta o możliwości stosowania na oddziałach pediatrycznych oraz noworodków, oraz możliwości użycia preparatu do dezynfekcji inkubatorów i głowic USG, a także posiadający opinię z Kliniki Neonatologii o możliwości użycia do inkubatorów w opakowaniach po 200 szt. chusteczek po odpowiednim przeliczeniu.

ODPOWIEDŹ: Tak, wyrażamy zgodę.

8) Pytanie ogólne:

W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zasadami matematyki.

Podpisał: dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują: firmy zadające pytania*