

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  
**„Dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów, dostawa akcesoriów endoskopowych, dostawa lasera biostymulacyjnego oraz kamery zabiegowej do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje stosownej zmiany w siwz:

Wykonawca 1

**Pytanie do pakietu 2 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie średnicy pętli obrotowych 20mm zamiast 27, 30, 33mm przy zachowaniu pozostałych parametrów w opisie przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

**Pytanie do pakietu 2 pozycja 2 i 3**

Opakowania handlowe produktów w poz. 2 i 3 zawierają po 10 szt pętli i są niepodzielne, czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu pakowanego po 10 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia odpowiednio ilości oferowanych produktów. W pozycji 3 w celu ułatwienia przeliczenia ilości i umożliwienia złożenia oferty zarówno na produkt pakowany po 5 szt. i po 10 szt. Zamawiający dokonuje zmiany ilości z 1 op. na 2 op.

Wykonawca 2

**ZAPYTANIA DOTYCZĄCE UMOWY ODNOSZĄ SIĘ DO WZORU UMOWY DLA PAKIETU NR 2.**

**Pytanie 1**

Dotyczy SIWZ punkt XII Miejsce i termin składania ofert, podpunkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu składania ofert do godziny 13:00?

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie 2**

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie zamówionego towaru do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia telefonicznego potwierdzonego faxem, a w sytuacjach awaryjnych w ciągu 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Nie.

**Pytanie 3**

Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu:

„ Reklamacje ilościowe lub co do zgodności z zamówionym asortymentem Wykonawca zobowiązuje się rozpatrywać w ciągu 7 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Nie

#### **Pytanie 4**

##### **Dotyczy zapisów umowy § 3 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„ Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych w ramach niniejszej umowy wyrobów medycznych w granicach do 20 % wartości przedmiotu umowy bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony Wykonawcy do Zamawiającego”.

Odpowiedź: Nie

#### **Pytanie 5**

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 2 punkt a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?

Odpowiedź: Nie

#### **Pytanie 6**

Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„ Jeśli Wykonawca trzykrotnie dostarczy towar wadliwy lub trzykrotnie nie dostarczy towaru w terminie wymaganym postanowieniami mniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy jeżeli jej wykonanie w całości, z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, nie leży w interesie publicznym. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczania kary umownej ani inne odszkodowanie z tego tytułu”.

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie 7**

Dotyczy zapisów umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„ W przypadku zwłoki w płatności ( każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

Odpowiedź: Nie, zamawiający utrzymuje zapisy w tym zakresie.

#### **Pytanie 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie 9**

Dotyczy zapisów umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„ Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności (jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 10 ust. 1 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanego potrącenia”.

Odpowiedź: Nie, zamawiający utrzymuje zapisy siwz w tym zakresie.

#### **Pytanie 10**

Dotyczy zapisów umowy § 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności z tytułu niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego”.

Odpowiedź: Nie, zamawiający utrzymuje zapisy siwz w tym zakresie.

#### **Pytanie 11**

**Dotyczy załącznika nr 3.2 – Pakiet 2 – pozycja 1,2,3**

Czy zamawiający pozwoli na złożenie oferty na akcesoria endoskopowe równoważne typu pętle do polipektomii o śred. otwartej 15mm;25mm;35mm,długości 230cm pakowane po 5 sztuk i utworzy z nich osobny pakiet?

Odpowiedź: Nie.

#### **Pytanie 12**

##### **Dotyczy załącznika nr 3.2 – Pakiet 2 – pozycja 7**

Oferent prosi o ściśle sprecyzowanie co miał na myśli zamawiający pisząc trójwymiarowy koszyk i podanie konkretnych parametrów dotyczących trójwymiarowości koszyka do zbierania polipów oraz dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym koszyka jednorazowego, elastycznego o średnicy 50mm;60mm i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający pisząc „trójwymiarowy koszyk” ma na myśli koszyk, który w momencie otwarcia układa się w kształt półkuli. Kształt kosza tworzą odpowiednio sztywne, wyprofilowane druty. Zamawiający nie dopuszcza koszyka jednorazowego, elastycznego o średnicy 50mm;60mm i nie wyraża zgody na utworzenie osobnego pakietu.

#### **Pytanie 13**

##### **Dotyczy załącznika nr 3.2 – Pakiet 2 – pozycja 8**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 2 pozycji 8 i utworzenie z niej oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Nie.

#### Wykonawca 3

##### **Dotyczy Pakiet 1 – dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem 25 szt glukometrów**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w Pakiecie 1 pasków oraz glukometrów, badających poziom glukozy we krwi przy zakresie hematokrytu 25% - 65%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przekazanie 25 sztuk glukometrów w formie darowizny?

Odpowiedź: Nie.

#### Wykonawca 4

1. Czy Zamawiający dopuści oferowanie nowoczesnego , najdokładniejszego ( enzym GDH-NAD) obecnie na rynku glukometru o innych parametrach niż wymienione w specyfikacji?

Minimalny zakres pomiaru : 1,1- 33,3 mmol/l (20-525 mmol/dl)

Brak istotnego zakłócającego wpływu hematokrytu krwi badanej na wynik badania glukozy w zakresie Het 25-55 %

Odpowiedź: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z siwz.

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi Zamawiający załącza zał. 3.2 po zmianie

*Podpisał Lekarz Naczelny – Dr n.med. Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
otrzymują: firmy zadające pytania*