

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na
„Dostawa pasków do glukometrów wraz z użyczeniem glukometrów, dostawa akcesoriów endoskopowych, dostawa lasera biostymulacyjnego oraz kamery zabiegowej do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje stosownej zmiany w siwz:

Wykonawca

Pytanie dotyczące kamery zabiegowej.

Czy Zamawiający dopuści niemedyczny monitor LCD, przekątna ekranu min 19” o rozdzielczości 1280x1024 z podstawą pod monitor kompatybilny z oferowaną kamerą?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści niemedyczny monitor LCD, przekątna ekranu min 19” o rozdzielczości 1280x1024 z podstawą pod monitor kompatybilny z oferowaną kamerą- zmiana SIWZ zał. nr 3.

W załączniku załącznik nr 3.4 po zmianie odp.2

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują: firmy zadające pytania*

Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny