



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Śląskie.  
Pozytywna energia

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



SZP.III.240/42/10/P - odp. 4

Jaworzno, dnia 2011-01-28

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Zakup aparatury medycznej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu poprawy jakości leczenia wysokospecjalistycznego- **Część III Litotryptor, kardiowertery z defibrylatorem, KTG**”  
Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:

WYKONAWCA 7

**Pytanie dotyczące pakietu nr 1 - Litotryptor**

Zamawiający na pytania:

- 1) Czy Zamawiający dopuszcza, aby geometria przetwornika posiadała podwójne uzwojenie stożkowe?
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza, aby geometria reflektora posiadała podwójnie zmodyfikowaną parabolę ?

Udzielił Odpowiedzi: „Zamawiający nie dopuszcza ze względu na małą elastyczność głowicy kruszącej przy tego typu”

*Prosimy o odpowiedź co Zamawiający rozumie przez „małą elastyczność głowicy kruszącej”?*

**Odpowiedź:** Mała elastyczność głowicy kruszącej jest to mały zakres regulacji położenia głowicy względem nieruchomego pacjenta.

*Podpisał: dr n. med. Józef Kurek- Dyrektor  
SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
Otrzymują firmy zadające pytania*