

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług polegających na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej część I znajdującej się w SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje stosownej zmiany siwz:

Wykonawca 1

Pytanie 1

Ad II. Określenie przedmiotu zamówienia pkt 8

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie z SIWZ zapisu: „Wykonawca winien udokumentować w szczególności fakturą, rachunkiem, paragonem. Zwrot poniesionych kosztów materiałów nastąpi do wysokości kwot udokumentowanych”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany siwz w tym zakresie: Wykonawca w celu udokumentowania kosztów materiałów do naprawy winien przedstawić cennik, aktualny na dzień złożenia zlecenia naprawy.

Pytanie 2

Wzór umowy § 5 pkt 3

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie ze wzoru umowy zapisu: „Zwrot poniesionych kosztów materiałów nastąpi do wysokości kwot udokumentowanych”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy w tym zakresie: Wykonawca w celu udokumentowania kosztów materiałów do naprawy winien przedstawić cennik, aktualny na dzień złożenia zlecenia naprawy.

Wykonawca 2

1. dot. SIWZ pkt. II 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu „Zakup zaakceptowanych przez pracownika Zamawiającego materiałów do naprawy, Wykonawca winien udokumentować w szczególności fakturą, rachunkiem, paragonem. Zwrot poniesionych kosztów materiałów o nastąpi do wysokości kwot udokumentowanych.” na zapis „Wykonawca udostępni Zamawiającemu cennik części zamiennych. Zwrot kosztów materiałów nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.”?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zmianę. Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w siwz i wzorze umowy: Wykonawca w celu udokumentowania kosztów materiałów do naprawy winien przedstawić cennik, aktualny na dzień złożenia zlecenia naprawy

2. dot. zadania nr 3, opisu pod tabelką - „Zakres przeglądu aparatów i urządzeń medycznych”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktu 8. „Naprawy bieżące”, gdyż naprawy nie wchodzi w zakres usługi przeglądu?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wyraża zgodę i wykreśla poz 8 z zakresu i dokonuje tym samym stosownej zmiany w specyfikacji asortymentowej.

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi zamawiający zamieszcza załącznik 3 (specyfikacja asortymentowa) oraz wzór umowy po zmianie

*Podpisała Kierownik Działu Organizacyjno – Prawnego  
Gabriela Rokitowska*

Otrzymują: firmy zadające pytania  
Publikacja: strona internetowa zamawiającego