

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów szewnych i hemostatycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje stosownej zmiany siwz:

Wykonawca 1

1. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 szew o czasie wchłaniania między 50 a 80 dniem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz.

2. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 poz.3 igłę o długości 45mm i krzywiznie ½ koła a nić o długości 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 poz.6 i 7 igłę nie posiadającą w swym opisie określenia rozwarstwiająca, spełniającą jednak inne pozostałe wymogi i będącą równoważną dla opisywanego materiału?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 1 poz.4 i 5 igłę o długości 36mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 2 poz.1 igłę o długości 40mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

6. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 6 szew o czasie wchłaniania między 50 a 80 dniem? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

7. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 6 poz.1 igłę o długości 36mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza

8. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 8 poz.1 nić o długości 75cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz..

9. Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści w Pakiecie 8 poz.2 nić o długości 90cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz.

Wykonawca 2

1. Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający dopuści szew nasączony środkiem antybakteryjnym (triclosan) przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz

2. Czy w pakiecie nr 4 w pozycji 5 Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz

3. Czy w pakiecie nr 4 w pozycjach 7 i 10 Zamawiający dopuści igłę okrągłą-rozwarstwiającą bez wzmocnienia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz

4. Czy w pakiecie nr 8 w pozycji 7 Zamawiający dopuści igłę o długości 70mm z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz

5. Czy w pakiecie nr 16 w pozycji 1 Zamawiający dopuści gąbkę żelatynową o wymiarach: 70x50x10mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz

6. Czy w pakiecie nr 16 w pozycji 2 Zamawiający dopuści gąbkę żelatynową o wymiarach: 70x50x1mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz

7. Czy w pakiecie nr 18 w pozycji 2 Zamawiający dopuści opatrunek hemostatyczny o wymiarach: 12,5x50mm oraz 75x50mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

### Wykonawca 3

Prosimy o wyłączenie z pakietu nr 18 pozycji nr 1

Odpowiedź: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Czy w pakiecie nr 18 w pozycji nr 2 zamawiający wymaga opatrunku o rozmiarach 125mmx50mm, czy może chodzi o rozmiar 1,25cmx50mm?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem siwz rozm. 125mm x 50mm i rozm. 75mm x 50mm

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi zamawiający zamieszcza załącznik 3 (specyfikacja asortymentowa) po zmianach

*Podpisał Lekarz Naczelny – Dr n.med. Wiesław Więckowski*

*Otrzymują: firmy zadające pytania*

*Publikacja: strona internetowa zamawiającego*