

Jaworzno, dnia 2011-08-24

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa endoprotez i implantów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje stosownej zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 1** dopuści możliwość zaferowania drutów do wiązania odłamów fi od 0,5 mm-1,5 mm zamiast 0,5 mm-2,0 mm?

Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 7** dopuści możliwość zaferowania płytki T koniczynki L od 88 mm-136 mm zamiast od 88 mm-138 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 13** dopuści możliwość zaferowania płytki drobnej od 6 do 12 otworów szerokość 11 mm, grubość 4 mm o dł. 103 mm-199 mm otwory pod wkręty **4,5mm** oraz płytki drobnej od 4 do 12 otworów szerokość 11 mm, grubość 2,5 mm o dł. 49 mm-145 mm otwory pod wkręty 3,5mm?

Odp: Dopuszcza się pod warunkiem zachowania parametru: dla wkrętów fi 3,5.

4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 16** dopuści możliwość zaferowania płytki o długości 54 mm - 77 mm?

Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 20** dopuści możliwość zaferowania płytki samodociskowej szerokiej grubości 4,5 mm L od 103mm-294mm zamiast grubości 4,8 mm L od 103 mm-295 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

6. Czy Zamawiający w **Pakiecie 11 poz. 36** dopuści możliwość zaferowania wkrętów kostkowych fi 4,5mm zamiast fi 3,0mm?

Odp: Nie, zamawiający nie dopuszcza

7. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy w **Pakiecie 11 poz. 40** zamawiający wymaga płytki puszczelowej bliższej blokowanie?

Odp: Dopuszcza się płytkę blokową.

8. Czy Zamawiający w **Pakiecie 12 – DHS do zespoła**, wymaga zaferowania implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

9. Czy Zamawiający w **Pakiecie 12** dopuści możliwość zaferowania śruby kompresyjnej 32 mm zamiast 36 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi zamawiający zamieszcza załącznik 3.11 i 3.12 po zmianie

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania

Podpisał Lekarz Naczelny – Dr n.med Wiesław Więckowski