

Jaworzno, dnia 2011-08-18

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawa urządzeń do mechanicznych zespołów jelitowych i materiałów operacyjnych, siatek przepuklinowych i taśm przy nietrzymaniu moczu do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje stosownej zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 1 staplerów okrężnych jednorazowych zakrzywionych z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 25mm, 28mm, 31mm lub 33mm z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywki przy składaniu zamówienia.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 2 staplerów tnąco-zszywających o długości linii szwów 60mm posiadającego nóż w ładunku (przy każdym przeładowaniu staplera – nowy nóż stanowiący część ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu (dla tkanki grubej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 w pozycji 3 ładunków z nożem do staplera tnąco-zszywającego o długości linii szwów 60mm posiadających 4 rzędy naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu (dla tkanki grubej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 4 jednorazowego staplera zamykającego z obrotową rękojeścią i wyginającą się główką o dł linii szwów 30 lub 55mm i wysokości zszywek 3,5mm lub 4,8mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek. Zamawiający określi długość staplera i wysokość zszywki przy składaniu zamówienia

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 5 staplerów liniowych jednorazowego użytku 45mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm oraz 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 6 ładunków do staplerów liniowych jednorazowego użytku 45mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 3,5mm oraz 4,8mm. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 7 uniwersalnej jednorazowej rękojeści do endoskopowych ładunków jednorazowych długości 60mm, wspólnej dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° - dostępna w 3 długościach - określonych każdorazowo przez Zamawiającego i tym samym zwiększenie ilości ładunków w pozycji 8 do 28 sztuk

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 8 jednorazowego trokara typu bezostrzowego z plastikowym "ostrzem", o średnicy 12mm i długości kaniuli 100mm, kaniula karbowana, z uniwersalnym systemem bezobsługowych uszczelnień 5-12mm posiadający 3-stopniowy zawór

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

9. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 9 z pakietu 1 do osobnego pakietu lub zgodę na zaoferowanie jednorazowego portu pojedynczego dostępu laparoskopowego, wykonanego z miękkiej, plastycznej pianki, posiadającego 3 otwory dostępowe, w zestawie razem z 3 kaniulami 5mm i 1 bezostrzowym obturatorem oraz 1 kaniulą 12mm z bezostrzowym obturatorem.

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 pozycji 11 i 12 ładunków oraz staplerów tnąco-szyjących o długości linii szwów 100mm posiadającego nóż w ładunku (przy każdym przeładowaniu staplera – nowy nóż stanowiący część ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu (dla tkanki normalnej) oraz 4,8mm przed zamknięciem i 2,0 po zamknięciu (dla tkanki grubej). Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance.

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Wykonawca 2

Paragraf 5 ust. 2 i 3

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmienie:

2. Wartość netto oraz ceny jednostkowe netto określone w ust. 1 pozostają niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy.

3. W przypadku zmiany stawek VAT cena brutto oraz wysokość podatku VAT ulegnie zmianie.

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz.

Paragraf 6 ust. 2b

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

2. Zmiany umowy oraz warunki i okoliczności zmiany:

Strony umowy dopuszczają zmiany w umowie w następujących okolicznościach i w poniżej określonych przypadkach:

b) zmiany stawki podatku VAT (przy czym, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian),

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz

Wykonawca 3

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 w pozycji 1 syntetyczną siatkę z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronną dootrzewnową z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m², grubość od 1,5mm do 2mm lub syntetyczną siatkę z polipopylenu, dwustronną dootrzewnową z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Polipropyleń o gramaturze 73g/m², grubość od 0,7mm do 0,9mm o rozmiarze 20cm x 15cm ?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 w pozycji 2 syntetyczną siatkę z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronną dootrzewnową z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Poliester o gramaturze 88g/m², grubość od 1,5mm do 2mm o rozmiarze 37cm x 28cm lub syntetyczną siatkę z polipopylenu, dwustronną dootrzewnową z wchłaniającą warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Polipropyleń o gramaturze 73g/m², grubość od 0,7mm do 0,9mm o rozmiarze 30cm x 20cm ?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 w pozycji 3 syntetyczną siatkę do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipopylenu monofialmentową o rozmiarach porów 1,75x1,74 mm, ciężar siatki 75g/m² w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 w pozycji 4 syntetyczną siatkę do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipopylenu monofialmentową o rozmiarach porów 1,75x1,74 mm, ciężar siatki 75g/m² w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 w pozycji 5 syntetyczną siatkę do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipropylenu monofialmentową o rozmiarach porów 1,75x1,74 mm, ciężar siatki 75g/m² w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 w pozycji 1 syntetyczną siatkę do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipropylenu monofialmentową, lekką o rozmiarach porów 1,5x1,7 mm, ciężar siatki 38g/m² w rozmiarze 6cm x 11cm?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

7. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 w pozycji 2 syntetyczną siatkę do zaopatrywania przepuklin pachwinowych i pooperacyjnych z polipropylenu monofialmentową, lekką o rozmiarach porów 1,5x1,7 mm, ciężar siatki 38g/m² w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

8. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 w pozycji 3 monofilamentową siatkę polipropylenową o ażurowym splocie heksagonalnym z jednorodną wielokierunkową elastycznością, gramatura 75g/mkw, porowatość 1,7mm rozm 6cm x 11cm?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

9. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 w pozycji 4 monofilamentową siatkę polipropylenową o ażurowym splocie heksagonalnym z jednorodną wielokierunkową elastycznością, gramatura 75g/mkw, porowatość 1,7mm rozm 30cm x 30cm?

Odp: Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza zał. 3.1 po zmianie

Podpisał Lekarz Naczelny Dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*