

Jaworzno, dnia 2011-08-19

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawa urządzeń do mechanicznych zespołów jelitowych i materiałów operacyjnych, siatek przepuklinowych i taśm przy nietrzymaniu moczu do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje stosownej zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

1) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII, poz. nr 1:

- 30 szt. jednorazowych taśm do leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu, materiał: polipropylen, monofilament, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 1000 -1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami.

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz

2) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII,, poz. nr 2:

- 10 szt. jednorazowych zestawów do korekcji cystocele, siatka jednorodna, niewchłaniająca, o anatomicznym kształcie, trapez z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 1000-1870 μm , wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość 30 cm, bez wplecionej niebieskiej nici

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz

3) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr VII, poz. nr 3:

- Siatkę do korekcji statyki dna miednicy mniejszej, polipropylenową, monofilamentową, niewchłaniającą, o dwukierunkowej elastyczności, lekką, grubość siatki 0,32 mm, porowatość 1390 μm , gramatura 30 g/m², w rozmiarze zgodnym z SIWZ

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany w siwz

Wykonawca 2

Pytanie 1, dotyczy Pakietu VII -taśma przy nietrzymaniu moczu

Zamawiający nie umieścił w opisie zapotrzebowania na igły, co ma duży wpływ na cenę i jest niezbędne do wykonania zabiegu. Brak w komplecie igieł koniecznych do przeprowadzenia zabiegu może narazić Zamawiającego na dodatkowe koszty. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem:

Czy Zamawiający wymaga, aby każda taśma/siatka była wraz z kompletem igieł jednokrotnego użytku? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odp: Nie, zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ

Pytanie 2, dotyczy Pakietu VII, Pozycji 1 -taśma przy nietrzymaniu moczu

Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym taśmę o parametrach lepszych lub równych, niż wymagane w SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o porach wielkości 1mm², całkowicie niewchłaniałna o wymiarach: długość 500 mm, szerokość 11mm, taśma w plastikowej osłonce zaopatrzona na końcach w jednorazowe złącza do połączenia z dwoma igłami.

Do zakładania taśmy służą dwie jednorazowe igły o kształcie ułatwiającym bezpieczne przeprowadzenie przez otwory zasłonowe metodą out-in.

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3, dotyczy Pakietu VII, Pozycji 2 -taśma przy nietrzymaniu moczu

Czy Zamawiający dopuści i uwzględni w postępowaniu przetargowym protezę do korekcji cystocele o parametrach równych lub lepszych niż wymieniona w SIWZ? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 100 mm, połączona z czterema ramionami o dł. 30 cm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu. Grubość siatki 0,30 mm, gęstość 23,9 g/m². Do implantacji siatki, drogą przez otwory zasłonowe - techniką „out-in”, służą cztery jednorazowe igły.

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4, dotyczy Pakietu VII, Pozycji 3 -taśma przy nietrzymaniu moczu

Czy Zamawiający w trosce o uczciwą konkurencję wyłączy z Pakietu VII Pozycję 3 i utworzy dla niego osobny pakiet? W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odp: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Wykonawca 3

Czy zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 1 dopuści taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o długości 50cm, szerokości 1,25cm, gramaturze 70g/m², grubość nici 0,5mm, brzegi taśmy traumatyczne zakończone pętelkami, taśma jednorodna niewchłaniałna bez plastikowych osłonek. Materiał polipropylen, monofilament. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu np.7a, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp: Zamawiający dopuszcza taśmy o powyższych parametrach i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie natomiast zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Wykonawca 4

Czy zamawiający w pakiecie nr 7 w pozycji nr 2 dopuści implant do korekcji cystocele o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, materiał polipropylen monofilament o wymiatach 85 x 60 mm, gramatura 19,2/m², grubość 0,27 mm. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do odrębnego pakietu np. 7b, co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp: Zamawiający dopuszcza implant o powyższych parametrach i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie natomiast zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Wykonawca 5

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 w pozycji 1 jednorazowy zestaw do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet i zaburzeń statyki dna macicy do uretropeksji przez otwór zasłonowy. Parametry zestawu do chirurgicznej korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet: 1. Tuneler jednorazowy metalowy oraz dwie jednorazowe igły plastikowe z tępą bezpieczną końcówką 2. Taśma o długości minimum 50 cm. 3. Taśma o szerokości do 0,8 cm. 4. Taśma monofilamentowa 5. Taśma z polipropylenu. 6. Długość igieł - 25 cm 7. Wklucie metodą od zewnątrz do środka?

Odp: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 w pozycji 2 siatkę do leczenia cystocele i wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Korpus wykonany z siatki polipropylenowej monofilamentowej lekkiej, 35g/m², wielkość porów 1,9x1,8 mm. Wielkość korpusu w części szerokiej 8 cm, w części wąskiej 4 cm, długość 6 cm. Ramiona o szerokości 1 cm i długości 40 cm wykonane z polipropylenu monofilamentowego o wielkości porów 0,8x0,6 mm?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany siwz w tym zakresie

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 7 w pozycji 3 siatkę lekką wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o gramaturze 38g/mkw, o porowatości 1,5mm, rozm 30cm x 30cm?

Odp: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje stosownej zmiany siwz w tym zakresie.

W załączeniu do niniejszej odpowiedzi zamawiający zamieszcza załącznik 3.7 po zmianie

W związku z odpowiedziami i dokonanymi zmianami w siwz zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert

Termin składania ofert: **24.08.2011 r. godz.11.00**

Termin otwarcia ofert **24.08.2011 godz. 11.30.**

Miejsce składania i otwarcia ofert - bez zmian.

Podpisał Lekarz Naczelny Dr n.med Wiesław Wieckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*