

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na*

*„Dostawę odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie-  
bakteriologia; szybkie testy diagnostyczne; analiza moczu; koagulologia; drobny sprzęt laboratoryjny;  
suche testy ureazowe; biochemia; immunologia; gazometria; elektrolity; serologia; analityka ogólna”*

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 7

**Pytania dotyczące projektu umowy:**

**Dotyczy § 3 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu:

"Zamawiający zastrzega sobie stałość cen w okresie obowiązywania umowy. W przypadku istotnej zmiany kosztów nabycia przedmiotu umowy u wykonawcy w wyniku zmiany:

- kursów walut o więcej niż 5%
- cen producenta o więcej niż 5%
- stawek podatkowych i celnych,

Strony na wniosek strony zainteresowanej dokonają zmian cen przedmiotu umowy w stopniu nie większym niż wielkość tych zmian.

Zmiany cen wprowadzone zostaną aneksem do niniejszej umowy".

Proponowany zapis ma na celu zapewnienie utrzymania stabilności firmy Wykonawcy w przypadku nieoczekiwanych, nagłych wzrostów czynników cenotwórczych, ponadto nie wymusza na wykonawcy konieczność zawyżania cen na oferowane produkty, do czego zmuszony jest wykonawca kalkulujący ceny na dłuższy okres czasu.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody na proponowaną zmianę SIWZ.

**Dotyczy § 4 ust. 1**

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy: w załączniku nr 4a do SIWZ § 9 ust.1 i w załączniku nr 4b do SIWZ § 4 ust. 1 otrzymują brzmienie:

*„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowana będzie sukcesywnie, według zamówień składanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, faksem, drogą elektroniczną (lub telefonicznie w sytuacjach awaryjnych) w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia”.*

**Dotyczy § 4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z „7 dni” do „7 dni roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego?

Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### **Dotyczy § 5 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody. Takie zamówienia zdarzają się rzadko.

#### **Dotyczy § 5 ust. 3**

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### **Dotyczy § 6 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „bezzwłocznie” na „ w terminie 15 dni od daty odbioru towaru”?

Prośbę swoją motywujemy tym, że Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne.

Reklamację ilościową powstałą z winy przewoźnika, można składać do przewoźnika w ciągu 14 dni od daty dostawy towaru, a zatem, jeśli Zamawiający zgłosi taką reklamację po tym terminie, wykonawca nie będzie miał możliwości dochodzić strat towaru u przewoźnika, dlatego też zapis tego paragrafu powinien brzmieć:

„...jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty dostawy towaru”.

**Odpowiedź:** W § 6 ust. 3 brak zapisu „bezzwłocznie”. Prawdopodobnie chodzi o § 8 we wzorze stanowiącym zał.4b do SIWZ. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w proponowanym zakresie.

#### **Dotyczy § 9 ust. 1**

Prosimy o zmianę zapisu z: „30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury” na zapis brzmiący następująco: „30 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu”.

Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie faktycznego terminu dostawy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o wskazanie osoby odpowiedzialnej do odbioru dostawy, która to osoba będzie potwierdzała odbiór towaru i faktury VAT.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### **Dotyczy § 11 ust. 2 a).**

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych: z „0,5%” na „0,1%” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy

płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być, bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu § 10 ust. 1.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### **Dotyczy § 11 ust. 4**

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### **Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawartego w PAKIECIE nr 18:**

##### **Dotyczy pozycji: 1, 2, 21, 22, 33 oraz 49**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w próbówce) czy może nalepki, która zasłania część próbki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania próbek z polem do opisu w formie nadruku i dokonuje zmiany SIWZ w załączniku nr 3 w zakresie Pakietu nr 18, dopisując w kolumnie nazwa produktu w pozycjach 1, 2, 21, 22, 33 wyrazy „z polem do opisu w formie nadruku”

##### **Dotyczy pozycji 8**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek koloru żółtego czy też bezbarwnych?

##### **Dotyczy pozycji 9**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek koloru niebieskiego czy też bezbarwnych?

##### **Dotyczy pozycji 45**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek koloru żółtego czy też bezbarwnych?

##### **Dotyczy pozycji 46**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek koloru niebieskiego czy też bezbarwnych?

**Odpowiedź (dotyczy pozycji 8,9,45,46):** Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ w zakresie uzupełnienia opisu końcówek poprzez określenie kolorów nie chcąc ograniczać konkurencji, natomiast wolałby proponowane kolory, niż końcówki bezbarwne.

##### **Dotyczy pozycji 29**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania próbek z kapilarą z fluorkiem sodu czy też z wersenianem K<sub>2</sub>?

Próbki z fluorkiem sodu przeznaczone są do glukozy, natomiast próbki z wersenianem K<sub>2</sub> do hematologii.

**Odpowiedź:** Zgodnie z SIWZ wymagamy próbki z kapilarą z fluorkiem sodu oraz wersenianem K<sub>2</sub>.

WYKONAWCA 8

**Dotyczy pakietu nr 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 20 podłoża Sabouraud tylko z chloramfenikolem?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

**Dotyczy pakietu nr 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krążków antybiotykowych z terminem ważności min. 12 m-cy?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

**Dotyczy pakietu nr 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testów oznaczania Rota i Adenowirusów w postaci szybkiego testu immunochromatograficznego bez oddzielnej kontroli dodatniej i ujemnej? Płytkę testową zawiera wewnętrzną kontrolę - linię kontrolną C. Pojawienie się linii kontrolnej C wskazuje na użycie odpowiedniej objętości próbki i właściwą migrację odczynników.

**Odpowiedź:** Tak, w przypadku takiej oferty w zał. Nr 3 należy zaznaczyć „zgodnie z odp. 3 Wykonawca 8”

*Załącznik nr 3 do SIWZ- zmiana odp.3*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
otrzymują: firmy zadające pytania*

*Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny*