

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie-
bakteriologia; szybkie testy diagnostyczne; analiza moczu; koagulologia; drobny sprzęt laboratoryjny;
suche testy ureazowe; biochemia; immunologia; gazometria; elektrolity; serologia; analityka ogólna”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 9

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały dołączone tylko do tych produktów, które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne i dla których jest obowiązek posiadania odpowiednich kart? Do pozostałych odczynników zostanie dołączone stosowne oświadczenie?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wyceny "Suplement wspomagający wzrost bakterii wymagających" w pakiecie 11 "Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż" , w sytuacji gdy suplement ten nie jest wymagany przez producenta systemu w przypadku monitorowania posiewów krwi? Oferowany przez nas system nie posiada w swojej ofercie takiego produktu i nie może zostać wyceniony. Prosimy o możliwość wykreślenia pozycji w sytuacji gdy "nie dotyczy".

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator o pojemności 60 miejsc pomiarowych? Różnica 10 miejsc nie ma żadnego znaczenia przy ilości posiewów 2550 rocznie. Ograniczenie pakietu takim zapisem powoduje że ofertę może złożyć tylko jedna firma na rynku i zaoferować aparat Bactec 9050. Jest to ograniczenie dostępu oferty konkurencyjnej, **która może zaproponować konkurencyjnie cenowo** ofertę na równoważny aparat, różniący się ilością miejsc pomiarowych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 2d czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

5. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

6. Załącznik nr 4a Umowa §10 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

7. Załącznik nr 4a , 4b Umowa : czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena brutto?

8. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 2c czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

9. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

10. Załącznik nr 4b Umowa §5 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

11. Załącznik nr 4 a i 4b czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena jednostkowa brutto?

Odpowiedź (dotyczy pytań 4-11): Nie wyrażamy zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wadium w postaci gwarancji zostało przesłane w jednej przesyłce kurierskiej razem z ofertą do sekretariatu Dyrektora z wyraźnym oznaczeniem na kopercie – dostarczyć do kasy szpitala?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 10

Pakiet nr 17 - Szybkie testy diagnostyczne:

a) Czy w poz 1 i 2 Zamawiający dopuści zestawy na 150 ozn?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

b) Czy w poz 8 przez test 3 generacji Zamawiający rozumie test wykrywa przeciwciała (IgG, IgA i IgM) wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności Typu 1 (HIV-1 łącznie z Grupą 0) i Typu 2 (HIV-2)?

Odpowiedź: Nie. Podtypy wirusa HIV-1 z grupy O występują wyjątkowo rzadko i w tym przypadku zawężenie specyfikacji do w/w parametrów nie jest wymagane.

c) Czy w poz 10 Zamawiający wymaga testu o czułości min 3 ng/ml antygenu giardia?

Odpowiedź: Testy ELISA do wykrywania obecności antygenu Giardia Lamblia są testami jakościowymi i określanie „czułości” w ng/ml nie jest konieczne.

WYKONAWCA 11

Dotyczy Specyfikacji do przetargu dla Pracowni Bakteriologicznej na dwa lata (2012-2013)

Pytanie 1.

Pakiet nr 1: Pożywki poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania podłoża wybiórczego dla Neisseria gonorrhoeae - Martin Lewis Modified ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych, gdzie:

- krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO, potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 (kopię poszczególni oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty)

- każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem "x", pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek.

Czy jednocześnie Zamawiający w celu weryfikacji zapisów SIWZ wymaga dostarczenia jako próbek kilku wybranych fiolek w celu weryfikacji zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ

Pytanie 3.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych kompatybilnych z dyspenserami firmy Becton Dickinson, które są w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku oferowania krążków innych niż Becton Dickinson, wymagane jest oświadczenie producenta dyspenserów lub jego przedstawicielstwa w Polsce, że oferowane krążki mogą współpracować z dozownikami firmy Becton Dickinson bez groźby ich uszkodzenia.

Czy Zamawiający wymaga aby dyspensery posiadały zintegrowany z obudową pochłaniacz wilgoci, umożliwiający przechowywanie krążków wraz z dyspenserem w lodówce -20 +8oC?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 4: Szczepy wzorcowe

Czy Zamawiający w związku z wymogiem iż szczepy muszą pochodzić bezpośrednio z kolekcji ATCC wymaga aby były to szczepy z 0 lub 1 pasażu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Czy Zamawiający w pozycji 4. „Suplement wzbogacający wzrost bakterii wymagających” wymaga zaoferowania gotowego suplementu producenta do zastosowania z podłożami do hodowli w postaci liofilizowanej, zawierającego w swoim składzie NAD i Heminę wspomagającą wzrost drobnoustrojów z rodzaju *Neisseria*, *Haemophilus*. ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania suplementu wspomagającego wzrost bakterii wymagających, lub wykreślenie pozycji w sytuacji, gdy nie dotyczy.

Pytanie 6.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) raz systemu.

Czy Zamawiający oczekuje, aby system do hodowli drobnoustrojów umożliwiał wykonanie preparatu bezpośredniego z pozytywnego podłoża, co warunkuje brak substancji interferujących „typu węgiel aktywny” użytych do neutralizacji antybiotyków zawartych w podłożu ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by system do hodowli i podłoża były zgodne z SIWZ.

Pytanie 7.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) oraz systemu.

Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża oferowane do aparatu były kompatybilne z systemem próżniowym pobierania krwi i umożliwiały pobranie krwi w układzie zamkniętym bezpośrednio z naczynia przy użyciu standardowych elementów zamkniętych próżniowych systemów pobierania krwi (uchwyt + igła motylkowa z wężykiem), bez konieczności stosowania dodatkowych przekładek czy adapterów. ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by podłoża do aparatu były zgodne z SIWZ.

WYKONAWCA 12

Dotyczy pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej w pozycji 20 i zaoferowanie podłoża sypkiego Sabouraud z chloramfenikolem w składzie, a gentamycyną w postaci oddzielnego suplementu przeliczoną na odpowiednią ilość podłoża bazowego?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu barwników bez dozownika?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast czterech oddzielnych barwników (pozycje 2-5) zestawu zawierającego 4 x 250 ml i zaoferowanie 16 takich zestawów?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 9

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego zamiast kontroli dodatniej i ujemnej, linię kontrolną C wskazującą prawidłowe działanie testu?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 13

Pytanie do pakietu nr 13 – Immunodiagnostyka (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Tab.1. Formularz cenowy odczynniki- Czy podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy?

Odpowiedź: Tak, podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy.

WYKONAWCA 14

Pytanie do pakietu nr 13 - Immunodiagnostyka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada praktyczną i rzeczywistą wydajność 85 oznaczeń/godz.?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na analizator o wydajności 85 ozn./godzinę.

Zmiana SIWZ Pakiet nr 13 - w załączniku nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów analizatora Immunologia w poz. 2 wykreśla się „90 oznaczeń”, wpisując w to miejsce „85 ozn./godzinę”

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują: firmy zadające pytania*

Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie-
bakteriologia; szybkie testy diagnostyczne; analiza moczu; koagulologia; drobny sprzęt laboratoryjny;
suche testy ureazowe; biochemia; immunologia; gazometria; elektrolity; serologia; analityka ogólna”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 9

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały dołączone tylko do tych produktów, które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne i dla których jest obowiązek posiadania odpowiednich kart? Do pozostałych odczynników zostanie dołączone stosowne oświadczenie?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wyceny "Suplement wspomagający wzrost bakterii wymagających" w pakiecie 11 "Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż" , w sytuacji gdy suplement ten nie jest wymagany przez producenta systemu w przypadku monitorowania posiewów krwi? Oferowany przez nas system nie posiada w swojej ofercie takiego produktu i nie może zostać wyceniony. Prosimy o możliwość wykreślenia pozycji w sytuacji gdy "nie dotyczy".

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator o pojemności 60 miejsc pomiarowych? Różnica 10 miejsc nie ma żadnego znaczenia przy ilości posiewów 2550 rocznie. Ograniczenie pakietu takim zapisem powoduje że ofertę może złożyć tylko jedna firma na rynku i zaoferować aparat Bactec 9050. Jest to ograniczenie dostępu oferty konkurencyjnej, **która może zaproponować konkurencyjnie cenowo** ofertę na równoważny aparat, różniący się ilością miejsc pomiarowych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 2d czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

5. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

6. Załącznik nr 4a Umowa §10 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

7. Załącznik nr 4a , 4b Umowa : czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena brutto?

8. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 2c czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

9. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

10. Załącznik nr 4b Umowa §5 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

11. Załącznik nr 4 a i 4b czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena jednostkowa brutto?

Odpowiedź (dotyczy pytań 4-11): Nie wyrażamy zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wadium w postaci gwarancji zostało przesłane w jednej przesyłce kurierskiej razem z ofertą do sekretariatu Dyrektora z wyraźnym oznaczeniem na kopercie – dostarczyć do kasy szpitala?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 10

Pakiet nr 17 - Szybkie testy diagnostyczne:

a) Czy w poz 1 i 2 Zamawiający dopuści zestawy na 150 ozn?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

b) Czy w poz 8 przez test 3 generacji Zamawiający rozumie test wykrywa przeciwciała (IgG, IgA i IgM) wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności Typu 1 (HIV-1 łącznie z Grupą 0) i Typu 2 (HIV-2)?

Odpowiedź: Nie. Podtypy wirusa HIV-1 z grupy O występują wyjątkowo rzadko i w tym przypadku zawężenie specyfikacji do w/w parametrów nie jest wymagane.

c) Czy w poz 10 Zamawiający wymaga testu o czułości min 3 ng/ml antygenu giardia?

Odpowiedź: Testy ELISA do wykrywania obecności antygenu Giardia Lamblia są testami jakościowymi i określanie „czułości” w ng/ml nie jest konieczne.

WYKONAWCA 11

Dotyczy Specyfikacji do przetargu dla Pracowni Bakteriologicznej na dwa lata (2012-2013)

Pytanie 1.

Pakiet nr 1: Pożywki poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania podłoża wybiórczego dla Neisseria gonorrhoeae - Martin Lewis Modified ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych, gdzie:

- krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO, potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 (kopię poszczególni oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty)

- każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem "x", pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek.

Czy jednocześnie Zamawiający w celu weryfikacji zapisów SIWZ wymaga dostarczenia jako próbek kilku wybranych fiolek w celu weryfikacji zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ

Pytanie 3.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych kompatybilnych z dyspenserami firmy Becton Dickinson, które są w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku oferowania krążków innych niż Becton Dickinson, wymagane jest oświadczenie producenta dyspenserów lub jego przedstawicielstwa w Polsce, że oferowane krążki mogą współpracować z dozownikami firmy Becton Dickinson bez groźby ich uszkodzenia.

Czy Zamawiający wymaga aby dyspensery posiadały zintegrowany z obudową pochłaniacz wilgoci, umożliwiający przechowywanie krążków wraz z dyspenserem w lodówce -20 +8oC?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 4: Szczepy wzorcowe

Czy Zamawiający w związku z wymogiem iż szczepy muszą pochodzić bezpośrednio z kolekcji ATCC wymaga aby były to szczepy z 0 lub 1 pasażu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Czy Zamawiający w pozycji 4. „Suplement wzbogacający wzrost bakterii wymagających” wymaga zaoferowania gotowego suplementu producenta do zastosowania z podłożami do hodowli w postaci liofilizowanej, zawierającego w swoim składzie NAD i Heminę wspomagającą wzrost drobnoustrojów z rodzaju *Neisseria*, *Haemophilus*. ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania suplementu wspomagającego wzrost bakterii wymagających, lub wykreślenie pozycji w sytuacji, gdy nie dotyczy.

Pytanie 6.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) raz systemu.

Czy Zamawiający oczekuje, aby system do hodowli drobnoustrojów umożliwiał wykonanie preparatu bezpośredniego z pozytywnego podłoża, co warunkuje brak substancji interferujących „typu węgiel aktywny” użytych do neutralizacji antybiotyków zawartych w podłożu ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by system do hodowli i podłoża były zgodne z SIWZ.

Pytanie 7.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) oraz systemu.

Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża oferowane do aparatu były kompatybilne z systemem próżniowym pobierania krwi i umożliwiały pobranie krwi w układzie zamkniętym bezpośrednio z naczynia przy użyciu standardowych elementów zamkniętych próżniowych systemów pobierania krwi (uchwyt + igła motylkowa z wężykiem), bez konieczności stosowania dodatkowych przekładek czy adapterów. ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by podłoża do aparatu były zgodne z SIWZ.

WYKONAWCA 12

Dotyczy pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej w pozycji 20 i zaoferowanie podłoża sypkiego Sabouraud z chloramfenikolem w składzie, a gentamycyną w postaci oddzielnego suplementu przeliczoną na odpowiednią ilość podłoża bazowego?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu barwników bez dozownika?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast czterech oddzielnych barwników (pozycje 2-5) zestawu zawierającego 4 x 250 ml i zaoferowanie 16 takich zestawów?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 9

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego zamiast kontroli dodatniej i ujemnej, linię kontrolną C wskazującą prawidłowe działanie testu?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 13

Pytanie do pakietu nr 13 – Immunodiagnostyka (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Tab.1. Formularz cenowy odczynniki- Czy podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy?

Odpowiedź: Tak, podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy.

WYKONAWCA 14

Pytanie do pakietu nr 13 - Immunodiagnostyka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada praktyczną i rzeczywistą wydajność 85 oznaczeń/godz.?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na analizator o wydajności 85 ozn./godzinę.

Zmiana SIWZ Pakiet nr 13 - w załączniku nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów analizatora Immunologia w poz. 2 wykreśla się „90 oznaczeń”, wpisując w to miejsce „85 ozn./godzinę”

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują: firmy zadające pytania*

Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie-
bakteriologia; szybkie testy diagnostyczne; analiza moczu; koagulologia; drobny sprzęt laboratoryjny;
suche testy ureazowe; biochemia; immunologia; gazometria; elektrolity; serologia; analityka ogólna”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 9

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały dołączone tylko do tych produktów, które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne i dla których jest obowiązek posiadania odpowiednich kart? Do pozostałych odczynników zostanie dołączone stosowne oświadczenie?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wyceny "Suplement wspomagający wzrost bakterii wymagających" w pakiecie 11 "Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż" , w sytuacji gdy suplement ten nie jest wymagany przez producenta systemu w przypadku monitorowania posiewów krwi? Oferowany przez nas system nie posiada w swojej ofercie takiego produktu i nie może zostać wyceniony. Prosimy o możliwość wykreślenia pozycji w sytuacji gdy "nie dotyczy".

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator o pojemności 60 miejsc pomiarowych? Różnica 10 miejsc nie ma żadnego znaczenia przy ilości posiewów 2550 rocznie. Ograniczenie pakietu takim zapisem powoduje że ofertę może złożyć tylko jedna firma na rynku i zaoferować aparat Bactec 9050. Jest to ograniczenie dostępu oferty konkurencyjnej, **która może zaproponować konkurencyjnie cenowo** ofertę na równoważny aparat, różniący się ilością miejsc pomiarowych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 2d czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

5. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

6. Załącznik nr 4a Umowa §10 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

7. Załącznik nr 4a , 4b Umowa : czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena brutto?

8. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 2c czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

9. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

10. Załącznik nr 4b Umowa §5 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

11. Załącznik nr 4 a i 4b czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena jednostkowa brutto?

Odpowiedź (dotyczy pytań 4-11): Nie wyrażamy zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wadium w postaci gwarancji zostało przesłane w jednej przesyłce kurierskiej razem z ofertą do sekretariatu Dyrektora z wyraźnym oznaczeniem na kopercie – dostarczyć do kasy szpitala?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 10

Pakiet nr 17 - Szybkie testy diagnostyczne:

a) Czy w poz 1 i 2 Zamawiający dopuści zestawy na 150 ozn?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

b) Czy w poz 8 przez test 3 generacji Zamawiający rozumie test wykrywa przeciwciała (IgG, IgA i IgM) wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności Typu 1 (HIV-1 łącznie z Grupą 0) i Typu 2 (HIV-2)?

Odpowiedź: Nie. Podtypy wirusa HIV-1 z grupy O występują wyjątkowo rzadko i w tym przypadku zawężenie specyfikacji do w/w parametrów nie jest wymagane.

c) Czy w poz 10 Zamawiający wymaga testu o czułości min 3 ng/ml antygenu giardia?

Odpowiedź: Testy ELISA do wykrywania obecności antygenu Giardia Lamblia są testami jakościowymi i określanie „czułości” w ng/ml nie jest konieczne.

WYKONAWCA 11

Dotyczy Specyfikacji do przetargu dla Pracowni Bakteriologicznej na dwa lata (2012-2013)

Pytanie 1.

Pakiet nr 1: Pożywki poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania podłoża wybiórczego dla Neisseria gonorrhoeae - Martin Lewis Modified ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych, gdzie:

- krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO, potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 (kopię poszczególni oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty)

- każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem "x", pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek.

Czy jednocześnie Zamawiający w celu weryfikacji zapisów SIWZ wymaga dostarczenia jako próbek kilku wybranych fiolek w celu weryfikacji zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ

Pytanie 3.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych kompatybilnych z dyspenserami firmy Becton Dickinson, które są w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku oferowania krążków innych niż Becton Dickinson, wymagane jest oświadczenie producenta dyspenserów lub jego przedstawicielstwa w Polsce, że oferowane krążki mogą współpracować z dozownikami firmy Becton Dickinson bez groźby ich uszkodzenia.

Czy Zamawiający wymaga aby dyspensery posiadały zintegrowany z obudową pochłaniacz wilgoci, umożliwiający przechowywanie krążków wraz z dyspenserem w lodówce -20 +8oC?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 4: Szczepy wzorcowe

Czy Zamawiający w związku z wymogiem iż szczepy muszą pochodzić bezpośrednio z kolekcji ATCC wymaga aby były to szczepy z 0 lub 1 pasażu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Czy Zamawiający w pozycji 4. „Suplement wzbogacający wzrost bakterii wymagających” wymaga zaoferowania gotowego suplementu producenta do zastosowania z podłożami do hodowli w postaci liofilizowanej, zawierającego w swoim składzie NAD i Heminę wspomagającą wzrost drobnoustrojów z rodzaju *Neisseria*, *Haemophilus*. ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania suplementu wspomagającego wzrost bakterii wymagających, lub wykreślenie pozycji w sytuacji, gdy nie dotyczy.

Pytanie 6.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) raz systemu.

Czy Zamawiający oczekuje, aby system do hodowli drobnoustrojów umożliwiał wykonanie preparatu bezpośredniego z pozytywnego podłoża, co warunkuje brak substancji interferujących „typu węgiel aktywny” użytych do neutralizacji antybiotyków zawartych w podłożu ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by system do hodowli i podłoża były zgodne z SIWZ.

Pytanie 7.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) oraz systemu.

Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża oferowane do aparatu były kompatybilne z systemem próżniowym pobierania krwi i umożliwiały pobranie krwi w układzie zamkniętym bezpośrednio z naczynia przy użyciu standardowych elementów zamkniętych próżniowych systemów pobierania krwi (uchwyt + igła motylkowa z wężykiem), bez konieczności stosowania dodatkowych przekładek czy adapterów. ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by podłoża do aparatu były zgodne z SIWZ.

WYKONAWCA 12

Dotyczy pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej w pozycji 20 i zaoferowanie podłoża sypkiego Sabouraud z chloramfenikolem w składzie, a gentamycyną w postaci oddzielnego suplementu przeliczoną na odpowiednią ilość podłoża bazowego?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu barwników bez dozownika?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiast czterech oddzielnych barwników (pozycje 2-5) zestawu zawierającego 4 x 250 ml i zaoferowanie 16 takich zestawów?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 9

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego zamiast kontroli dodatniej i ujemnej, linię kontrolną C wskazującą prawidłowe działanie testu?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 13

Pytanie do pakietu nr 13 – Immunodiagnostyka (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Tab.1. Formularz cenowy odczynniki- Czy podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy?

Odpowiedź: Tak, podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy.

WYKONAWCA 14

Pytanie do pakietu nr 13 - Immunodiagnostyka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada praktyczną i rzeczywistą wydajność 85 oznaczeń/godz.?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na analizator o wydajności 85 ozn./godzinę.

Zmiana SIWZ Pakiet nr 13 - w załączniku nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów analizatora Immunologia w poz. 2 wykreśla się „90 oznaczeń”, wpisując w to miejsce „85 ozn./godzinę”

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują: firmy zadające pytania*

Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie-
bakteriologia; szybkie testy diagnostyczne; analiza moczu; koagulologia; drobny sprzęt laboratoryjny;
suche testy ureazowe; biochemia; immunologia; gazometria; elektrolity; serologia; analityka ogólna”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 9

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały dołączone tylko do tych produktów, które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne i dla których jest obowiązek posiadania odpowiednich kart? Do pozostałych odczynników zostanie dołączone stosowne oświadczenie?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wyceny "Suplement wspomagający wzrost bakterii wymagających" w pakiecie 11 "Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż" , w sytuacji gdy suplement ten nie jest wymagany przez producenta systemu w przypadku monitorowania posiewów krwi? Oferowany przez nas system nie posiada w swojej ofercie takiego produktu i nie może zostać wyceniony. Prosimy o możliwość wykreślenia pozycji w sytuacji gdy "nie dotyczy".

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator o pojemności 60 miejsc pomiarowych? Różnica 10 miejsc nie ma żadnego znaczenia przy ilości posiewów 2550 rocznie. Ograniczenie pakietu takim zapisem powoduje że ofertę może złożyć tylko jedna firma na rynku i zaoferować aparat Bactec 9050. Jest to ograniczenie dostępu oferty konkurencyjnej, **która może zaproponować konkurencyjnie cenowo** ofertę na równoważny aparat, różniący się ilością miejsc pomiarowych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 2d czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

5. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

6. Załącznik nr 4a Umowa §10 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

7. Załącznik nr 4a , 4b Umowa : czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena brutto?

8. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 2c czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

9. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

10. Załącznik nr 4b Umowa §5 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

11. Załącznik nr 4 a i 4b czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena jednostkowa brutto?

Odpowiedź (dotyczy pytań 4-11): Nie wyrażamy zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wadium w postaci gwarancji zostało przesłane w jednej przesyłce kurierskiej razem z ofertą do sekretariatu Dyrektora z wyraźnym oznaczeniem na kopercie – dostarczyć do kasy szpitala?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 10

Pakiet nr 17 - Szybkie testy diagnostyczne:

a) Czy w poz 1 i 2 Zamawiający dopuści zestawy na 150 ozn?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

b) Czy w poz 8 przez test 3 generacji Zamawiający rozumie test wykrywa przeciwciała (IgG, IgA i IgM) wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności Typu 1 (HIV-1 łącznie z Grupą 0) i Typu 2 (HIV-2)?

Odpowiedź: Nie. Podtypy wirusa HIV-1 z grupy O występują wyjątkowo rzadko i w tym przypadku zawężenie specyfikacji do w/w parametrów nie jest wymagane.

c) Czy w poz 10 Zamawiający wymaga testu o czułości min 3 ng/ml antygenu giardia?

Odpowiedź: Testy ELISA do wykrywania obecności antygenu Giardia Lamblia są testami jakościowymi i określanie „czułości” w ng/ml nie jest konieczne.

WYKONAWCA 11

Dotyczy Specyfikacji do przetargu dla Pracowni Bakteriologicznej na dwa lata (2012-2013)

Pytanie 1.

Pakiet nr 1: Pożywki poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania podłoża wybiórczego dla Neisseria gonorrhoeae - Martin Lewis Modified ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych, gdzie:

- krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO, potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 (kopię poszczególni oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty)

- każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem "x", pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek.

Czy jednocześnie Zamawiający w celu weryfikacji zapisów SIWZ wymaga dostarczenia jako próbek kilku wybranych fiolek w celu weryfikacji zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ

Pytanie 3.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych kompatybilnych z dyspenserami firmy Becton Dickinson, które są w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku oferowania krążków innych niż Becton Dickinson, wymagane jest oświadczenie producenta dyspenserów lub jego przedstawicielstwa w Polsce, że oferowane krążki mogą współpracować z dozownikami firmy Becton Dickinson bez groźby ich uszkodzenia.

Czy Zamawiający wymaga aby dyspensery posiadały zintegrowany z obudową pochłaniacz wilgoci, umożliwiający przechowywanie krążków wraz z dyspenserem w lodówce -20 +8oC?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 4: Szczepy wzorcowe

Czy Zamawiający w związku z wymogiem iż szczepy muszą pochodzić bezpośrednio z kolekcji ATCC wymaga aby były to szczepy z 0 lub 1 pasażu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Czy Zamawiający w pozycji 4. „Suplement wzbogacający wzrost bakterii wymagających” wymaga zaferowania gotowego suplementu producenta do zastosowania z podłożami do hodowli w postaci liofilizowanej, zawierającego w swoim składzie NAD i Heminę wspomagającą wzrost drobnoustrojów z rodzaju *Neisseria*, *Haemophilus*. ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania suplementu wspomagającego wzrost bakterii wymagających, lub wykreślenie pozycji w sytuacji, gdy nie dotyczy.

Pytanie 6.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) raz systemu.

Czy Zamawiający oczekuje, aby system do hodowli drobnoustrojów umożliwiał wykonanie preparatu bezpośredniego z pozytywnego podłoża, co warunkuje brak substancji interferujących „typu węgiel aktywny” użytych do neutralizacji antybiotyków zawartych w podłożu ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by system do hodowli i podłoża były zgodne z SIWZ.

Pytanie 7.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) oraz systemu.

Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża oferowane do aparatu były kompatybilne z systemem próżniowym pobierania krwi i umożliwiały pobranie krwi w układzie zamkniętym bezpośrednio z naczynia przy użyciu standardowych elementów zamkniętych próżniowych systemów pobierania krwi (uchwyt + igła motylkowa z wężykiem), bez konieczności stosowania dodatkowych przekładek czy adapterów. ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by podłoża do aparatu były zgodne z SIWZ.

WYKONAWCA 12

Dotyczy pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej w pozycji 20 i zaferowanie podłoża sypkiego Sabouraud z chloramfenikolem w składzie, a gentamycyną w postaci oddzielnego suplementu przeliczoną na odpowiednią ilość podłoża bazowego?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu barwników bez dozownika?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zamiast czterech oddzielnych barwników (pozycje 2-5) zestawu zawierającego 4 x 250 ml i zaferowanie 16 takich zestawów?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 9

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu zawierającego zamiast kontroli dodatniej i ujemnej, linię kontrolną C wskazującą prawidłowe działanie testu?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 13

Pytanie do pakietu nr 13 – Immunodiagnostyka (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Tab.1. Formularz cenowy odczynniki- Czy podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy?

Odpowiedź: Tak, podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy.

WYKONAWCA 14

Pytanie do pakietu nr 13 - Immunodiagnostyka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada praktyczną i rzeczywistą wydajność 85 oznaczeń/godz.?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na analizator o wydajności 85 ozn./godzinę.

Zmiana SIWZ Pakiet nr 13 - w załączniku nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów analizatora Immunologia w poz. 2 wykreśla się „90 oznaczeń”, wpisując w to miejsce „85 ozn./godzinę”

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują: firmy zadające pytania*

Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę odczynników laboratoryjnych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie-
bakteriologia; szybkie testy diagnostyczne; analiza moczu; koagulologia; drobny sprzęt laboratoryjny;
suche testy ureazowe; biochemia; immunologia; gazometria; elektrolity; serologia; analityka ogólna”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 9

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały dołączone tylko do tych produktów, które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne i dla których jest obowiązek posiadania odpowiednich kart? Do pozostałych odczynników zostanie dołączone stosowne oświadczenie?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

2. Czy Zamawiający odstąpi od wyceny "Suplement wspomagający wzrost bakterii wymagających" w pakiecie 11 "Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż" , w sytuacji gdy suplement ten nie jest wymagany przez producenta systemu w przypadku monitorowania posiewów krwi? Oferowany przez nas system nie posiada w swojej ofercie takiego produktu i nie może zostać wyceniony. Prosimy o możliwość wykreślenia pozycji w sytuacji gdy "nie dotyczy".

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

3. Czy Zamawiający dopuści analizator o pojemności 60 miejsc pomiarowych? Różnica 10 miejsc nie ma żadnego znaczenia przy ilości posiewów 2550 rocznie. Ograniczenie pakietu takim zapisem powoduje że ofertę może złożyć tylko jedna firma na rynku i zaoferować aparat Bactec 9050. Jest to ograniczenie dostępu oferty konkurencyjnej, **która może zaproponować konkurencyjnie cenowo** ofertę na równoważny aparat, różniący się ilością miejsc pomiarowych.

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

4. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 2d czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

5. Załącznik nr 4a Umowa §17 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

6. Załącznik nr 4a Umowa §10 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

7. Załącznik nr 4a , 4b Umowa : czy Zamawiający wyraża zgodę aby w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena brutto?

8. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 2c czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

9. Załącznik nr 4b Umowa §11 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kary umownej na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

10. Załącznik nr 4b Umowa §5 ust 3 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości zmniejszenia ilości zamówienia do 20%? Uzasadnienie: ceny Wykonawca dostosowuje do ilości sprzedanej, im większa ilość tym większa możliwość obniżenia ceny.

11. Załącznik nr 4 a i 4b czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT zmianie ulegała cena jednostkowa brutto?

Odpowiedź (dotyczy pytań 4-11): Nie wyrażamy zgody na proponowane zmiany we wzorze umowy.

12. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby wadium w postaci gwarancji zostało przesłane w jednej przesyłce kurierskiej razem z ofertą do sekretariatu Dyrektora z wyraźnym oznaczeniem na kopercie – dostarczyć do kasy szpitala?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 10

Pakiet nr 17 - Szybkie testy diagnostyczne:

a) Czy w poz 1 i 2 Zamawiający dopuści zestawy na 150 ozn?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

b) Czy w poz 8 przez test 3 generacji Zamawiający rozumie test wykrywa przeciwciała (IgG, IgA i IgM) wytworzone przeciwko wszystkim podtypom ludzkiego wirusa upośledzenia odporności Typu 1 (HIV-1 łącznie z Grupą 0) i Typu 2 (HIV-2)?

Odpowiedź: Nie. Podtypy wirusa HIV-1 z grupy O występują wyjątkowo rzadko i w tym przypadku zawężenie specyfikacji do w/w parametrów nie jest wymagane.

c) Czy w poz 10 Zamawiający wymaga testu o czułości min 3 ng/ml antygenu giardia?

Odpowiedź: Testy ELISA do wykrywania obecności antygenu Giardia Lamblia są testami jakościowymi i określanie „czułości” w ng/ml nie jest konieczne.

WYKONAWCA 11

Dotyczy Specyfikacji do przetargu dla Pracowni Bakteriologicznej na dwa lata (2012-2013)

Pytanie 1.

Pakiet nr 1: Pożywki poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania podłoża wybiórczego dla Neisseria gonorrhoeae - Martin Lewis Modified ?

Odpowiedź: Tak, dopuszczamy.

Pytanie 2.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych, gdzie:

- krążki antybiotykowe muszą spełniać normy ISO, potwierdzone odpowiednim certyfikatem dla wyrobów medycznych ISO 13485 (kopię poszczególni oferenci zobowiązani są dołączyć do oferty)

- każda fiolka musi posiadać ostatni krążek oznaczony symbolem "x", pełniący funkcję kontroli napełnienia fiolek.

Czy jednocześnie Zamawiający w celu weryfikacji zapisów SIWZ wymaga dostarczenia jako próbek kilku wybranych fiolek w celu weryfikacji zapisów SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ

Pytanie 3.

Pakiet nr 3: Akcesoria do oznaczania lekowrażliwości.

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych kompatybilnych z dyspenserami firmy Becton Dickinson, które są w posiadaniu Zamawiającego. W przypadku oferowania krążków innych niż Becton Dickinson, wymagane jest oświadczenie producenta dyspenserów lub jego przedstawicielstwa w Polsce, że oferowane krążki mogą współpracować z dozownikami firmy Becton Dickinson bez groźby ich uszkodzenia.

Czy Zamawiający wymaga aby dyspensery posiadały zintegrowany z obudową pochłaniacz wilgoci, umożliwiający przechowywanie krążków wraz z dyspenserem w lodówce -20 +8oC?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zaferowania krążków antybiotykowych zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 4: Szczepy wzorcowe

Czy Zamawiający w związku z wymogiem iż szczepy muszą pochodzić bezpośrednio z kolekcji ATCC wymaga aby były to szczepy z 0 lub 1 pasażu?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 5.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Czy Zamawiający w pozycji 4. „Suplement wzbogacający wzrost bakterii wymagających” wymaga zaferowania gotowego suplementu producenta do zastosowania z podłożami do hodowli w postaci liofilizowanej, zawierającego w swoim składzie NAD i Heminę wspomagającą wzrost drobnoustrojów z rodzaju *Neisseria*, *Haemophilus*. ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania suplementu wspomagającego wzrost bakterii wymagających, lub wykreślenie pozycji w sytuacji, gdy nie dotyczy.

Pytanie 6.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) raz systemu.

Czy Zamawiający oczekuje, aby system do hodowli drobnoustrojów umożliwiał wykonanie preparatu bezpośredniego z pozytywnego podłoża, co warunkuje brak substancji interferujących „typu węgiel aktywny” użytych do neutralizacji antybiotyków zawartych w podłożu ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by system do hodowli i podłoża były zgodne z SIWZ.

Pytanie 7.

Pakiet nr 11: Dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi wraz z dostawą podłóż.

Wymagania, dotyczące podłóż (poz. 1-3) oraz systemu.

Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża oferowane do aparatu były kompatybilne z systemem próżniowym pobierania krwi i umożliwiały pobranie krwi w układzie zamkniętym bezpośrednio z naczynia przy użyciu standardowych elementów zamkniętych próżniowych systemów pobierania krwi (uchwyt + igła motylkowa z wężykiem), bez konieczności stosowania dodatkowych przekładek czy adapterów. ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje by podłoża do aparatu były zgodne z SIWZ.

WYKONAWCA 12

Dotyczy pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na poszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej w pozycji 20 i zaferowanie podłoża sypkiego Sabouraud z chloramfenikolem w składzie, a gentamycyną w postaci oddzielnego suplementu przeliczoną na odpowiednią ilość podłoża bazowego?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu barwników bez dozownika?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zamiast czterech oddzielnych barwników (pozycje 2-5) zestawu zawierającego 4 x 250 ml i zaferowanie 16 takich zestawów?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy pakietu nr 9

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie testu zawierającego zamiast kontroli dodatniej i ujemnej, linię kontrolną C wskazującą prawidłowe działanie testu?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

WYKONAWCA 13

Pytanie do pakietu nr 13 – Immunodiagnostyka (Załącznik nr 3 do SIWZ)

Tab.1. Formularz cenowy odczynniki- Czy podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy?

Odpowiedź: Tak, podane w kolumnie „ilość oznaczeń” wartości dotyczą 24 m- cy.

WYKONAWCA 14

Pytanie do pakietu nr 13 - Immunodiagnostyka

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada praktyczną i rzeczywistą wydajność 85 oznaczeń/godz.?

Odpowiedź : Zamawiający wyraża zgodę na analizator o wydajności 85 ozn./godzinę.

Zmiana SIWZ Pakiet nr 13 - w załączniku nr 3 do SIWZ- Zestawienie parametrów analizatora Immunologia w poz. 2 wykreśla się „90 oznaczeń”, wpisując w to miejsce „85 ozn./godzinę”

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują: firmy zadające pytania*

Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny