

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

„Dostawę monitorów diagnostycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytanie od Wykonawcy:

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 5 sztuk pojedynczych monitorów, czy też 5 par monitorów parowanych tak jak tego wymaga rozporządzenie dotyczące konfiguracji stacji diagnostycznych?

Odpowiedź: Szpital chce zamówić 5 szt. monitorów. Monitory będą przeznaczone do diagnostyki wtórnej nie pierwotnej i nie będą montowane na konsolach.

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują: firmy zadające pytania*

Podpisała: Gabriela Rokitowska- Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych