

Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup Monitorów Diagnostycznych
Opis techniczny Monitorów Diagnostycznych

CPV 33195100-4 Monitory

I	DIAGNOSTYCZNE MONITORY 5 szt.			
	<p>Monitor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) monitory LCD monochromatyczne pracujące w standardzie DICOM 3.0 praca w układzie pionowym i poziomym, b) certyfikat do zastosowań medycznych (z dostawą) c) minimalna rozdzielczość: 2 megapiksele; d) minimalna, robocza przekątna ekranu: 21’’; e) minimalna luminancja: 200 cd/m2; f) minimalny kontrast: 250/1; g) szeroki kąt widzenia w pionie i poziomie min. 170/170° h) Możliwość współpracy z komputerem klasy PC wraz z uruchomionym e-filmem 	Tak	Parametry oferowane:	
II	KARTY GRAFICZNE 5 szt.			
	Karty graficzne Dual Display z możliwością podłączenia klasycznego monitora po złączu DVI lub D-SUB pracujące na złączu AGP. Karty mają być kompatybilne z oferowanymi Monitorami diagnostycznymi.	Tak	Parametry oferowane:	
III	GWARANCJA			
	Minimum 24 miesiące z wymianą uszkodzonego monitora w trakcie trwania gwarancji monitora lub przekazaniem monitora zastępczego na czas naprawy gwarancyjnej	Tak	Gwarancja oferowana:	