

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz płyt CD i DVD do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

pakietu nr 6 - Oftalmoskop

1. Czy Zamawiający dopuści oftalmoskop bez możliwości podłączenia do testów pneumatycznych?
2. Czy zamawiający dopuści oftalmoskop bez obracanej lupy z 3-krotnym powiększeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oftalmoskop bez w/w opcji i dokonuje stosownej zmiany SIWZ w tym zakresie .

pakietu nr 6 - Laryngoskop

1. Czy Zamawiający dopuści gwint o wymiarze 4.5 x 0.6 ?
2. Białe - zimne światło emituje dioda LED, żarówka halogenowa emituje żółte – ciepłe światło. Czy zamawiający potrzebuje laryngoskopu ze światłem halogenowym czy diodowym?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ.

W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza zał. 3.6 do siwz po zmianie.

Otrzymują:

Firmy zadające pytania

publikacja: strona internetowa zamawiającego

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych - Gabriela Rokitowska