

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby karty charakterystyk substancji niebezpiecznych zostały dołączone tylko do tych produktów, które zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne i dla których jest obowiązek posiadania odpowiednich kart? Do pozostałych odczynników zostanie dołączone stosowne oświadczenie?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ karty charakterystyk są wymagane dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia.

WYKONAWCA 2

1. Pakiet 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynnika z minimalnym terminem ważności 4 miesiące?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

2. Pakiet 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączenia do oferty karty charakterystyk substancji niebezpiecznych – jeżeli oferowany odczynnik nie zawiera w sobie substancji niebezpiecznych - w związku z tym producent nie wystawił dla niego takiej karty?

Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ karty charakterystyk są wymagane dla produktów niebezpiecznych dla zdrowia.

WYKONAWCA 3

Dotyczy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisu:

"Zamawiający zastrzega sobie stałość cen w okresie obowiązywania umowy. W przypadku istotnej zmiany kosztów nabycia przedmiotu umowy u wykonawcy w wyniku zmiany:

- kursów walut o więcej niż 5%
- cen producenta o więcej niż 5%
- stawek podatkowych i celnych,

Strony na wniosek strony zainteresowanej dokonają zmian cen przedmiotu umowy w stopniu nie większym niż wielkość tych zmian.

Zmiany cen wprowadzone zostaną aneksem do niniejszej umowy".

Proponowany zapis ma na celu zapewnienie utrzymania stabilności firmy Wykonawcy w przypadku nieoczekiwanych, nagłych wzrostów czynników cenotwórczych, ponadto nie wymusza na wykonawcy konieczność zawyżania cen na oferowane produkty, do czego zmuszony jest wykonawca kalkulujący ceny na dłuższy okres czasu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na proponowaną zgodę SIWZ.

Dotyczy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę, iż w świetle prawa, (Ustawa o dyscyplinie finansów publicznych, Kodeks Cywilny), czynność prawną, jaką jest składanie zamówień, może dokonywać jedynie Kierownik Jednostki, a zatem bez wskazania w umowie i upoważnienia osoby, która w Jego imieniu będzie składać zamówienie, zamówień telefonicznych może dokonać jedynie Kierownik Jednostki? Ponadto składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ powoduje niepotrzebne nieporozumienia. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna odbywać się drogą pisemną. Wobec powyższego Zamawiający powinien wykreślić, że wzoru umowy, iż składanie zamówień będzie następować drogą telefoniczną.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy w załączniku nr 4 do SIWZ § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych realizowana będzie sukcesywnie według zamówień składanych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, faksem, drogą elektroniczną, (lub telefonicznie w sytuacjach awaryjnych) w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.”

Dotyczy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z „7 dni” do „7 dni roboczych” od dnia wpłynięcia zamówienia częściowego?

Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy § 5 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody, takie zamówienia zdarzają się rzadko.

Dotyczy § 5 ust. 3

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu z „bezwłocznie” na „ w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru towaru”?

Prośbę swoją motywujemy tym, że Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy § 9 ust. 1

Prosimy o zmianę zapisu z: „30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury” na zapis brzmiący następująco: „30 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT Zamawiającemu”.

Prośbę motywujemy faktem, iż zmiana tego zapisu umożliwi Wykonawcy precyzyjne określenie faktycznego terminu dostawy.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody, prosimy o wskazanie osoby odpowiedzialnej do odbioru dostawy, która to osoba będzie potwierdzała odbiór towaru i faktury VAT.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy § 11 ust. 2 a).

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych: z „0,5%” na „0,1%” z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, zwłaszcza, że ustawodawca zlikwidował instytucję lichwy, jednak w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar, w tym przypadku chodzi o kary w wysokości odsetek ustawowych.

Wysokie kary narzucone przez Zamawiającego wywołują niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego, wykorzystując potknięcia Wykonawcy, na które Wykonawca może nie mieć wpływu, co nie oznacza, że nie ponosi odpowiedzialności.

Można domniemywać, że Zamawiający wprowadzając wysokie kary zamierza zdopingować Wykonawcę do terminowego wywiązywania się ze swoich obowiązków, jednak jest wiele innych sposobów na zdyscyplinowanie Wykonawcy. Nie trzeba od razu wprowadzać tak wysokich kar. Ich celem nie może być, bowiem wzbogacanie się z powodu nieterminowych dostaw.

Naszym zdaniem, ewentualne zabezpieczenie interesów Zamawiającego poprzez wprowadzanie wysokich kar umownych, jest błędnym poglądem, bo jeżeli dochodzi już z różnych przyczyn do opóźnienia w dostawie towaru, to przecież bez względu na wysokość kary, Zamawiający nagle nie otrzyma towaru. Kara sama w sobie nie stanowi panaceum na niebezpieczeństwo niedostarczenia towaru i wyrządzenia tym szkody Zamawiającemu.

W związku z powyższym sugerujemy modyfikację zapisu § 11 ust. 2 a).

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy § 11 ust. 4

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawartego w PAKIECIE nr 2:

Dotyczy pozycji 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek koloru żółtego czy też bezbarwnych?

Czy Zamawiający wymaga kocówek typu Gilson czy Eppendorf?

Dotyczy pozycji 9

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek koloru niebieskiego czy też bezbarwnych?

Odpowiedź dot. poz. 8 i 9: Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ w zakresie uzupełnienia opisu końcówek poprzez określenie kolorów bądź wskazanie pochodzenia nie

chcąc ograniczać konkurencji, natomiast wolałby proponowane kolory, niż końcówki bezbarwne.

Dotyczy pozycji 29

Czy Zamawiający wymaga zaferowania probówek z kapilarą z fluorkiem sodu czy też z wersenianem K_2 ?

Probówki z fluorkiem sodu przeznaczone są do glukozy, natomiast probówki z wersenianem K_2 do hematologii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaferowania probówek z kapilarą z fluorkiem sodu.

Dotyczy pozycji 45

Czy Zamawiający wymaga zaferowania końcówek koloru żółtego czy też bezbarwnych?

Dotyczy pozycji 46

Czy Zamawiający wymaga zaferowania końcówek koloru niebieskiego czy też bezbarwnych?

Odpowiedź dot. poz.45 i 46: Zamawiający nie wprowadza zmian do SIWZ w zakresie uzupełnienia opisu końcówek poprzez określenie kolorów nie chcąc ograniczać konkurencji, natomiast wolałby proponowane kolory, niż końcówki bezbarwne.

Dotyczy wymagań Zamawiającego znajdujących się pod opisem pakietu nr 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia (posiadania) certyfikatu kalibracji dla ez z pozycji 42 oraz 43?

Odpowiedź: Podtrzymujemy wymóg dostarczenia certyfikatu kalibracji.

Podpisał: dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*