

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**„Dostawę monitorów diagnostycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców, dokonując odpowiednio zmiany SIWZ:

WYKONAWCA

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia 3 sztuki czy 3 par monitorów diagnostycznych?

Odp.:

3 sztuki monitorów diagnostycznych.

**Pytanie 2.**

Czy zamawiający dopuści do oferty kartę graficzną Dual Display pracującą na złączu PCI Express? Obecnie standard PCI Express oferuje prawie dwukrotnie większą przepustowość, dzięki czemu skutecznie zastąpił standard AGP. Jest to szczególnie ważne w przypadku monitorów diagnostycznych, gdzie ilość przesyłanych danych stanowi podstawowy parametr prawidłowego wyświetlania obrazów diagnostycznych

Odp.:

Nie, nie dopuszcza się łącza PCI Express ze względu na konfigurację komputerów.

**Pytanie 3.**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 3 tygodni od daty podpisania umowy?

Odp.: Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie 4.**

Prosimy o podanie modelu i parametrów komputerów, w których instalowane mają być zamawiane karty graficzne.

Odp.:

Karty wraz z monitorami nie posiadają jeszcze swojego konkretnego przypisania do sprzętu. Sprzęt jednak pracujący w szpitalu nie posiada łącz PCI-Ex. Zdjęcia są oglądane przy pomocy programu e-Film.

**Pytanie 5.**

Czy Zamawiający dopuści monitory o rozdzielczości 1600x1200, spełniające wymogi prawne dotyczące monitorów diagnostycznych?

Odp.:

Tak dopuści.

*Podpisała: Gabriela Rokitowska- Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania*