

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (część I) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

**Pakiet nr 20 – worki kolostomijne:**

1. Poz. nr 1 i 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worków kolostomijnych, w których otwór w płytce można przycinać od 20 do 60 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką możliwość i dokonuje odpowiednio zmiany w siwz w tym zakresie.

WYKONAWCA 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu, pozycji 6-10 z pakietu nr 24 jako jednorodnej grupy wyrobów niesterylnych, co zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty przy zastosowanym kryterium, spełniającej wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w ramach pakietu nr 24 poz.10 maski mocowanej na gumki?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

WYKONAWCA 3

**Pytanie 1, dotyczy Pakietu nr 25.**

Prosimy o wydzielenie z pakietu następujących pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu:

- Kabel do pęset bipolarnych
- Pęseta bipolarna zagięta dł.19cm
- Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 270mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne
- Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł. około 210mm, z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne
- Kleszczyki do zamykania naczyń, zagięte, wielorazowe, dł.150mm z kablem dł.4m do ERBE- VIO 300D autoklawowalne
- Adapter do diatermii ERBE zakończony 3 wyjściami
- Elektroda szpatulkowa o dł 73mm, 85mm,10mm

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

**Pytanie 2, dotyczy Pakietu nr 25.**

Prosimy o dopuszczenie wyposażenia do diatermii ERBE i Valleylab o następujących parametrach:

LP	OPIS PRODUKTU
1	Uchwyt elektrody monopolarnej z kablem dł. 5 m - wtyczka 3 bolce do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowalny (cięcie, koagulacja)
2	Elektroda mono szpatułkowa do diatermii ERBE i Valleylab autoklawowane
3	Elektroda neutralna silikonowa do diatermii ERBE i Valleylab
4	Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii ERBE o długości 5m
5	Elektroda bierna hydrożelowa, dwudzielna do diatermii ERBE i Valleylab z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym o powierzchni aktywnej 107cm <sup>2</sup>
6	Kabel elektrody neutralnej silikonowej do diatermii Valleylab o długości 5m
8	Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do diatermii ERBE o długości 5m

**Odpowiedzi:**

**Ad Lp.1** Tak (odpowiednio zmiana w siwz)

**Ad.Lp.2** Zgodnie z siwz

**Ad. Lp. 3** Zgodnie z siwz

**Ad. Lp. 4** Zamawiający dopuszcza także kabel długości 5m

**Ad Lp. 5** Zamawiający dopuszcza Elektrode bierną hydrożelową, dwudzielną do diatermii ERBE i Valleylab z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym o powierzchni aktywnej 107cm<sup>2</sup>

**Ad Lp. 6 i 8** Zamawiający dopuszcza także kabel długości 5m.

WYKONAWCA 4

Termin dostawy § 3 pkt 2 Wzór umowy.

Czy Zamawiający przedłuży termin dostaw przedmiotu zamówienia z 3 dni do 6 tygodni lub dołączy do umowy kwartalny harmonogram dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający nie przedłuży terminu dostaw. Zakupy dokonywane będą średnio 80 szt. kwartalnie.

WYKONAWCA 5

Pytania do Pakietu nr 25 – wyposażenie do diatermii ERBE i Valleylab

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 10 pęsetę bipolarną zagiętą o dł. 19,5cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i odpowiednio dokonuje zmiany siwz w tym zakresie

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie kleszczyków do zamykania naczyń, zagiętych, wielorazowych dł. ok. 270mm, 210mm i 150mm ujętych w pozycjach 13, 14 i 15 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 18 elektrodę szkatułkową o dł. 80mm, 16mm?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

*W załączeniu specyfikacja asortymentowo – cenowa po zmianie zał. 3.20 i 3.25*

*Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania*