

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

**„Dostawa ureterorenoskopu do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego
w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytanie od Wykonawcy:

WYKONAWCA

Pytanie:

Czy Zamawiający, zamiast proponowanego URSa, dopuści do postępowania przetargowego Wykonawcę, który zaoferuje wysokiej klasy ureterorenoskop o parametrach lepszych niż podane w SIWZ, tj.: rozmiar 8/9,8 Fr., kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 430 mm, kanał roboczy 5,2 x 6,2 Fr na narzędzia 5 Charr, autoklawowalny, wraz z koszem do transportu, czyszczenia mechanicznego, dezynfekcji, sterylizacji oraz przechowywania i szczypcami do ciał obcych 5 Fr, 550mm.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

*Podpisała: Gabriela Rokitowska
Z-ca Dyrektora ds. administracyjnych*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*