

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa materiałów szewnych i hemostatycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie:

Wykonawca 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz. 1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz. 2 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.1 również igłę bez katalogowego opisu wzmocniona, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie.

Wykonawca 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie 2 pozycji 1, 2** szwu wykonanego z **monofilamentu polipropylenowego** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z **pakietu 2 pozycji 7** jako pozycji specjalistycznej. Pozwoli to na postawienie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca 3

1. Pakiet nr 2 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igłę o wymaganych parametrach bez określenia „wzmocniona” oraz długość nitki 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie.

2. Pakiet nr 2 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie.

Wykonawca 4

Dot. Pakietu 1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie nici wchłaniających z wtopioną igłą- nić monofilamentowa wykonana z polidoksanonu, którego okres całkowitego wchłonięcia masy szwu wynosi 180-210 dni po zaimplantowaniu.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Dot. Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą nie posiadającą jednak określenia „wzmocniona” ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie

Dot. Pakietu 4 poz.1

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie

Wykonawca 5

Pytanie 1 –Pakiet 2, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie

Pytanie 2 – Pakiet 2, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm z nitką 75cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie

Pytanie 3 – Pakiet 2, pozycja 4 i 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 24mm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie

Pytanie 4 – Pakiet 2, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej prostej pojedynczej z nitką o długości 75cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5 – Pakiet 3, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 6 – Pakiet 3, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 7 – Pakiet 3, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 16mm lub 20mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 16 mm. i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie.

Pytanie 8 – Pakiet 6, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunków hemostatycznych odpowiednio w rozmiarze:

100mm x 75mm oraz

75mm x 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunki hemostatyczne w rozm. 100mm x 75mm oraz 75mm x 50mm i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza załączniki 3.2, 3.3, 3.4, 3.6 po zmianie.

Podpisał Lekarz Naczelny dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*