

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych z zakresu serologii oraz dostawę wirówek laboratoryjnych do Szpitala Wielospecjalistycznego Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:

WYKONAWCA 1

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1,2,3 i 4 innych klonów niż podano np. Anty-A Birma 1, Anty-A LA2, Anty-B LB-2 i Anty-B LB3 ?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę

WYKONAWCA 2

Pakiet nr 1

Czy zgodnie z zaleceniami IHiT i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (§5 ust. 1 pkt 1), Zamawiający żąda dołączenia do oferty próbek krwinek wzorcowych?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie żąda dołączenia próbek krwinek wzorcowych.

Podpisała: Gabriela Rokitowska- Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych