

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę urządzeń do mechanicznych zespołów jelitowych i materiałów operacyjnych, siatek przepuklinowych i taśm przy nietrzymaniu moczu do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie:

Wykonawca 1

1. Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający dopuści siatkę separującą przeznaczoną do naprawy przepuklin brzusznych i pooperacyjnych, zbudowaną z polipropylenu umieszczonego pomiędzy dwiema warstwami wchłaniającego poliglekaprону , dwustronną, posiadającą wchłaniający marker wyznaczający kierunek aplikacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

2. Czy w pakiecie nr 8 w pozycji 2 Zamawiający dopuści siatkę o rozmiarze 30x35cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

3. Czy w pakiecie nr 8 w pozycji 3 Zamawiający dopuści siatkę o rozmiarze 30x50cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

Wykonawca 2

Pytanie nr 1 – dotyczy zadania nr 7

Czy zamawiający w ramach uczciwej konkurencji wyrazi zgodę na wydzielenie w pakiecie numer 7 pozycji numer 1 i tym samym dopuści system całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłoneowe metodą „out-in” , składający się z :

a/ 2 jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytnymi, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączkami taśmami. Igieł nie połączone z taśmami.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączkami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca 3

Pytanie do Pakietu 1 pozycji 8

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli i wymaga jednorazowych ładunków liniowych do staplera endoskopowego , umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczękę staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Wszystkie ładunki przechodzące przez trokar o średnicy 12 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku w zależności od wysokości zszywki.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał.3.8 po zmianie.

Podpisał Lekarz Naczelny - dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*