

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę narzędzi endoskopowych SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

**Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:
Wykonawca 1**

1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?
Odp.: Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji.

2. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II, punkt 4; rozdział VII, punkt 4: Czy w przypadku zaoferowania produktów będących wyrobami niemedyicznymi a stanowiącymi jedynie wyposażeniem wyrobu medycznego w pakiecie nr 3 i 6, Zamawiający zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego sprzętu dokumentów wymienionych w SIWZ rozdział II, punkt 4 oraz rozdział VII, punkt 4?

Odp.: Zamawiający w Rozdz. II punkt 4 wymaga, żeby oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne posiadały dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679) i przepisami obowiązującymi w krajach UE . Jeżeli Wykonawca oferuje wyroby nie będące wyrobami medycznymi to nie muszą one posiadać takich dokumentów. Natomiast w Rozdziale VII punkt 4 zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, a oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym (zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie), to należy złożyć odpowiednio oświadczenie, że wobec tego wyrobu nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych.

3. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu dostaw awaryjnych do 48 godzin w dni robocze?

Odp.: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz.

4. Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 11: Czy zgodnie z opisem „(...) opakowanie handlowe a10 szt.” Zamawiający wymaga dostarczenia 1 opakowania a nie 1 sztuki jak jest w kolumnie 4?

Odp.: Tak. (odpowiednio zmiana w siwz).

5. Dotyczy pakietu nr 6, pozycja 1 i 2: Czy zgodnie z opisem w pozycji 1: „(...) w zestawie 2 papilotomy i 2 zatyczki (...)” i w pozycji 2: „(...) ZESTAW: 2 papilotomy” Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiednio 5 opakowań i 2 opakowań?

Odp.: Tak. (odpowiednio zmiana w siwz).

6. Dotyczy pakietu nr 6, pozycja od nr 3 do nr 13: Prosimy o potwierdzenie, że podane przez Zamawiającego ilości są podane w sztukach.

Odp.: Tak. (odpowiednio zmiana w siwz).

7. Dotyczy pakietu nr 6, pozycja nr 14: Czy zgodnie z opisem „(...) w opakowaniu 20 sztuk (...)” Zamawiający wymaga dostarczenia 1 opakowania?

Odp.: Tak. (odpowiednio zmiana w siwz).

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.3 i 3.6 po zmianie

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Podpisał Lekarz Naczelny – Dr n.med Wiesław Więckowski

Otrzymują firmy zadające pytania