

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę krzeseł biurowych, koszy i specjalistycznego obuwia operacyjnego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1:

W części I poz. 3 są krzesła ISO na stelażu metalowym. Proszę o sprecyzowanie jaki powinien być stelaż, ponieważ ma to znaczny wpływ na cenę krzesła. Różnica w cenie krzesła dochodzi do 50% ceny krzesła.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje rodzaj stelażu decydując się na chrom (błyszczący) – odpowiednio zmiana w siwz.

WYKONAWCA 2:

Pytanie 1:

Obuwie stosowane na bloku operacyjnym powinno być wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy załączyli do oferty zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych dla obuwia operacyjnego z Pakietu nr 3?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga, aby obuwie operacyjne było wentylowane. W ofercie posiadamy obuwie operacyjne wentylowane z góry i po bokach, takie rozwiązanie sprawia, że but jest bardzo komfortowy, „stopa oddycha”.

Czy Zamawiający wymaga, aby obuwie operacyjne będące przedmiotem zamówienia posiadało otwory wentylacyjne z góry i po bokach?

Odpowiedź: Nie wymagamy, zgodnie z siwz.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga, aby obuwie operacyjne było przeznaczone do sterylizacji w autoklawach w temperaturze do 135°C. W ofercie posiadamy obuwie operacyjne przeznaczone do sterylizacji w autoklawach w temperaturze do 134°C.

Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne przeznaczone do sterylizacji w temperaturze do 134°C?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza obuwie operacyjne przeznaczone do sterylizacji w temperaturze do 134°C, odpowiednio zmiana w siwz.

W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza zał. 3.1 i 3.3 po zmianie

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania

Podpisała: Gabriela Rokitowska Z- ca Dyrektora ds. administracyjnych