

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na*

**„Dzierżawę aparatury i dostawę odczynników z zakresu serologii transfuzjologicznej;  
dostawę testów do wykrywania Clostridium oraz testów na Laktoferynę”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

Wykonawca 1

Pakiet nr 6- serologia

W związku z małą ilością badań oraz krótkim okresem dzierżawy, czy zamawiający dopuści w miejsce analizatora ofertę kompletu sprzętu manualnego (wirówka, inkubator oraz wirówka)? Z punktu widzenia Zamawiającego, taka oferta byłaby dużo bardziej korzystna ekonomicznie.

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy. Zamawiający uznaje jednak argument ekonomiczny i w oparciu o art.38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłużając termin wykonania zamówienia w zakresie pakietu nr 1 Dzierżawa aparatury i dostawa odczynników z zakresu serologii transfuzjologicznej, z 12 miesięcy do **24 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Wykonawca 2

Pakiet nr 2:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami SIWZ do oferty załączone zostały metodyki oferowanych testów?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dokonuje **zmiany SIWZ dopisując w Rozdziale VII ust.5** w brzmieniu: „ Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą w zakresie pakietu nr 2 metodyki oferowanych testów w celu potwierdzenia zgodności oferowanego produktu z wymogami SIWZ”

2. Czy w pozycji 1 poprzez zapis „test do równoczesnego wykrywania (...) GDH oraz toksyn A i B” Zamawiający rozumie test w postaci jednej kasetki, gdzie w celu uzyskania wyników zarówno na GDH jak i toksyny A i B, próbkę przygotowuje się jednokrotnie oraz dozuje do jednej studzienki?

**Odpowiedź:** Tak.

3. Czy w pozycji 2 Zamawiający wymaga testu z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 2 tygodni?

**Odpowiedź:** Tak, w załączniku nr 3.2, w pozycji 2 Zamawiający dokonuje uzupełnienia opisu do SIWZ w brzmieniu: „....., z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 2 tygodni”.

W związku ze zmianą treści SIWZ, Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert** z dnia 08.02.2013r **na dzień 15.02.2013r, godziny bez zmian.**

*Załączniki po zmianie odp.1:*

*załącznik nr 1*

*załącznik nr 3.1a*

*załącznik nr 3.1b*

*załącznik nr 3.2*

*Podpisał: Dr n.med. Wiesław Więckowski Lekarz Naczelny*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania.*