

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów szewnych i hemostatycznych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1:

**Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem, czy w w/w pozycji chodzi o igłę okrągłą, odwrotnie tnącą czy okrągłą z tnącym końcem?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz czyli odwrotnie tnąca.

**Pytanie dot. Pakietu nr 1 poz. 4**

**Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę standardową bez określenia „rozwarstwiająca”?**

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

**Pytanie dot. Pakietu nr 2**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i **podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach** od zaimplantowania? Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

**Pytanie dot. Pakietu nr 3 poz. 1-3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o **długości 75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

**Pytanie dot. Pakietu nr 5**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie **dopuszcza** szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), **powlekane mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia**, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie

**Pytanie dot. Pakiet nr 7**

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w zadaniu dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, **wytwarzane z pilidioksanonu**, wchłaniające się w okresie **180-210 dni**, o zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dniu ok. 75%, w 28 dniu ok. 65%-70% ( w zależności od rozmiaru nici) w 43 dniu ok. 55%-60% pierwotnej siły ( w zależności od rozmiaru nici), w 57 dniu ok. 40% pierwotnej siły ? Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

**Pytanie dot. Pakiet nr 8**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szwy zbudowane z monofilamentowego syntetycznego **polipropylenu**?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z siwz

**Pytanie dot. Pakietu nr 8 poz. 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici o **długości 75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego ?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

**Pytanie dot. Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści zamiast poliamidowych, **nici poliestrowe**, niewchłaniałne, plecione, powlekane silikonem?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

**Pytanie dot. Pakietu nr 10 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści igłę **bez wzmocnienia**, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

**Pytanie dot. Pakietu nr 11**

Czy Zamawiający w w/w pakiecie nici poliestrowe, niewchłaniałne, plecione, **powlekane silikonem**?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

**Dot. Pakietu nr 11 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji zamiast igły tnącej - **igłę odwrotnie tnącą**, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również igłę odwrotnie tnącą, odpowiednio zmiana w siwz

**WYKONAWCA 2**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 8 poz. 1 igłę okrągłą o długości 50 mm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 8 poz. 1 igłę 3/8 koła, odwrotnie tnącą** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian ?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 8 poz. 5 nić o długości 75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian ?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz.

**WYKONAWCA 3**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 8 poz.5 na szew z igłą odwrotnie tnącą, pojedynczą - przy podwójnym przeliczeniu ilości szasetek z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z siwz.

2. Czy Zamawiający wyłączy/wykreśli z Pakietu 8 pozycję 5?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie wyraża zgody.

**WYKONAWCA 4**

1. Czy w **pakiecie nr 3** Zamawiający dopuści szew nasączony środkiem antybakteryjnym (triclosan) przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

2. Czy w **pakiecie nr 4 w pozycjach 7 i 10** Zamawiający dopuści igłę okrągłą-rozwarsztwiającą bez wzmocnienia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

3. Czy w **pakiecie nr 8 w pozycji 5** Zamawiający dopuści igłę o długości 2x70mm z nicią o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

4. Czy w **pakiecie nr 10 w pozycjach 1 i 2** Zamawiający dopuści igłę bez wzmocnienia, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

## WYKONAWCA 5

1. Czy Zamawiający wymaga w **Pakiecie 16** wosk kostny **3 składnikowy** : wosk pszczeli, parafina, palmitynian izopropylu? **Uzasadnienie do pytania 1:** na rynku można spotkać wosk dwuskładnikowy bez palmitynianu izopropylu, który jest twardy i kruszy się co może skutkować koniecznością dłuższego rozgrzewania w dłoniach aby stał się plastyczny i gotowy do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2. Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga aby opatrunek hemostatyczny w **Pakiecie 17 poz. 2** posiadał właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

3. Czy Zamawiający zgodnie z **art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych chcąc zachować zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji** wydzieli z **Pakietu 17 poz. 2** i utworzy z niej odrębny pakiet lub dopuści możliwość składania ofert na pozycje ?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

4. Czy Zamawiający w **Pakiecie 17 poz. 2** dopuści opatrunek hemostatyczny rozmiar 75mm x 100mm zamiast 125mm x 50mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza również, odpowiednio zmiana w siwz.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zmieniając zapis **§9 ust. 2 lit. a)** wzoru umowy w następujący sposób:

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) opóźnień w dostawach przekraczających terminy określone w § 3 pkt 2 od momentu złożenia zamówienia w wysokości 0,5% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień opóźnienia;

Odpowiedź: Nie zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

6. Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki hemostatyczne w **Pakiecie 17 poz. 2** posiadały dodatkowo następującą cechę:

• **wartość pH poniżej 3** ?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

7. Czy Zamawiający wymaga aby opatrunki hemostatyczne w **Pakiecie 17 poz. 2** posiadały dodatkowo następującą cechę:

• **czas wchłaniania 7-14 dni** ?

Odpowiedź: zgodnie z siwz

## WYKONAWCA 6

1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Odpowiedź: Nie zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 2:

2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

a) opóźnień w dostawach przekraczających terminy określone w § 3 pkt 2 od momentu

złożenia zamówienia w wysokości 0,5% wartości złożonego zamówienia, **którego dotyczy opóźnienie** za każdy dzień opóźnienia; **jednak nie więcej niż 10% wartości złożonego zamówienia, którego dotyczy opóźnienie**

b) odstąpienia od umowy w wysokości 5% **wartości niezrealizowanej części umowy** (brutto) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Nie zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

4. Czy w związku ze znowelizowanym brzmieniem art. 144 ustawy PZP, Zamawiający dopuści w następujących przypadkach możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

1. w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

Odpowiedź: Tak zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmianę w umowie poprzez dodanie w § 6 ust. 2 pkt d' w w/w brzmieniu. Ponadto zamawiający doprecyzowuje zapis w § 9 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia, w tym na drodze sądowej, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody

## WYKONAWCA 7

### **Pytanie 1**

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 17 w poz. 1 proszku hemostatycznego w opakowaniu 1 g., pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: dopuszcza się proszki w opakowaniach po 1g z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 32 op. Należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości.

### **Pytanie 2**

W przypadku niewyrażenia zgody na powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z pakietu 17 poz.1 i utworzenie dla niej osobnego pakietu.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wydzielenie poz. 1 z pakietu 17.

## WYKONAWCA 8

### **Paragraf 3 ust. 2**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Wykonawca dostarczy zamówiony towar do siedziby Zamawiającego, na wyznaczone miejsce składowania, **do trzech dni roboczych**, w godzinach od 7:00 do 14:00, po złożeniu zamówienia telefonicznego lub fax-em, a w sytuacjach awaryjnych dostawa do 48 godzin (tzw. na ratunek)

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

### **Paragraf 9 ust. 2 a**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

zwłoki w dostawach przekraczających terminy określone w § 3 pkt 2 od momentu złożenia zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki;

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

### **Paragraf 9 ust. 5**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

Jeśli Wykonawca dwukrotnie dostarczy towar wadliwy lub dwukrotnie nie dostarczy towaru w terminie wymaganym postanowieniami niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy jeżeli jej wykonanie w całości, z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, nie leży w interesie publicznym. W takim

przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo do naliczenia kary za odstąpienie ani inne odszkodowanie z tego tytułu.

Odpowiedź: Brzmienie jest takie samo jak w zapytaniu. Bez zmiany.

## **Paragraf 2**

Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 2 zapisu:

**„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”**

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmianę zapisów.

## WYKONAWCA 9

### **Pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

### **Pakiet 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą okrągłą?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

### **Pakiet 2, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odpowiedź: Tak. zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany w siwz.

### **Pakiet 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą 26mm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

### **Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą przyostrzoną, niewzmocnioną?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

### **Pakiet 4, pozycja 3, 6**

Czy Zamawiający wydzieli ww pozycje z pakietu 4 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

### **Pakiet 4, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 90cm?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

### **Pakiet4, pozycja 5, 6, 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów z igłą wzmocnioną?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

### **Pakiet 4, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą 26mm ½ koła bez katalogowego opisu „rozwarstwiająca”?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

#### **Pakiet 4, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą 16mm?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

#### **Pakiet 4, pozycja 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

#### **Pakiet 4, pozycja 8-9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nici o grubości 5/0?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

#### **Pakiet 5, pozycja 1-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego i mlekowego, powleczonych poliglikolidem laktydu i stearynianem wapnia, o podtrzymywaniu tkankowym ok.75% po 2 tygodniach, ok.50% po 3 tygodniach, ok.25% po 4 tygodniach, o czasie wchłaniania 56-70 dni?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

#### **Pakiet 8, pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwu z igłą odwrotnie tnącą prostą pojedynczą z nitką o długości 75cm?W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji nr 5 do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

#### **Pakiet 9, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą 30mm?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

#### **Pakiet 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów z igłą 16mm?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz

#### **Pakiet 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie nici o długości 75cm?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

#### **Pakiet 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie plastrów o rozm. 6x75mm x 3 plastry?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

#### **Pakiet 12, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie plastrów o rozm. 6x100mm x 10 plastrów?

Odpowiedź: Tak, odpowiednio zmiana w siwz.

### **Pakiet 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje gąbki wykonanej z żelatyny pochodzenia rybnego, co znacznie zredukuje ryzyko zarażenia świńską grypą?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

### **Pakiet 17, pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje proszku wykonanego z żelatyny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zarówno gąbkę pochodzącą z Carboxycellulosum calcium jak i wykonaną z żelatyny pochodzenia rybnego.

### **Pakiet 17, pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunków hemostatycznych odpowiednio w rozmiarze:

100mm x 75mm lub 12,5mm x 50mm zamiast 125mm x 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 100 mmx 75mm. odpowiednio zmiana w siwz.

### WYKONAWCA 10

1) Pakiet nr 8 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igłę o wymaganych parametrach bez określenia „wzmocniona”, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zgodnie z siwz.

2) Punkt VII.5 SIWZ: Czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności dostarczenia próbki do pozycji 5 w pakiecie 8? Zamawiający przewiduje zakup tylko 180 saszetek a jest to droga nitka. Ponadto na potwierdzenie czy oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy dostarczyć katalogi.

Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuje z wymagań. Zgodnie z zapisami zawartymi w ogłoszeniu i specyfikacji: należy przedłożyć z ofertą:

1. Aktualne katalogi lub karty katalogowe/ karty techniczne informacyjne lub instrukcje oferowanych wyrobów medycznych wraz z nazwą producenta i numerem katalogowym, z zaznaczeniem w katalogu pozycji oferowanego produktu (oznakowane numerem pakietu i numerem pozycji) zawierających informacje na temat właściwości i parametrów fizyko – chemicznych wymaganych w siwz w celu sprawdzenia czy oferowane wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w siwz.
2. Próbki oferowanych wyrobów medycznych, po 1 szt. do każdej pozycji (dotyczy wszystkich pakietów) z oznaczeniem numeru pakietu i numeru pozycji w celu zweryfikowania czy oferowane wyroby spełniają wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w siwz (w szczególności rodzaj i rozmiar igły, skład nici itd.). Próbki nie będą podlegały zwrotowi

W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza załącznik 3 po zmianie oraz wzór umowy po zmianie.

*Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania*