

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (część I) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1:

1. Dotyczy Pakiet 13 poz 7 – Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 12mm i o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? W przypadku braku wyrażenia zgody, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Dotyczy Pakiet 13 poz 8 – Czy Zamawiający dopuści igłę 0,25x8mm lub 0,33x10mm, o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ? W przypadku braku wyrażenia zgody, prosimy o merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

WYKONAWCA 2

**Pakiet 13 – igły jednorazowe**

1. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w poz. 1-6 igły pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne w rozmiarze 1,2 były krótkościęte? Zastosowanie igieł krótkościętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji leku igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

3. Czy Zamawiający wymaga, aby igły iniekcyjne posiadały na opakowaniu jednostkowym informację o tym czy igła posiada ostrze krótko czy długościęte?

Odpowiedź: Nie wymaga.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania igły do pena sterylizowane tlenkiem etylenu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

WYKONAWCA 3

**Pakiet nr 15 poz. 1,2,3**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie powyższych pozycji do osobnego pakietu, dzięki temu powstanie oddzielny pakiet na elektrody do EKG jednorazowego użytku. Pozwoli to złożyć większą liczbę ofert w korzystnych cenach.

Odpowiedź: Nie.

#### **Pakiet nr 15 poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości; należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości i jm (jednostka miary).

#### **Pakiet nr 15 poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

- a) Elektroda pediatryczna okrągła z języczkiem o średnicy 30mm **lub**
- b) Elektroda kwadratowa z zaokrąglonymi rantami o rozmiarze 36mm x 40mm **lub**
- c) Elektroda pediatryczna o kształcie kwiatka o średnicy 25mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrodę pediatryczną o kształcie kwiatka o średnicy 25mm .

#### **Pakiet nr 15 poz. 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

- a) Elektroda okrągła „z języczkiem” o wymiarach 45x42 (średnica 42 mm, długość od krawędzi „języczka” do przeciwległej krawędzi 45 mm) **lub**
- b) Elektroda kwadratowa z zaokrąglonymi rantami o rozmiarze 36mm x 40mm

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

#### **Pakiet nr 15 poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

- a) Elektroda do badań radiologicznych na podłożu z pianki z żelazem stałym

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

#### **Projekt umowy- §3pkt. 2**

Co zamawiający miał na myśli dostarczenia na wyznaczone miejsce składowania? Czy jest kilka miejsc dostaw? Czy Zamawiający wymaga dostarczania towaru wraz z rozładunkiem np. rozkładanie na półki, roznoszenie po oddziałach?

Odpowiedź: Oznacza to dostarczenie towaru do magazynu w aptece.

#### **Projekt umowy- §7pkt. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru po uznaniu reklamacji z 3 na 7 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy umowy i § 7 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. W razie dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zawartym w specyfikacji, zniszczonego lub uszkodzonego, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany w terminie 3 dni na własny koszt na towar wolny od wad.
2. Za inne wady towaru Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych, zawartych w Kodeksie Cywilnym i przepisach obowiązujących w tym zakresie.

#### **Projekt umowy- §9pkt. 2b, 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 5% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

#### WYKONAWCA 4

Dotyczy pakietu nr 28

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 7 dni. Zamawiający dokonuje w związku z tym zmiany we wzorze umowy.

W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza załącznik 3.15 po zmianie oraz wzór umowy po zmianie.

*Podpisał Lekarz Naczelny – Dr n.med Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
Otrzymują firmy zadające pytania*