

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (część I) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

Pakiet nr 22:

1. Poz. nr: 1

Prosimy o dopuszczenie pokrowców zgodnych z wymogiem Zamawiającego lecz w rozmiarze 85 cm x 150 cm

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

2. Poz. nr: 2

Prosimy o dopuszczenie pokrowców zgodnych z wymogiem Zamawiającego lecz w rozmiarze 13 cm x 250 cm

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

3. Poz. nr: 3

Prosimy o dopuszczenie osłon na kończynę w rozmiarze 25 cm x 80 cm

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

4. Poz. nr: 4

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych jałowych fartuchów chirurgicznych pełnobarierowych zgodnych z EN 13795 1-3; Materiał SMMS PP (polipropylen); gramatura minimum 40g/m², posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową z ręcznikami w rozmiarze 33 cm x 33 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie

5. Poz. nr: 5

Prosimy o dopuszczenie czepków nie zawierających perforacji w górnej części

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

6. Poz. nr: 7

Prosimy o dopuszczenie fartucha higienicznego niejałowego z włókniny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Rozmiar uniwersalny

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie

7. Poz. nr 8

Prosimy o dopuszczenie fartucha higienicznego z włókniny foliowanej w kolorze białym. Nieprześlądalny dla płynów fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Laminowana folią PE włóknina polipropylenowa o zwiększonej gramaturze.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zapisy umowy

Prosimy o dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

Nasz prośba podyktowana jest prognozami podniesienia stawki VAT na wyroby medyczne z 8% na 23%.

Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady

2006/112/WE (zgodnie z tą normą, nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej). Zgodnie z powyższym, przy zasadach jakie stosuje się przygotowując wyceny do przetargu (gdzie marże ustala się na bardzo niskim poziomie) - podniesienie stawki VAT o 15% jest dla większości dystrybutorów niemożliwe do zaakceptowania. Konieczność utrzymania ceny brutto, na niezmiennym poziomie spowoduje, że realizacja części umowy będzie odbywała się ze stratą dla Wykonawcy. Biorąc to pod uwagę, żadna z firm nie może pozwolić sobie na złożenie oferty z góry zakładając stratę, dlatego też już obecnie przy kalkulacji cen do przetargu należy wziąć pod uwagę ewentualną podwyżkę stawki VAT. Z kolei to rozwiązanie jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje to przekroczenie szacunków do przetargu a następnie zakup sprzętu medycznego w wyższych cenach od początku trwania umowy, a nie od ewentualnej podwyżki stawki VAT.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

WYKONAWCA 2

Paragraf 5 ust. 2-3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:

„2. Ceny jednostkowe netto określone w zał. 1 pozostają niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy.

3. W przypadku zmiany stawek VAT cena brutto oraz wysokość podatku VAT ulegną zmianie.”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Paragraf 6 ust. 2 lit b

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„zmiany stawki podatku VAT (przy czym, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian),”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

WYKONAWCA 3

Pytanie: Mając na uwadze dopuszczenie do złożenia ofert konkurencyjnych producentów sprzętu elektrochirurgicznego oraz nieznaczące różnice asortymentowe występujące w ofertach handlowych, zwracamy się uprzejmie z zapytaniem czy dopuścicie Państwo w: **Zadaniu 23** – pozycja 2 – elektroda monopolarna, ostrzowa, wielorazowa, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 7cm, długość robocza 2,8cm. Do sterylizacji w autoklawie.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Zadaniu 23 – prosimy o wyłączenie pozycji 3,4 oraz 6 do osobnego pakietu, pozwoli to na zaoferowanie Zamawiającemu oferty bardziej konkurencyjnej.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza załącznik 3.22 po zmianie

Podpisał Lekarz Naczelny – Dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*