

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (część I) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

Pakiet Nr 13, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igłę do Pena w rozmiarze 0,33 x 12 mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

WYKONAWCA 2

Pytanie nr 1 Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego systemu do godzinowej zbiórki moczu, sterylnej, z płaskim portem bezigłowym, z dwoma zastawkami antyzwrotnymi, z minimum dwoma filtrami antybakteryjnymi hydrofobowymi, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową, worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie komory co 1 ml od 1 do 40 ml, od 40 do 90 ml, z drenem o długości 110cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Odpowiednio zmiana w siwz.

Pytanie nr 2 Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma posiadać dren dwuświatłowy, który redukuje ryzyko zalegania moczu w drenie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Odpowiednio zmiana w siwz.

Pytanie nr 3 Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy system powinien być całkowicie (wraz drenem łączącym) zabezpieczony przed refluksem moczu, co zasadniczo ogranicza ryzyko rozwoju ZUM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Odpowiednio zmiana w siwz.

Pytanie nr 4 Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego jednorurowego dwuświatłowego o śr 22 mm, dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H₂O i wydechowy 0,17 H₂O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm, waga układu 250 g.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pytanie nr 5 Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy rura wydechowa do podłączenia do respiratora ma być rozciągliwa do 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Odpowiednio zmiana w siwz.

Pytanie nr 6 Pakiet 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy układ oddechowy ma być pozbawiony substancji szkodliwych DEHP?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Odpowiednio zmiana w siwz

Pytanie nr 7 Pakiet 13, poz. 7-8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu potwierdzenia kompatybilności igieł do pena z istniejącymi na rynku różnymi typami wstrzykiwaczy, Zamawiający będzie oczekiwał dołączenia do oferty stosowanego certyfikatu potwierdzającego kompatybilność, opierającego się na przeprowadzonych badaniach kompatybilności technicznej systemu do iniekcji zgodnie z przeznaczeniem i na badaniach zalecanych w normie ISO 11608-2:2000?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

WYKONAWCA 3

Pakiet 1 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści worek z drenem dł. 120 cm z dwoma filtrami hydrofobowymi umieszczonymi na worku reszta parametrów zgodna z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

Pakiet 1 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu lateksowego z dwoma otworami znanej firmy Medical Dren?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 7, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o pojemności 20 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 1 poz. 2,8,9:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet 10 poz.8:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek (strzykawka wolna od PCV) poprzez dostarczenie oświadczenia producenta, że produkt jest wolny od PCV?

Taka informacja ważna jest jedynie na etapie procedury przetargowej i służy wyborowi produkty bezpiecznego dla pacjenta. Dla użytkowników informacja na opakowaniu jednostkowym nie jest niezbędna.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 13 poz. 7,8:

Czy Zamawiający dopuści igły sterylizowane tlenkiem etylenu, sposób sterylizacji nie ma wpływu na użytkowanie igieł ogranicza jednak możliwość przystąpienia do postępowania innym oferentom.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza igły sterylizowane tlenkiem etylenu.

Pakiet 15, poz. 4:

Czy ze względu na wysoki koszt próbek Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbki na rzecz karty katalogowej?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający utrzymuje wymogi siwz w tym zakresie

Pakiet 16 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu pakowanego po 200 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania po 200 szt. Należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości

Pakiet 16 poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu pakowanego po 180 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania po 180 szt. Należy podać wielkość oferowanego opakowania i dokonać zmiany ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę tj. na 23 op.

Pakiet 18, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika w rozm. 6-10 z balonem 3-5 i prowadnicą?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 18, poz. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika w rozm. 6-10 z balonem 3-5 i prowadnicą?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Pakiet 18, poz. 9:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z siwz

WYKONAWCA 4

Zadanie 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu sterylizowanego tlenkiem etylenu spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren sterylizowany tlenkiem etylenu spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Zadanie 5 poz. 1 i 3

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 7 poz. 7,8,9

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 8 poz. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie igły o długości 90mm spełniającej pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 11 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania 4,45/6,5 – długość do 295mm, pakowana pojedynczo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 11 poz. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu Kehra wykonanego z lateksu lub silikonu.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 11 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenu typu Redon.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 11 poz. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego zaworu z niebieską membraną silikonową osadzoną w konektorze.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 11 poz. 8,9

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 16 poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby przyrządy nie zawierały ftalanów.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 16 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów pakowanych a'200 lub a'250 z przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przyrządy pakowane po 200 szt.

Zadanie 16 poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów pakowanych a'180 lub a'250 z przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w poz. 2 przyrządy pakowane po 180 szt.

Zadanie 16 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 18 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 3-5ml.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 18 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem 30-50ml.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 18 poz. 10

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 18 poz. 6,9

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia cewników.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 22 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 85cm x 85cm.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 22 poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osłony w rozmiarze 30cm x 80cm z jedną taśmą w zestawie i drugą dołączaną w osobnym opakowaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Zadanie 22 poz. 5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie czepka wykonanego w części bocznej i górnej z lekko perforowanej włókniny, ze wstawką chłonącą pot w części przedniej, wiązany na troki, pakowany w woreczek

Odpowiedź: tak zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz.

WYKONAWCA 5

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta ? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

dotyczy umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację §2 ust 4 projektu umowy, i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.

W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23%. Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medyczne nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich tygodniach w myśl tych samych przepisów, podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci.

Podniesienie stawki VAT o 15 %, przy aktualnych zapisach §6 ust 2b projektu umowy, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnie marża w przetargu wynosi 5-10%. Podniesienie stawki VAT o 15% , przy konieczności utrzymania ceny brutto na niezmiennym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę podatku, w przygotowywanej ofercie. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystane dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej.

Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody da zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego, kompromisowego zapisu, który pozwalałby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy zad. 10 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Dotyczy zad. 10 poz. 6,9

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem typ perfuzor?

Odpowiedź: Typ perfuzor tzn. zakończenie tłoka strzykawki prostopadłym wycięciem min. 40% szerokości tłoka do mocowania w systemie pompy firmy Braun.

Dotyczy zad. 10 poz. 6,9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z czterostronnym podcięciem tłoka co ma za zadanie stabilne umieszczenie strzykawki w pompie?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy zad. 10 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu piktogramu o braku PCV na strzykawce. Strzykawki są wykonywane z polietylenu, polipropylenu, także informacja o braku PCV jest co najmniej dziwna i ma za zadanie utrudnić uczciwą konkurencję co jest niezgodne z ustawą PZP. Jeśli Zamawiający wymaga potwierdzenia braku PCV w strzykawkach wnosimy o możliwość przedstawienia oświadczenie Producenta o jego braku.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Dotyczy zad. 13 poz. 5

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,2 o dwóch rodzajach ścicia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igle krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igle długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścicie min: punkcji i ewakuacji ropni.

Odpowiedź: Zgodnie z siwz

Dotyczy zad. 13 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy zad. 13 poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Dotyczy zad. 13 poz. 6,7

Zamawiający wymaga igieł kompatybilnych ze wszystkimi aplikatorami do insuliny. Zwracamy się z prośbą o wymienienie wszystkich aplikatorów do insuliny.

Odpowiedź: GensuPen, NovoPen, HumaPen.

Dotyczy zad. 16 poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o możliwość wyceny za 1 szt. oraz przeliczenie opakowań na sztuki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza; wycena do drugiego miejsca po przecinku.

Dotyczy zad. 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'200szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 516 op? W razie odmowy prosimy o merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, odpowiednio zmiana w siwz.

Dotyczy zad. 16 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'180szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań tj. 23 op? W razie odmowy prosimy o merytoryczne uzasadnienie

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, odpowiednio zmiana w siwz.

Dotyczy zad. 16 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym pojedynczym opakowaniu przyrządu widniała informacja o braku ftalanów?

Odpowiedź: Nie wymaga

Dotyczy zad. 16 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na przyrządzie było umieszczone logo producenta co umożliwia szybką identyfikację przyrządu tuż po użyciu?

Odpowiedź: Nie wymaga

Dotyczy zad. 18 poz. 4,5

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 30ml?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy zad. 18 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewników z barwnym konektorem i numerycznym oznakowaniu na cewniku. Wymóg numerycznego oznakowania akurat na konektorze ma za zadanie utrudnić uczciwą konkurencję i umożliwić złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy co jest niezgodne z ustawą PZP.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

WYKONAWCA 6

Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Takie zmiany są zupełnie niezależne od Wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej. Proponujemy zmianę zapisu par. 6 punkt 2.b) na następujący: **„zmiany stawki podatku VAT (przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”**

Biorąc powyższe pod uwagę, wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego możliwości zmiany SIWZ w opisanym zakresie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje dotychczasowe zapisy siwz i umowy w tym zakresie.

W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza załącznik 3.1, 3.2, 3.11, 3.13, 3.16, 3.18, 3.22, . po zmianie

Podpisał Lekarz Naczelny dr n.med Wiesław Więckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*