

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (część II) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”**

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie:

**WYKONAWCA 1:**

zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, dotyczące Pakietu 3 i 4

**PYTANIE 1 – dot. przedmiotu zamówienia:**

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 3 i 4 ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością, znane i atestowane przez producenta urządzenia lub/i przez jego autoryzowanego przedstawiciela/serwis, czyli takie, które są – w sposób potwierdzony stosownym oświadczeniem tych podmiotów – w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem:

✓ Medrad Stellant CT Dual (nr seryjny 27075)

i jako takie nie spowodują usterek w działaniu wstrzykiwacza, ani nie będą powodem jego uszkodzenia, jak również nie spowodują ryzyka cofnięcia udzielonych na w/w aparat gwarancji lub/i rękojmi (udzielanych standardowo po wykonanych interwencjach serwisowo-naprawczych)?

**UZASADNIENIE:**

Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie zagwarantuje Zamawiającemu dostawy sprzętu, którego jakość zapewni bezpieczną eksploatację wstrzykiwacza kontrastu (bezpieczną zarówno dla Pacjenta, jak i samego urządzenia).

Odpowiedź: Zamawiający, w zakresie Pakietu 3 i 4 ma na myśli materiały eksploatacyjne charakteryzujące się wysoką jakością w pełni kompatybilne z eksploatowanym przez Zamawiającego wstrzykiwaczem.

**PYTANIE 2 – dot. przedmiotu zamówienia:**

Czy w przypadku, jeśli potencjalni Wykonawcy nie będą dysponować stosownym oświadczeniem producenta urządzenia Medrad Stellant CT lub / i jego autoryzowanego przedstawiciela/serwisu, o pełnej kompatybilności i potwierdzonej jakości oferowanych produktów, Zamawiający w ramach Pakietu nr 3 i 4 wymagał będzie od Wykonawców oferujących zamienniki materiałów oryginalnych (tj. produkowanych przez firmę Medrad), złożenia wraz z ofertą oświadczenia Wykonawcy o przejściu przez niego pełnej odpowiedzialności za jakość oferowanego sprzętu jednorazowego użytku, w tym, o przejściu kosztów ewentualnych napraw i kosztów przestoju w pracy przedmiotowego wstrzykiwacza kontrastu w sytuacji, gdyby urządzenie to uległo uszkodzeniu lub awarii w wyniku prowadzenia jego eksploatacji z zastosowaniem oferowanego sprzętu jednorazowego użytku?

Odpowiedź: W przypadku uszkodzenia lub awarii wstrzykiwacza spowodowanego zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku, z powodu którego doszło do takich uszkodzeń bądź awarii, Zamawiający będzie dochodził odszkodowania na zasadach ogólnych.

**PYTANIE 3 – dot. przedmiotu zamówienia:**

Czy Zamawiający w zakresie poz. 1 Pakietu nr 3 dopuści:

*Jednorazowy i sterylny w pełni kompatybilny z systemem Medrad Stellant CT zestaw składający się z dwóch wkładów o pojemności 200 ml, złącza niskiego ciśnienia o długości 150 – 152 cm z konektorem „Y” wyposażonym w zastawkę bezzwrotną, dwóch złączy szybkiego napełniania oraz ostrza typu „Spike”?*

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

**PYTANIE 4 – dot. przedmiotu zamówienia:**

Czy Zamawiający, w zakresie Pakietu 4, pisząc:

*Łącznik prosty zastawką bezzwrotną dł. min 150 cm kompatybilny z systemem Medrad Stellant o min. obciążeniu 300 PSI.*

ma na myśli:

*Sterylny i w pełni kompatybilny łącznik niskociśnieniowy do systemu Medrad Stellant CT D o długości 150 cm, z trójnikiem Y wyposażonym w zastawką bezzwrotną, o wytrzymałości ciśnieniowej 350 PSI?*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga (odpowiednio zmiana w siwz).

## WYKONAWCA 2

### **Paragraf 5 ust. 2-3**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na:

„2. Ceny jednostkowe netto określone w zał. 1 pozostają niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy i są podstawą rozliczeń wynikających z niniejszej umowy.

3. W przypadku zmiany stawek VAT cena brutto oraz wysokość podatku VAT ulegną zmianie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

### **Paragraf 6 ust. 2 lit b**

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na:

„ zmiany stawki podatku VAT (przy czym, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian),”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.4 po zmianie.

*Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med. Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
Otrzymują firmy zadające pytania*