

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku (część II) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 1, poz. 1 dopuści mikrometodę na morfologię w opakowaniu po 100 sztuk z odpowiednim przeliczenie ilości wymaganej przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz.

WYKONAWCA 2

Pakiet nr 8

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 1 również zestaw drenów z hemofiltrem o pow. 1,4 m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza; odpowiednio zmiana w siwz.

WYKONAWCA 3

PAKIET 7 - maski krtaniowe

1. Prosimy o dopuszczenie maski krtaniowej silikonowej wielorazowego użytku, ze specjalnie wyprofilowanym kołnierzem dopasowującym się do budowy anatomicznej pacjenta, z półprzezroczystą rurką w odcieniu niebieskim umożliwiającą obserwację jej wnętrza z możliwością wentylacji do 20cm słupa wody, nie wbudowanym drenem do napełniania balonu, nadającą się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie parowym (do 40 razy) nr od 2,5 do 5,0

Odpowiedź: Zgodnie z siwz.

2. Czy mankiet maski ma być wyposażony w zabezpieczenie chroniące przed podwijaniem się podczas zakładania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga; odpowiednio zmiana w siwz

WYKONAWCA 4

Prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zmiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Takie zmiany są zupełnie niezależne od Wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili wysłania oferty przetargowej. Proponujemy zmianę zapisu par. 6 punkt 2.b) na następujący: **„zmiany stawki podatku VAT (przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.”**

Biorąc powyższe pod uwagę, wykonawca wnosi o rozważenie przez Zamawiającego możliwości zmiany SIWZ w opisanym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i utrzymuje dotychczasowe zapisy.

W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał. 3.1; 3.7 i 3.8 po zmianie.

Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski