

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Dostawę aparatury medycznej i sprzętu medycznego do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie***

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców

WYKONAWCA 6:

Dot. Pakiet nr 1 Aparaty medyczne dla Oddziału Neonatologii, Załącznik nr 3.1 do SIWZ - specyfikacja asortymentowa,

poz.2 „Nieinwazyjny miernik poziomu zażółcenia tkanki podskórnej dla noworodków z ciąży powyżej 35 tygodnia do badań przesiewowych do wszystkich kolorów skóry. Zakres pomiarowy 0,0 mg/dl do 18 mg/dl. Zasilanie akumulatorowe (wraz ładowarką sieciową w komplecie) pozwalające na wykonanie co najmniej 400 pomiarów”

Uprzejmie informujemy, iż na chwilę obecną nie ma na rynku urządzenia o tak konkretnie wąskim zakresie tj. od 0 do 18 mg/dl jak jest wymagany w pozycji nr 2 Specyfikacji asortymentowej. Wszystkie dostępne urządzenia na rynku posiadają szerszy zakres pomiarowy np. 0-20 mg/dl, przez co zakres ten poszerza możliwości diagnostyczne szczególnie u noworodków tuż po naświetlaniu promieniami UV.

W związku z powyższym czy Zamawiający określając zakres pomiarowy 0,0 – 18 mg/dl traktuje go jako minimalny zakres, jaki musi posiadać oferowane urządzenie?

Odpowiedź: Tak, szerszy zakres jest dopuszczalny, wymagania siwz są spełnione w takim przypadku, gdyż określony w siwz zakres pomiarowy od 0,0 mg/dl do 18 mg/dl mieści się w zakresie szerszym. Równocześnie Zamawiający zmienia odpowiedź udzieloną w dniu 30.04.2013r na pytanie Wykonawcy 2:

Pakiet nr 1 pozycja 2 - Nieinwazyjny miernik poziomu zażółcenia tkanki podskórnej dla noworodków

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania miernik z zakresem pomiarowym od 0,0 do 20 mg/dl?

ODP: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Biorąc pod uwagę powyższą zmianę odpowiedzi oraz fakt, że wpłynęły kolejne zapytania Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert ulega przesunięciu **na dzień 17.05.2013r**, godziny bez zmian.

Podpisała: Gabriela Rokitowska Z- ca Dyrektora ds. administracyjnych