

## ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot zamówienia – Negatoskop żaluzyjny do mammografii – 1 szt.

Oferowany model: .....

Producent: .....

<b>Lp.</b>	<b>Parametry</b>	<b>Wymagana wartość</b>	<b>Oferowana wartość</b>
1	Napięcie prądu zasilającego	230V 50 Hz	
2	Pobór mocy	260 VA	
3	Luminacja ekranu	>7000 cd / m <sup>2</sup>	
4	Regulacja luminacji	Tak	
5	Zakres regulacji	10-100%	
6	Wymiary ekranu	48 x 36 cm	
7	Ilość klatek	1	
8	Klasa ochronności	I	
9	Wymiary minimalne	680 x 720x 120 mm	
10	Masa	≤55 kg	
11	Emisja światła dziennego	6500 °K	
12	Ruchomy uchwyt do zdjęć tradycyjnych	min. 36 x 43 cm	
13	Aparat fabrycznie nowy – nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2013	TAK	
14	Warunki gwarancji i obsługi serwisowej obejmującej cały dostarczony aparat wraz z wyposażeniem.	TAK	
15	Przeglądy techniczne w czasie trwania gwarancji w cenie przedmiotu zamówienia	TAK <i>przeglądy zgodnie z zaleceniami wytwórcy, jednak co najmniej jeden przegląd w 35 miesiącu</i>	
16	Dostawa, montaż w siedzibie Zamawiającego.	tak	
17	Okres gwarancji min. 36 miesięcy.	tak	
18	Instrukcja obsługi w języku polskim.	tak	
19	Dostępność części zamiennych min. 10 lat	tak	