

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów szewnych i hemostatycznych (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1:

Pytanie dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i **podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach** od zaimplantowania? Zapewniają one dokładnie te same właściwości i co najważniejsze to samo bezpieczeństwo.

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

WYKONAWCA 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 5 poz. 1 igłę 3/8 koła, odwrotnie tnącą** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 5 poz. 3 nici o długości 75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 5 poz. 4 nici o długości 75 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Tak dopuszczamy.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 5 poz. 5 igłę pojedynczą i nici o długości 75 cm z ewentualnym przeliczeniem ilości szwów?**

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 5 poz. 5 igłę pojedynczą, 55 mm długości, odwrotnie tnącą** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie **w pakiecie 5 poz. 5 igłę pojedynczą, 3/8 koła, odwrotnie tnącą i nić długości 100 cm** przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu bez zmian?

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza załącznik 3.2 i 3.5 po zmianie.

Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny