

Jaworzno, dnia 2013-07-12

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów sterylizacyjnych i sprzętu używanego przy sterylizacji do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:

WYKONAWCA 6

Czy w pakiecie nr 8 Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na tace siatkowe o parametrach zgodnych z SIWZ w rozmiarze 480 x 254 x 50 mm?

Ńdpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

Podpisał: dr n. med. Wiesław Więćkowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*