

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH do pakietu nr 4

Przedmiot zamówienia: Wózek anestezjologiczny

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
WYMAGANIA OGÓLNE			
1.	Wózek anestezjologiczny 5 szufladowy	TAK	
2.	Wymiary wózka: - max. Szerokość: 650 mm (+/- 5%) - max. Głębokość 475 mm (+/- 5%) - max. Wysokość: 970 mm (+/- 5%)	TAK	
3.	Trzy uchwyty do przetaczania wózka umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Uchwyty stanowiące także zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego. <i>*Zamawiający dopuszcza blat roboczy z uniesionymi brzegami zabezpieczającymi przewożone przedmioty przed zsuwaniem się</i>	TAK	
4.	Górny blat roboczy wykonany z płyty ze stali nierdzewnej	TAK	
5.	Stabilna konstrukcja nadstawki na leki wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym. Nadstawka z 10 uchylnymi plastikowymi pojemnikami zamykanych centralnym zamkiem na kluczyk.	TAK	
6.	Metalowa nadstawka na leki z możliwością regulacji wysokości w zakresie min 20 cm. Ułatwiająca korzystanie z wózka zarówno osobą o niskim jak i wysokim wzroście.	TAK	
7.	Fronty szuflad wykonane ze stopu aluminiowego. uchwyty szuflad wykonane z ABS <i>*zamawiający dopuszcza wózek którego fronty wykończone są HPL w 4 kolorach do wyboru, uchwyty do otwierania aluminiowe z dodatkową możliwością umieszczenia na nich opisów identyfikujących zawartość szuflad</i>	TAK	
8.	Trzy szuflady wyposażone w wyciągane podziałki służące odpowiedniej segregacji leków.	TAK	
9.	Minimalna nośność szuflady min.50 kg	TAK	
10.	Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady (zamek umieszczony z prawej strony wózka; <i>*Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w centralny zamek umieszczony z przodu wózka po lewej stronie)</i>	TAK	

11.	<p>Wózek wyposażony jest w 4 podwójne cichobieżne kółka (o średnicy $\Phi 100\text{mm}$) każde z blokadą jazdy.</p> <p><i>*Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony 4 pojedyncze koła o średnicy 125mm, z czego trzy posiadają indywidualną blokadę, jedno jest antystatyczne, obrotowe o 360°</i></p>	TAK	
12.	<p>Wysokość szuflad: 110mm, 110mm, 110mm, 150mm, 193mm</p>	TAK	
13.	<p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - metalowa nadstawka anestezyjologiczna na lekarstwa zamykana na kluczyk, - dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, - dwa kosze plastikowe (pojemność każdego z koszy min 6l) - druciany kosz na akcesoria medyczne (długość:23xgłębokość:10x wysokość:11cm) a w nim pojemnik na zużyte igły. 	TAK	