

Jaworzno, dnia 2013-09-18.

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa endoprotez i implantów do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1

Dot. pakietu nr 3 Śruby tytanowe:

1. Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu śruby interferencyjne tytanowe o średnicach 7,8,9,10 mm i długościach 20 lub 23, 25,28 oraz drut nitinolowy o średnicy 2mm do wprowadzania śrub?
Odpowiedź: Nie, wg specyfikacji.

Dot. SIWZ, Paragraf II, punkt 15:

2. Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez pojęcie „kompletnego instrumentarium”, w szczególności odnośnie użyczenie instrumentarium do zakładania implantów z pakietu nr 3: śruby tytanowe.
Odpowiedź: Śrubokręt, drut prowadzący.

Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Wieckowski

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
Otrzymują firmy zadające pytania*