

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Dostawa implantów, stabilizatorów zewnętrznych i zestawów do regeneracji chrząstki (powtórka) oraz narzędzi artroskopowych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1

1. Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania drutów do wiązania odłamów fi od 0,5mm -1,5mm zamiast od 0,5 mm -2,0 mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w siwz.

2. Czy Zamawiający w **Pakiecie 1 poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kostkowych fi 4,5mm zamiast fi 3,0mm?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dokonuje odpowiednio zmiany w siwz.

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w § 6 ust. 1 pkt. b) umowy na: zamiany stawki podatku VAT (przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian).

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i utrzymuje zapisy siwz w tym zakresie.

Podpisał Lekarz Naczelny dr n.med. Wiesław Więckowski

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania