

Jaworzno, dnia 2014-01-20.

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa duodenoskopu do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1

**SIWZ – punkt III termin wykonania zamówienia**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do maksymalnie 28 dni?

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, prosimy, aby obecny termin wykonania zamówienia liczony był w dniach roboczych (tj. wynosił do 15 dni roboczych od podpisania umowy).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na **dostawę do 15 dni roboczych** od podpisania umowy.

Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy §3 ust 1 który otrzymuje brzmienie:

„1. Dostawa nastąpi w terminie ..... dni roboczych od daty zawarcia umowy do magazynu Zamawiającego”

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokonuje także odpowiednio zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

**ZAŁĄCZNIK Nr 3.2 – opis parametrów technicznych**

I. Duodenoskop, punkt 2

Prosimy o dopuszczenie endoskopu wyposażonego w przetwornik obrazu o podwyższonej (wysokiej) rozdzielczości typu Q-image.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. (odpowiednio zmiana w siwz).

III. Inne wymagania, punkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów w następujący sposób:

„liczna napraw **gwarancyjnych** tego samego podzespołu (...)”

*Prośbę swoją motywujemy tym, że naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę (odpowiednio zmiana w siwz – zał. 3.2 opis parametrów technicznych

ponadto

Czy Zamawiający wyrazi także zgodę na modyfikację dalszej części zapisu na następujący:

„liczna napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu powodująca wymianę **tego podzespołu na nowy – max. 3**”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Zamawiający dokonuje sprostowania w załączniku 2.1 oświadczenie, gdyż nie wymaga od podmiotu, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia (na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) dokumentów i oświadczeń potwierdzających brak podstaw do wykluczenia określonych w siwz i ogłoszeniu o zamówieniu . Zamawiający zamieszcza w załączeniu do nin. odpowiedzi prawidłowy wzór oświadczenia.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, w szczególności zmianą terminu dostawy przedmiotu zamówienia, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert :

**składanie ofert do 24.01.2014 r.** do godz. 11.00;

**otwarcie ofert 24.01.2014 r.** o godz. 11.30.

*W załączeniu do nin. odpowiedzi zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz dokumenty po zmianie:*

*załącznik 2.1 oświadczenie*

*załącznik 3.2 opis parametrów technicznych*

*załącznik 4 wzór umowy*

*Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania*