

Załącznik nr: 3.2 opis parametrów technicznych
po zmianie odpowiedzią 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Duodenoskop – szt 1.
Kod CPV 33.16.81.00-6 Endoskopy

Duodenoskop (Wideoduodenoskop) musi być w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego zestawem do wideoendoskopii tj:

- a/ procesorem wizyjnym typ CV-180 firmy Olympus,
- b/ źródłem światła typ CLV-180 firmy Olympus,

oraz z myjnią typ mini TD20 firmy Olympus

1. Aparat fabrycznie nowy (nie powystawowy).
2. Typ/nazwa
3. Rok produkcji (2013 r. lub 2014 r.).....
4. Producent.....

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Lp	PARAMETR/WARUNEK	Wymagania graniczne	Odpowiedź oferenta TAK/NIE	Parametry oferowane (podać oferowane zakresy parametrów lub opisać funkcje aparatu)
I	Duodenoskop /wideoduodenoskop/	-	-	
1	Kanał roboczy min.4,2 mm	TAK		
2	Standard obrazowania HDTV *Zamawiający dopuszcza endoskop wyposażony w przetwornik obrazu o podwyższonej (wysokiej) rozdzielczości typu Q-image	TAK		
3	Możliwość trybu obrazowania NBI	TAK		
4	Średnica sondy min 11 mm, max 13,2 mm	TAK		
5	Kat widzenia min. 100°	TAK		
6	Optyka boczna z odchyleniem min 5°	TAK		
7	Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach: - góra - 120°; - dół - 90°; - lewo - 90°; - prawo - 110°	TAK		
8	Głębina ostrości min. 5 - 60 mm	TAK		
9	Długość robocza min. 1240 mm	TAK		
10	Możliwość blokowania narzędzi	TAK		
II	Wyposażenie dodatkowe	-	-	
1	Szczoteczki do czyszczenia kanału – szt 2	TAK		
2	Koszyk do ekstrakcji – szt 2	TAK		
3	Zawór woda- powietrze - - szt 2	TAK		
4	Zawór ssania – szt 2	TAK		
III	Inne wymagania	-	-	

1	Gwarancja min.36 miesięcy (typu Endocasco lub równoważne) ubezpieczenie obejmujące wszystkie (także mechaniczne) uszkodzenia w czasie trwania gwarancji wraz z zapewnieniem aparatu zastępczego na czas naprawy	TAK		
2	Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie-podjęta naprawa – 24 godziny w dni robocze	TAK		
3	Czas usunięcia awarii max. 4 tygodnie	TAK		
4	W przypadku naprawy oferent wstawi bezpłatnie urządzenie zastępcze	TAK		
5	Liczba dni przestoju przedłuża termin gwarancji	TAK		
6	Liczba napraw *gwarancyjnych tego samego podzespołu powodująca wymianę na nowe urządzenie – max.3	TAK		
7	Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 12 miesięcy	TAK		
8	W cenie przedmiotu zamówienia przeglądy techniczne w okresie gwarancji w odstępach czasowych zalecanych przez producenta, z tym że ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu obowiązywania gwarancji.	TAK		
9	Nieodpłatne szkolenie w siedzibie zamawiającego, personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia	TAK		
IV	Wymagane dokumenty			
1	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK		dostarczyć wraz z urządzeniem
2	Karta gwarancyjna	TAK		dostarczyć wraz z urządzeniem
3	Wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów i serwisowania urządzenia medycznego zgodnie z Art.90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych	TAK		dostarczyć wraz z urządzeniem

Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

*zmiana odpowiedzią 1 z dnia 20.01.2014 r.

.....
/podpis i pieczęć oferenta/