

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawa narzędzi endoskopowych do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców i dokonuje odpowiednio zmiany siwz w tym zakresie:

WYKONAWCA 1

**Dotyczy pakietu nr 5 Narzędzia Endoskopowe 3**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o średnicy 2,4 mm(zamiast 2,3 mm)  
Pozostałe parametry jak w specyfikacji.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze biopsyjne o średnicy 2,4 mm(zamiast 2,3 mm).  
Pozostałe parametry jak w specyfikacji

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze do usuwania ciał obcych o średnicy 2,4 mm (zamiast 2,3 mm).  
Pozostałe parametry jak w specyfikacji

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie

**Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści igłę do ostrzykiwań z osłoną o średnicy 2,4 mm(zamiast 2,3 mm).  
Pozostałe parametry jak w specyfikacji

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie

**Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o średnicy 1,8 mm (zamiast 1,9 mm).  
Pozostałe parametry jak w specyfikacji

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

WYKONAWCA 2

Pytanie do pakietu 2 poz 12

1. Czy Zamawiający dopuści długość średnicy kateteru 7,5 Fr przy zachowaniu zgodności wszystkich pozostałych parametrów balonu do poszerzania zwężeń przelykowych i jelitowych?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany siwz w tym zakresie.

### WYKONAWCA 3

#### **Pytanie 1**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby każde zamówienie złożone telefonicznie zostało potwierdzone w formie pisemnej (fax)?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Pytanie 2**

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na dostawę zamówionego towaru do siedziby Zamawiającego do 5 dni roboczych oraz, w sytuacjach awaryjnych do 48 h w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 3**

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2 b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„zmiany stawki podatku VAT (przy czym, zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian)”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 4**

Dotyczy wzoru umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W razie dostarczenia towaru wadliwego, zniszczonego lub uszkodzonego, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną, na własny koszt na towar wolny od wad”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 5**

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 2 a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% na 0,1%?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Pytanie 6**

Dotyczy wzoru umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 10 ustępu o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatności (każdorazowo wystawionej faktury) powyżej 14 dni od momentu wymagalności należności za dostarczony asortyment, Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji następnych zamówień”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Pytanie 7**

Dotyczy wzoru umowy § 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo potrącać wymagalne odsetki ustawowe z uiszczonych przez Zamawiającego należności, jeżeli płatność nastąpiła po terminie wskazanym w § 10 ust. 1 za dostarczony towar. Wykonawca poinformuje o wartości naliczonych odsetek wystawiając odpowiednią notę obciążeniową. Zamawiający zostanie wezwany do uregulowania płatności w wysokości równej skalkulowanemu potrąceniu”.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

#### **Pytanie 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja?

Odpowiedź: Nie.

### WYKONAWCA 4

1. Prosimy o udzielenie odpowiedzi: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odpowiedź: Nie.

2. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II, punkt 6; rozdział VII, punkt 3: Czy w przypadku zaferowania produktów będących wyrobami niemedyicznymi a stanowiącymi jedynie wyposażeniem wyrobu medycznego w pakiecie nr 7, Zamawiający zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego sprzętu dokumentów wymienionych w SIWZ rozdział II, punkt 6 oraz rozdział VII, punkt 3 (wyłączenie z oświadczenia)?

Odpowiedź: Zamawiający w Rozdz. II punkt 4 wymaga, żeby oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne posiadały dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679) i przepisami obowiązującymi w krajach UE . Jeżeli Wykonawca oferuje wyroby nie będące wyrobami medycznymi to nie muszą one posiadać takich dokumentów. Natomiast w Rozdziale VII punkt 4 zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu, a oświadczenie w tym zakresie. Jeżeli oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym (zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie), to należy złożyć odpowiednio oświadczenie, że wobec tego wyrobu nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych

3. Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu dostaw awaryjnych do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dotyczy wzoru umowy paragraf 5 ustęp 3 Prosimy o zmianę zapisu, że zmianie ulegają cena brutto oraz wysokość podatku VAT.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy pakietu nr 7, pozycja 4 Prosimy o doprecyzowanie ilości – czy Zamawiający wymaga zaoferowania 5 szt. czy 5 op.? W przypadku zapotrzebowania określonego w sztukach (ze względu na fakt, że kapturki sprzedawane są w niepodzielnych opakowaniach handlowych po 2 szt. - zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „2PC”) prosimy zaokrąglenie oferowanej ilości w dół do 4 szt. lub w górę do 6 szt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 3 opakowań po dwie sztuki lub kapturki pakowane pojedynczo w ilości 6 szt. Odpowiednio zmiana w siwz.

*W załączeniu do nin. odpowiedzi Zamawiający zamieszcza zał 3.2, 3.5 3.7 po zmianie.*

*Podpisał Lekarz Naczelny – dr n.med Wiesław Więckowski*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego  
Otrzymują firmy zadające pytania*