

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę i montaż lampy do TK do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawców:
WYKONAWCA 1

Pytanie nr 1.

Dotyczy SIWZ i umowy §3 ust.3

Uprzejmie prosimy o wykreślenie z SIWZ i z umowy wszelkich zapisów dotyczących obowiązku **zapoznania, personelu Zamawiającego z zasadami użytkowania urządzenia**. W przypadku dostawy lampy rentgenowskiej te zapisy nie znajdują zastosowania ponieważ lampa jest integralnym elementem tomografu komputerowego. Wymiana lampy rentgenowskiej nie wnosi nic do sposobu obsługi samego urządzenia. Lampa jako taka nie posiada też własnej instrukcji obsługi - obowiązuje instrukcja obsługi tomografu komputerowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ oraz umowy. W razie konieczności wykonania upgrade-u oprogramowania istnieje możliwość zmiany obsługiwanych funkcji oraz komunikatów urządzenia, Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie ma wiedzy czy takowy upgrade będzie w tym wypadku konieczny, pozostawia zapisy siwz.

Podpisała Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych – mgr Gabriela Rokitowska

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego
otrzymują firmy zadające pytania*