

Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia na Dzienny Oddział Chemioterapii (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawcy i dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 1

1. Dotyczy: CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: **Pakiet nr 13 Dozowniki tlenu z przepływomierzem;**

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenowy posiadający zakres regulacji przepływu 0-17l/min \pm 10%?

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający dopuści oferowane wartości przepływu, **odpowiednio zmiana SIWZ.**

2. Dotyczy: CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 Dozowniki tlenu z przepływomierzem;

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenowy posiadający butelkę wykonaną z poliwęglanu, którego temperatura sterylizacji wynosi 120°C? Według Wykonawcy temperatura 120°C jest wystarczająca do wykonania sterylizacji, gdyż zwykle stosowane temperatury sterylizacji sięgają 108–134°C przy czasie wyjąławiania wynoszącego 15-30 minut.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza oferowanego parametru (tryb sterylizacji w posiadanych przez Zamawiającego urządzeniach to 121 °C 20 min.)

3. Dotyczy: CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet nr 13 Dozowniki tlenu z przepływomierzem;

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści dozownik tlenowy, którego obniżone robocze ciśnienie tlenu wynosi 0,5Mpa \pm 10%?

ODPOWIEDŹ: TAK Zamawiający dopuści proponowany parametr ciśnienia, **odpowiednio zmiana SIWZ.**

4. Dotyczy: SIWZ punkt XVI;

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy bez konieczności osobistego przybycia Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, tj. przesłania podpisanej umowy przez Wykonawcę do Zamawiającego za pośrednictwem kuriera?

ODPOWIEDŹ: Tak, na wniosek Wykonawcy.

WYKONAWCA 2

Pakiet 9 – stoliki przyłóżkowe

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści stół o wymiarze blatu: 45x77,5 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści stół o długości całkowitej: 77,5 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ.**

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści stół z zakresem wysokości: 85-130 cm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ.**

WYKONAWCA 3

dotyczy **pakietu nr 17**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ssak o przepływie 30l na wózku z możliwością zdjęcia ssaka i pracy w dowolnym miejscu oddziału?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie – podtrzymuje zapisy SIWZ

WYKONAWCA 4

PAKIET nr 2- Stetoskopy, ciśnieniomierze, resuscytatory

1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 5 i 6 (aparaty AMBU oraz maski) i utworzenie nowego pakietu zawierającego w/w pozycje, co zwiększy konkurencyjność składanych ofert poprzez dopuszczenie większej ilości oferentów specjalizujących się w dostawach aparatów Ambu.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażamy zgody.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby wielorazowy aparat AMBU był wyposażony w rezerwuar tlenu nadający się do sterylizacji w autoklawie w temp. 134°C?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga by rezerwuar tlenu był do sterylizacji w autoklawie w temp.134° C, aparat AMBU tak.

3. Czy Zamawiający wymaga, aby wielorazowy aparat AMBU był wyposażony w zintegrowany z workiem pasek ułatwiający prowadzenia wentylacji jedną ręką i zabezpieczający przed wysłizgiwaniem się aparatu z dłoni?

ODPOWIEDŹ: Nie wymaga.

WYKONAWCA 5

Dotyczy Pakietu nr 6 Narzędzia chirurgiczne

Poz.2

Prosimy o wyjaśnienie określenia pensy, czy według Zamawiającego oznacza to, że mają być to peany czy może pensety?

ODPOWIEDŹ: Oznacza to, że mają być to peany.

Poz.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kleszczyków Allis 5x6 zębów w dł.150mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ zał.3.6**

Poz.5

Czy nożyczki maja być proste czy zakrzywione?

ODPOWIEDŹ: Nie ma znaczenia.

Poz.11

Czy kleszczyki Pean maja być proste czy zakrzywione?

ODPOWIEDŹ: Nie ma znaczenia.

Poz.13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły kulkowej w rozmiarze 1,2x80mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ zał.3.6**

Poz.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek chirurgicznych końce ostre-ostre proste w dł.185mm zamiast 180mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ zał.3.6**

Poz.15

Czy nożyczki chirurgiczne maja być proste czy zakrzywione?

ODPOWIEDŹ: Proste, **odpowiednio zmiana SIWZ zał. 3.6**

Poz.16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nożyczek typ Iris prostych w dł.110mm?

ODPOWIEDŹ: Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ zał.3.6**

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy PZP, Zamawiający dokonuje **zmiany w załączniku nr 3.2 do SIWZ**, dotyczącym **pakietu nr 2 Stetoskopy, ciśnieniomierze, resuscytatory**, wprowadzając wymóg: Gwarancja: minimum 24 miesiące dla lp. 1-6 oraz **w załączniku nr 3.19a do SIWZ**: usuwa się zapis: „Dostawa montaż w ciągu 3 dni od rozstrzygnięcia przetargu”

Załączniki:

załącznik nr 3.13a do SIWZ zmiana odp.1

załącznik nr 3.2 do SIWZ zmiana odp.1

załącznik nr 3.6 do SIWZ zmiana odp.1

załącznik nr 3.9 do SIWZ zmiana odp.1

Podpisał: Dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny

Publikacja strona internetowa Zamawiającego

Otrzymują firmy zadające pytania