

*Firmy ubiegające się o udzielenie zamówienia*

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Dostawę drobnego sprzętu medycznego oraz wyposażenia na Dzienny Oddział Chemioterapii (powtórka) do SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie**”

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na pytania od Wykonawcy i odpowiednio dokonuje zmiany SIWZ:

WYKONAWCA 6

**Dotyczy Pakietu 18:**

1. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści myjnię o głębokości 475mm i szerokości 545mm?

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy (wnęka o ograniczonych rozmiarach).

2. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w uszczelkę gumową gwarantującą paroszczelność co jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym? Wymóg uszczelki labiryntowej wskazuje na konkretnego producenta i ogranicza konkurencję.

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy.

3. Pkt. 19. Czy Zamawiający zgodzi się na podniesienie wymaganej ilości dysz obrotowych do min 8? Tylko takie rozwiązanie jest w stanie zagwarantować skuteczne mycie naczyń sanitarnych.

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy, zgodnie z SIWZ.

4. Pkt. 24. Ponieważ wydajność pompy myjącej jest indywidualnie dobierana pod kątem konstrukcji urządzenia i budowy komory, prosimy o dopuszczenie pompy myjącej o wydajności 250l/min i mocy 730W co przy komorze wyposażonej w 14 dysz myjących gwarantuje najwyższą jakość oraz skuteczność mycia i dezynfekcji kacek, basenów i innych naczyń mytych w myjni zgodnie z normą PN EN 15883-1/-3.

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy, zgodnie z SIWZ.

5. Pkt. 26 – Prosimy o wyłączenie z zakresu gwarancji uszkodzeń spowodowanych poprzez niewłaściwą obsługę i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

**ODPOWIEDŹ:** W SIWZ Zamawiający nie wymaga objęciem gwarancją uszkodzeń spowodowanych poprzez niewłaściwą obsługę i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Pkt. 28 – Czy Zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej pisząc o wymaganym maksymalnym czasie reakcji na zgłoszenie 8h? Czy miał na myśli 48h? Czas reakcji na poziomie 8h nie jest możliwy do spełnienia choćby z powodu uwarunkowań prawnych w Polsce (Kodeks Pracy). Prosimy o zmianę zapisu na 48h. W innym przypadku zapis taki będzie możliwy do spełnienia tylko w formie deklaratywnej.

**ODPOWIEDŹ:** Pomyłka pisarska, czas reakcji na zgłoszenie 48h- **odpowiednio zmiana SIWZ.**

7. Pkt. 28-30 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów p. 28, 29 i 30 poprzez dodanie sformułowania „w dni robocze”? W przypadku pozostawienia zapisów bez zmian nie będą one fizycznie możliwe do spełnienia (np. zgłoszenie w czwartek wieczorem winno być naprawione do Nd wieczorem) i pozostanie możliwy do spełnienia jedynie w formie deklaratywnej.

**ODPOWIEDŹ:** Nie wyrażamy zgody.

8. Pkt. 37. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni? Cykl produkcyjny urządzeń będących przedmiotem zamówienia to ok. 4 tygodnie, a doliczyć jeszcze należy czas na transport i instalację myjni - dezynfektorów.

**ODPOWIEDŹ:** Nie wyrażamy zgody.

WYKONAWCA 7

**1. Dotyczy Załącznik nr 3.18a, pkt. 1**

Czy Zamawiający dopuści płuczkę dezynfektor - urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe, rok

produkcji 2013?

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy.

2. **Dotyczy Załącznik nr 3.18a, pkt. 6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w elastyczną uszczelkę co jest rozwiązaniem równoważnym do zapisów SIWZ?

*Uzasadnienie:*

*Różni producenci w różny sposób realizują te same funkcje użytkowe. Konstrukcja oferowanych przez nas urządzeń gwarantuje poprawną i skuteczną pracę co znajduje potwierdzenie w certyfikacie wydanym przez niezależną jednostkę tj. HygGen, Centrum für Hygiene und medizinische Produktsicherheit GmbH.*

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy.

3. **Dotyczy Załącznik nr 3.18a, pkt. 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie zasilane elektryczne, zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230 V, 50 Hz?

*Uzasadnienie:*

*Napięcie 230 V jest dostępne w prawie każdym pomieszczeniu, tak więc dopuszczenie urządzenia o takim napięciu uniezależni montaż urządzenia od dostępności napięcia 380 V.*

**ODPOWIEDŹ:** Tak, dopuszczamy- **odpowiednio zmiana SIWZ.**

4. **Dotyczy Załącznik nr 3.18a, pkt.24**

Czy Zamawiający dopuści płuczkę dezynfektor o wydajności pompy myjącej innej niż wymagana, ale która została dobrana dla konstrukcji oferowanego urządzenia. Pompa ta zapewnia skuteczne splukiwanie oraz mycie naczyń?

*Uzasadnienie:*

*Różni producenci w różny sposób realizują te same funkcje użytkowe. Zamawiający dopuszczając inne parametry użytkowe pozwalające na skuteczne przeprowadzenie procesów mycia i dezynfekcji w oferowanym urządzeniu umożliwi uzyskanie większej liczby ofert.*

*Konstrukcja oferowanego przez nas urządzenia gwarantuje poprawną i skuteczną pracę co znajduje potwierdzenie w certyfikacie wydanym przez niezależną jednostkę tj. HygGen, Centrum für Hygiene und medizinische Produktsicherheit GmbH.*

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy.

5. **Dotyczy Załącznik nr 3.18a, pkt.25**

Czy Zamawiający dopuści płuczkę dezynfektor z innym równoważnym zabezpieczeniem grzałek wytwornicy pary?

*Uzasadnienie:*

*Różni producenci w różny sposób realizują te same funkcje użytkowe. Zamawiający dopuszczając inne parametry użytkowe pozwalające na skuteczne przeprowadzenie procesów mycia i dezynfekcji oraz zabezpieczenie elementów oferowanej myjni..*

*Konstrukcja oferowanego przez nas urządzenia gwarantuje poprawną i skuteczną pracę co znajduje potwierdzenie w certyfikacie wydanym przez niezależną jednostkę tj. HygGen, Centrum für Hygiene und medizinische Produktsicherheit GmbH.*

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne.

6. **Dotyczy Załącznik nr 3.18a, pkt.37**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni?

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy.

**WYKONAWCA 8**

**Pakiet 11: Wagi medyczne ze wzrostomierzem:**

Prosimy o wyjaśnienie jakie wagi Zamawiający ma na myśli w poz 1. Parametry wymaganej wagi zostały złożone z 2 zupełnie różnych wag: medycznej i przemysłowej. Nie ma możliwości aby waga medyczna miała parametry takie jak liczenie detali o jednakowych masach czy kontrola względem masy wzorca gdyż nie posiada odpowiedniego oprogramowania i nie ma możliwości wgrania takiego. Poniżej podaje parametry wagi medycznej i parametry wagi przemysłowej i proszę o wybranie tej, która Zamawiającego interesuje: .....

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ, **poprzez usunięcie** błędnych zapisów w załączniku nr 3.11 do SIWZ:

- \*tara automatyczna, pamięć tary
- \* liczenie detali o jednakowych masach
- \* kontrola +/- względem masy wzorca
- \* odchyłka procentowa względem masy wzorca
- \* uśrednianie wyniku ważenia, filtr cyfrowy
- \* kontrola napięcia zasilania bateryjnego
- \*regulacja natężenia podświetlenia (przy pracy z akumulatorem)
- \* kontrola masy startowej
- \* możliwość podłączenia dodatkowego wyświetlacza LCD
- \* sumowanie ważeń

#### WYKONAWCA 9

##### **Dotyczy Załącznik nr 3.18a, pkt.25**

Czy Zamawiający nie popełnił błędu wymagając zabezpieczenia grzałek termostatem? Termostat służy do utrzymywania zadanej stałej temperatury. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści płuczkę dezynfektor z zabezpieczeniem grzałek wytwornicy pary poprzez mechaniczny wyłącznik termiczny?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści płuczkę dezynfektor z zabezpieczeniem mechanicznym grzałek wytwornicy - mechaniczny wyłącznik termiczny.

#### WYKONAWCA 10

##### **Pakiet nr 1, poz. 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji podkładu spełniającego wszystkie wymagania SIWZ w rozmiarze 90 cm x 140 cm. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

##### **Dotyczy wzoru umowy – załącznik 4a do SIWZ**

..... wnosi o uzupełnienie treści wzoru umowy o wskazany poniżej zapis umowny.

*Zamawiający zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wykonawcy cenę netto powiększoną o należny podatek VAT w kwocie obliczonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wystawienia faktury VAT*

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### WYKONAWCA 11

##### **Dotyczy: zadanie nr 16 – laryngoskop światłowodowy**

Czy Zamawiający dopuści rękojeść ze stali nierdzewnej ?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rękojeść ze stali nierdzewnej – równocześnie podtrzymuje zapis SIWZ: powierzchnia uchwytu powlekana silikonem.

#### WYKONAWCA 12

##### **Pakiet nr 6 narzędzia chirurgiczne**

1. Poz. 1. kleszcze ortopedyczne 19cm

Prosimy o podanie nazwy własnej kleszczy np. Luer, Liston oraz czy kleszcze mają być proste czy zagięte.

**Odpowiedź:** Chodzi o kleszcze do trzymania drutu, rodzaj- zwykły (prosty) ząbkowany wąski, odpowiednio zmiana SIWZ.

#### WYKONAWCA 13

Pakiet 11poz 1, 2: Wagi medyczne ze wzrostomierzem:

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie wag medycznych o następujących parametrach:

klasa dokładności: III

wyposażona w złącze umożliwiające podłączenie do komputera i drukarki termicznej

zasilanie sieciowe i bateryjne

zasilacz i wzrostomierz w zestawie

obciążenie maksymalne: 300 kg

dokładność odczytu : 100 g w całym zakresie ważenia

precyzyjny wzrostomierz z blokadą położenia, pomiar do 2 m

2 lata gwarancji

w okresie gwarancji bezpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniem producenta  
waga fabrycznie nowa, rok produkcji 2014r  
legalizowana  
miernik wagowy LCD wyświetlający: wagę, wzrost, BMI  
tara w całym zakresie ważenia  
czasowe wyłączanie wagi  
stabilna platforma z powierzchnią antypoślizgową

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### WYKONAWCA 14

##### **Dotyczy przedmiotu zamówienia – pakiet 19**

1. Czy Zamawiający dopuści rejestrator umożliwiający pomiar minimum 30 godzin lub 200 pomiarów?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie akceptuje proponowanych parametrów – podtrzymuję zapisy SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowy system holterowski RR (rejestrator + oprogramowanie) z rokiem produkcji 2013, z pełną gwarancją producenta oraz serwisową?

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy.

3. Czy Zamawiający dopuści rejestrator dający możliwość podziału okresu badań min. 4 podokresów?

**ODPOWIEDŹ:** Nie dopuszczamy.

##### **Dotyczy Załącznika nr 4 – wzór umowy**

###### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

**ODPOWIEDŹ:** Tak, potwierdzamy.

###### **Pytanie 2**

Wnosimy o dodanie do Projektu umowy następującego zapisu:

*„Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następującą zmianę umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:*

- a) *zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) z uwagi na:*
- *zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;*
  - *wycofanie z obrotu lub;*
  - *wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub;*
  - *wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub;*
  - *brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;*
  - *wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub;*
  - *inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert;*
- b) *zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,*
- c) *zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,*

- d) *rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty (np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)*
- e) *zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-d), o zakres tych zmian."*

Należy zaznaczyć, że wprowadzenie powyższego zapisu nie narzuca na Zamawiającego konieczności wyrażenia odgórnej zgody na każdą taką zmianę, a daje mu jedynie możliwość wyboru. Zawsze bowiem do zgody na zmianę umowy wymagana jest zgoda obu stron. Prosimy więc o wprowadzenie ww. zapisu mając powyższe na uwadze.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ – WZÓR UMOWY.

### **Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §2 ust. 3 i 4 na następujące:

„3. *W razie zmiany stawki podatku VAT po zawarciu umowy, dla Stron wiążąca będzie stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury, z tym, że cena netto nie ulegnie zmianie.*

4. *Zmiana ceny brutto i kwoty podatku VAT na skutek zastosowania nowej stawki VAT nastąpi w drodze aneksu do umowy."*

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

### WYKONAWCA 15

Dotyczy: zadanie nr 9 – stoliki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści Stolik przyłóżkowy do posiłków ( typu "przyjacieli") o poniższych parametrach:

- posiadający regulację wysokości oraz nachylenia i pozycji poziomej blatu
- 4 koła jezdne, w tym minimum dwa z hamulcem
- blat laminowany, jego krawędzie zabezpieczone przed zsunieniem przedmiotów

Wymiary:

- wymiary blatu ok.: 40x60 cm
- długość całkowita ok.: 60 cm
- zakres regulacji wysokości, minimum w zakresie: 62 CM DO 94 CM
- wymiary podstawy, – 44 CM x 72 CM
- wysokość podstawy, ok.: 10,5 cm
- waga, 10 KG
- maksymalne obciążenie minimum: 10 kg

Kolor stelaża powiązany z kolorem blatu:

- jeżeli stelaż biały – wówczas blat też biały
- stelaż czarny – blat orzech

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ.**

### WYKONAWCA 16

Dotyczy pakietu nr 9

#### **Stoliki przyłóżkowe – 6 szt.**

Czy Zamawiający dopuści stolik o poniższych parametrach?

- Szkielet metalowy lakierowany proszkowo, srebrny
- Blat wykonany z płyty tworzywowej podzielony na dwie strefy: część stałą oraz uchylną
- Szerokość blatu: 430 mm
- Długość blatu: 870 mm
- Zakres regulacji wysokości :700 - 1030 mm
- Podstawa jezdna w kształcie litery „C” umożliwiająca podjechaniem np. wózkiem inwalidzkim wyposażona w 4 koła jezdne, w tym 2 z blokadą
- Powierzchnie stolika odporne na środki dezynfekcyjne
- Obciążenie max 30kg

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

#### WYKONAWCA 17

##### **Pakiet 2, poz. 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie resuscytatora z kompletem masek rozm. 3,4,5 dla dorosłych do sterylizacji w autoklawie w temp. 136 st.C?

**Odpowiedź:** Nie wyrażamy zgody.

#### WYKONAWCA 18

Dotyczy: zadanie nr 9 – stoliki przyłóżkowe

Czy Zamawiający dopuści **Stolik przyłóżkowy do posiłków ( typu "przyjaciel") posiadający**

-zakres regulacji wysokości, minimum w zakresie: **70 CM DO 105 CM**

- wymiary podstawy, – **40 x 72 CM**

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ** w zakresie wymiarów podstawy; zakres regulacji wysokości mieści się w minimum regulacji wymaganych w opisie zamawiającego.

#### WYKONAWCA 19

##### **Pytanie nr 1 dotyczy pakietu nr 6 poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kleszcze ortopedyczne o dł.190mm typu Semb ?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

##### **Pytanie nr 2 dotyczy pakietu nr 6 poz.10**

Czy Zamawiający dopuści łyżki kostne typu Volkmann o dł.17cm/5mm ?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy.

##### **Pytanie nr 3 dotyczy pakietu nr 6 poz.13**

Czy Zamawiający dopuści igłę kulkową zakończoną kulką prostą o rozmiarze 1,2x60mm ?

**Odpowiedź:** Nie dopuszczamy.

##### **Pytanie nr 4 dotyczy pakietu nr 6 poz.16**

Czy Zamawiający dopuści nożyczki typu Iris proste o dł.11,5cm ?

**Odpowiedź:** Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ.**

#### WYKONAWCA 20

Pakiet nr 6

poz. 15.) Czy zamawiający dopuści:

Nożyczki chirurgiczne końce ostro- ostre 140mm?

**Odpowiedź:**

Tak, dopuszczamy, **odpowiednio zmiana SIWZ.**

Załączniki:

Załącznik nr 3.6 do SIWZ zmiana odp.2

Załącznik nr 3.9 do SIWZ zmiana odp.2

Załącznik nr 3.11 do SIWZ zmiana odp.2

Załącznik nr 3.18a do SIWZ zmiana odp.2

*Podpisał: dr n. med. Wiesław Więckowski- Lekarz Naczelny*

*Publikacja strona internetowa Zamawiającego*

*Otrzymują firmy zadające pytania*